verschlossen, und dessen (hier aufwärts gerichtetes) enges Ansatzrohr nach Innen bis a verlängert ist. In die Bohrung des Korks ist ein Kölbchen e i von 100 cc Inhalt eingesetzt. Auf den Hals desselben wird bei d ein kleines Dreieck d¹ aufgelegt, welches das mit der zu extrahirenden Substanz beschickte Extractionsrohr b trägt.

Beim Gebrauch wird der Apparat so tief in ein Wasserbad eingesetzt, dass eine Ansammlung der Extractionsflüssigkeit über dem Stopfen f vermieden wird.

Mehrere Laboratoriumsapparate, hauptsächlich zur gleichzeitigen Ausführung einer grösseren Anzahl von Bestimmungen, hat P. Nyssens¹⁾ beschrieben.

Zur Fettbestimmung in Futtermitteln benutzt der Verfasser den aus Fig. 11 ersichtlichen Apparat von sehr solider Construction nebst Einrichtung zur Wiedergewinnung der benutzten Extractionsflüssigkeit.

Fig. 11.

Das in einem Wasserbad befindliche Kölbchen ist durch einen durchbohrten Korkstopfen verschlossen und communicirt durch das aufsteigende weitere Rohr mit dem Kühler durch ein dünnes, mit dem unteren Ende in dem weiteren Rohre eingesetztes Heberrohr mit dem Extractionsapparat. Letzterer steht gleichfalls mit dem Kühler durch ein dünnes Röhrchen in Verbindung, während ein Hahnrohr in der Nähe des Bodens zu einem unter dem Tische stehenden Gefäss führt, in welches, nachdem die Extraction beendet, der Aether nach Oeffnen des kleinen Hahnes abdestillirt werden kann.

Der Extractionsapparat, sowie der Kühler und die verschiedenen Röhren sind aus verzinnem Kupferblech hergestellt. Die zu extrahirende Substanz füllt man am besten in ein Filter und schiebt dieses in einen kleinen Kupfercylinder. Man öffnet nun die verschraubbare und mit Asbest gedichtete Kappe des Extractions-Cylinders, bringt den Kupfercylinder in denselben, verschliesst wieder und kann nun, nachdem eine genügende Menge Aether etc. in das Kölbchen gebracht ist, mit

¹⁾ Rapport sur les travaux exécutés en 1893 au laboratoire d'Analyses de l'Etat à Gand; vom Verf. eingesandt.

der Extraction beginnen. Ist dieselbe beendet, so braucht man nur den Hahn zu öffnen und die Wiedergewinnung des Aethers vollzieht sich von selbst.

Nyssens benutzt nur Wasserbäder mit constantem Niveau. Dieselben werden aus einem auf dem Speicher des Laboratoriums befindlichen Reservoir mit Regenwasser gespeist. Die Regulirung geschieht durch einen Schwimmer in einem besonderen Gefäss nach gewöhnlicher Art.

Zur Ausfällung der Phosphorsäure durch Ausrühren, bei gleichzeitiger Durchführung einer grösseren Anzahl von Bestimmungen, bedient sich Nyssens folgender Vorrichtung. Eine horizontale, mittelst eines Motors oder einer Handkurbel zu drehende Axe trägt zwei conische Zahnräder, durch welche die Rotation auf zwei Verticalaxen übertragen wird. An diesen befinden sich horizontal angesetzte Kurbelstücke, welche durch ein unter denselben angebrachtes Lineal verbunden sind, das die zum Rühren dienenden Glasstäbe trägt.

Zwei neue Laboratoriumsapparate beschreiben Peters und Rost¹⁾.

1. Schüttelvorrichtung. Dieselbe hat vor anderen dem gleichen Zweck dienenden Apparaten den Vortheil, dass die Gefässe gleichzeitig eine seitliche und rotirende Bewegung erhalten, wodurch eine erhöhte und verbesserte Ausschüttelung erzielt wird. Die Gefässe liegen zwischen Gummipolstern an verstellbaren Armen, die mit einer horizontalen, verschiebbaren Axe verbunden sind. Letztere hat eine Scheibe zur Verbindung mit einem Motor. An der Scheibe sind mehrere schiefe Ebenen angebracht, welche bei der Rotation der Scheibe an einen Hebel anschlagen. Dieser drückt nun eine mit der Axe verbundene Feder seitlich und letztere stösst, wenn der Hebel über den kurzen Absatz einer der schiefen Ebenen hinweggeglitten, die gleichzeitig sich drehende Axe etc. wieder zurück.

2. Laboratoriumsturbinе. Um Stauungen des Wassers zu vermeiden, haben die Verfasser das Triebrad frei gestellt und es mit kleinen, wie die Speichen eines unterschlächtigen Mühlrades stehenden, Löffelchen versehen, gegen die das in einem Strahle ausfliessende Wasser prallt. Die Regulirung des Wassers und somit der Rotationsgeschwindigkeit geschieht durch auswechselbare Düsen.

¹⁾ Chemiker-Zeitung 18, 1661.

Auch Elwyn Waller¹⁾ beschreibt einige Laboratoriumsapparate. Eine Bürette mit automatischer Nullpunktseinstellung stimmt völlig mit der von Guichard²⁾ angegebenen überein.

Ein Apparat für fractionirte Destillation ist mit einem die Vorlagen tragenden drehbaren Stativ versehen, so dass man die Vorlagen in sehr einfacher Weise auswechseln kann.

Ein ganz analoges Gestell benutzt der Verfasser zur Aufnahme der Röhren zur Ammoniakbestimmung nach Nessler. Als Unterlage zur Farbenvergleichen bei diesem Verfahren empfiehlt Waller eine auf ein schwarzes Brett befestigte Milchglasscheibe.

Ein Filtrir- und Fällungsapparat, den Fassbender und Engels³⁾ beschreiben, hat den Zweck, sehr feinkörnige, leicht oxydirbare, und in Folge dessen leicht trübe durch's Filter gehende Niederschläge durch Schütteln in kurzer Zeit grobkörnig oder flockig auszufallen und ohne jeden Verlust automatisch zu filtriren.

Die in Fig. 12 abgebildete Vorrichtung besteht aus einem cylindrischen, oben und unten etwas konisch ausgezogenen Gefäss. Die obere Oeffnung ist durch einen Gummistopfen mit eigenartig geformtem Kugeltrichter verschlossen⁴⁾, das untere Ende dagegen läuft in zwei senkrechte, verschieden lange Hahnröhren aus.

Die Fällungen werden stets in dem Gefässe selbst vorgenommen; soll dabei erwärmt werden, so muss man Lösung und Fällungsmittel vorher erwärmen, oder man leitet durch ein U förmiges Glasrohr Wasserdampf durch das Gefäss.

Beim Füllen mit Gasen leitet man dieselben bei abgenommenem Stopfen durch den Hals ein. Ist das Fällungsmittel zugegeben oder genügend lange eingeleitet, so schüttelt man 5—10 Minuten lang kräftig. Etwa hierbei freiwerdende Gase oder Dämpfe können durch den Kugeltrichter entweichen, ohne dass die Gefahr besteht, dass Niederschlagstheilchen verloren gehen. Bei kalten Flüssigkeiten, aus denen Gase nicht entweichen, kann statt des durchbohrten Stopfens mit Kugeltrichter auch ein massiver Kautschukstopfen auf den Hals des

1) The Journal of the Americ. chemical society **16**, 869.

2) Vergl. diese Zeitschrift **34**, 589.

3) Chemiker-Zeitung **18**, 1616.

4) In der zweiten Bohrung des Stopfens befindet sich offenbar ein Glasstäbchen, über dessen Bedeutung in dem Original nichts gesagt ist.