Beschreibung der Einrichtungen, welche am Meridiankreise der Seeberger Sternwarte angebracht worden sind, um grössere Genauigkeit in der Beobachtung der Vertikalwinkel zu Wege zu bringen.

Von Herrn Professor *Hansen*,
Director der Seeberger Sternwarte.

§. 1. Von der Theilung.

1.

Der Astronom wandte früher seine Instrumente so an, wie sie aus der Hand des Künstlers hervorgehen. Er hielt entweder für überflüssig oder für unmöglich, der Vollkommenheit, die ein ausgezeichneter Künstler den Instrumenten bei deren Verfertigung gegeben hatte, etwas hinzuzufügen. Diese Sache verhält sich anders, seitdem *Bessel* nicht nur als Grundsatz aufstellte, daß der Astronom seine Instrumente, auch wenn es die vollkommensten sind, in jeder Beziehung einer sorgfältigen Prüfung unterwerfen müsse, sondern auch selbst zuerst zeigte, daß die geringen, unvermeidlichen Fehler, die die Hand des geschicktesten Künstlers, welche eben so wenig wie irgend eine andere Menschenhand absolute Genauigkeit in ihre Werke legen kann, übrig läßt, noch bedeutend zu verkleinern dem Astronomen möglich ist, indem er am Instrumente selbst Messungen vornimmt, um die an demselben befindlichen Abweichungen von der normalen Gestalt ihrer Größe nach zu ermitteln. Nachdem somit diese Abweichungen bekannt und durch Zahlenwerthe ausgedrückt worden sind, kann man die durch das Instrument angestellten Beobachtungen vermittelst der Rechnung von der Einwirkung der Unregelmäßigkeiten, die der Künstler nicht vermeiden konnte, befreien. Da ferner der Astronom seine Prüfungen wiederholen kann so oft er will, so kann er außerdem noch die Unregelmäßigkeiten unschädlich machen, die sich von der Zeit und dem Gebrauche des Instruments erzeugen möchten.

2.

Bessel zeigte unter andern die Nothwendigkeit und Möglichkeit der Bestimmung der Theilungsfehler eines Winkelmessinstruments. Er ermittelte nicht nur die nicht unbedeutenden Theilungsfehler des *Caryschen* Kreises, sondern auch die geringen des *Reichenbachschen* Meridiankreises der Königsberger Sternwarte. Mehrere Astronomen sind diesem Beispiele gefolgt, und jeder, dem es darum zu thun ist, Beobachtungen zu liefern, die von der Einwirkung beständiger Fehler, oder überhaupt von der Individualität des angewandten Instruments

frei seien, muß diesem folgen. Das Verfahren, wodurch die Theilungsfehler bestimmt werden, ist allbekannt, es besteht in einer sinnreichen Anwendung des Principes, welches *Reichenbach* zuerst anwandte, um die Theilung auf der Theilmaschine ursprünglich zu verfertigen. Man kann das *Besselsche* Verfahren eine Fortsetzung und Erweiterung des *Reichenbachschen* nennen, denn man kann es auch anwenden, um auf einer Theilmaschine, dessen Theilung nicht zur Zufriedenheit gerathen ist, eine zweite vollkommenere Theilung aufzutragen.

Dieses Verfahren, so vollkommen es ist, verursacht indess, wenn man es auf alle Theilstriche eines Münchener oder *Repsoldschen* Meridiankreises anwenden wollte, nicht unbedeutende Arbeit; *Bessel* brauchte zur Bestimmung der Fehler von 96 Strichen des *Reichenbachschen* Meridiankreises der Königsberger Sternwarte 22 Tage, er würde diesem zufolge einen Zeitraum von 4—5 Jahren gebraucht haben, um die Fehler aller 7560 Striche dieses Instruments mit gleicher Schärfe zu bestimmen. Es ist sicherlich dieser Umstand, welcher die Astronomen abgehalten hat, den Theilungsfehler eines jeden Theilstrichs zu bestimmen, und sie bewogen hat, sich mit der Bestimmung der Fehler einer geringen Anzahl von Strichen zu begnügen, und aus diesen ein stetiges Gesetz derselben abzuleiten, welches für alle Striche des Kreises als geltend angenommen wurde. Man bestimmte mit andern Worten die regelmäßigen Theilungsfehler, und zog diese allein bei den durch das Instrument angestellten Beobachtungen in Rechnung.

3.

Gegen das durch dieses Verfahren bedingte Erforderniß, daß der so gefundene regelmäßige Theil der Theilungsfehler der größere Theil des ganzen Fehlers eines jeden Striches sey, würde man vielleicht Zweifel erheben, und diese auf die Einrichtung der Theilmaschine gründen können. Da auf den auf der Theilmaschine zu theilenden Instrumenten, je nach ihrer Größe und ihrem Zwecke, bei ihrer gegenwärtigen Einrichtung bald eine größere, bald eine kleinere Anzahl von Theilstrichen erforderlich ist, so ziehen die Künstler gemeinlich (*Reichenbach* wenigstens that es) vor, auf der Theil-

maschine nur eine geringe Anzahl von Strichen, z. B. Einen von Grad zu Grad zu ziehen, und sich bei der Auftragung der Theilung auf das zu theilende Instrument einer Art von Nonien zu bedienen, durch welche sie die den Unterabtheilungen der Grade zukommenden Striche erhalten. Die Auftragung dieser Striche auf das zu theilende Instrument beruht also auf einem zusammengesetzteren Verfahren, und die Richtigkeit derselben ist nicht nur von der Richtigkeit der Striche der Theilmaschine selbst, sondern auch von der der Striche des angewandten Nonius und von der Länge desselben abhängig. Es sind daher diese Striche des Instruments mehr Fehlerquellen ausgesetzt, wie diejenigen, die auf der Theilmaschine unmittelbar ihr Analogon haben. Man wird daher das durch Beobachtung der Fehler solcher Striche, die unmittelbar von der Theilmaschine abgetragen worden sind, gefundene Gesetz der Fehler nicht füglich auf alle vorhandenen Striche ausdehnen dürfen. Die Zugrundelegung aber von Strichen beiderlei Gattung bei der Aufsuchung des Gesetzes der Theilungsfehler, würde wohl die Auffindung eines Gesetzes, welches den wirklich vorhandenen Fehlern aller Striche nahe Genüge leistet, dem Zufalle noch mehr anheim stellen. Sowohl aus diesen Gründen, als auch weil während der Auftragung der Theilung auf das Instrument unvorherzusehende Zufälligkeiten verschiedener Gattung auf die Genauigkeit des einen oder andern Theilstrichs sehr wohl haben besonders störend einwirken können, ist es sehr wünschenswerth, ja ich möchte sagen unumgänglich erforderlich, alle in Anwendung kommende Theilstriche des Instruments speciell untersuchen zu können. Da aber dieses bei der jetzigen Einrichtung der Instrumente, wegen der sehr großen Anzahl von Strichen, nicht ausführbar ist, so suchte ich eine Einrichtung aufzufinden, die weniger Theilstriche erfordert. Dieses ist mir gelungen, und ich habe den 20zölligen Meridiankreis der hiesigen Sternwarte bereits so einrichten lassen. Die Anzahl der erforderlichen Theilstriche wird durch diese Einrichtung so beträchtlich reducirt, daß von den 5700 Strichen, die auf diesem Kreise mit Inbegriff der Nonien befindlich sind, jetzt nur 194 Striche in Anwendung kommen. Diese Anzahl ist nicht größer, als daß man den Fehler eines jeden durch dieselben gebildeten Diameters in kurzer Zeit bestimmen kann; diese Fehler sind auch bereits von mir vollständig bestimmt worden.

4.

Ich werde diese neue Einrichtung mit Anführung der Dimensionen beschreiben, die ich bei dem hiesigen Meridiankreise in Anwendung gebracht habe; die Abänderung dieser für ein größeres oder kleineres Instrument kann jeder leicht selbst machen.

Man denke sich den Kreis durch 72 Striche in Intervalle von je 5° getheilt, und auf der nach *Reichenbachscher* Art

eingedrehten, und nahe mit der Theilung des Kreises in Einer Ebene liegenden Alhidade so viele, symmetrisch vertheilte Bögen von je 5° Länge, wie man Ablesungen haben will, deren jeder durch 61 Striche in Intervalle von je $5'$ getheilt ist, welche Bögen ich *Hälftheilungen* nenne. Dies ist die für die in Rede stehende Einrichtung erforderliche Beschaffenheit der Theilung.

Ich konnte hiefür die vorhandene Theilung des Kreises und der Nonien ohne Weiteres benutzen, obgleich die Theilstriche der letzteren nicht $5'$ sondern $4' 56''$ von einander entfernt liegen. Dieser Umstand verursacht weiter nichts, als daß die Ablesung nicht so einfach ist wie möglich, ich hielt aber im vorliegenden Falle den Vortheil, die ursprüngliche Theilung des Instruments beibehalten zu können, dieses kleinen Opfers an Einfachheit werth.

Um die beschriebene Theilung dem beabsichtigten Zwecke gemäß benutzen zu können, befanden sich über der Theilung des Kreises und der Hälftheilungen eben so viele mikrometrische Mikroskope wie Hälftheilungen vorhanden sind. Sie sind auf einem gemeinschaftlichen Rahmen oder Gestelle, welches ich den Mikroscohalter nenne, befestigt, und können gemeinschaftlich mit einander längs der Ausdehnung der Hälftheilungen, also 5° , fortbewegt, und auf jedem beliebigen Punkte dieses Bogens festgestellt werden. Sie bewegen sich concentrisch mit Kreis und Alhidade, und die Entfernung ihrer Achse von der Drehungsachse des Kreises ist dem Halbmesser der Alhidade gleich, man sieht also in dem Gesichtsfelde desselben sowohl die Theilung des Kreises wie die Hälftheilung.

Die Anbringung dieser Mikroskope an dem *Ertelschen* Meridiankreise liefs sich sehr leicht machen. Auf der ohnehin auswendig conisch geformten Büchse der Alhidade, die bisher den Arm mit den beiden Loupen trug, wurde eine zweite Büchse angepaßt, und darauf der Mikroscohalter aufgeschraubt. Eine Feder, derjenigen ähnlich, durch welche die Büchse der Alhidade an den, am Kreise befindlichen conischen Zapfen sanft angedrückt wird, drückt die Büchse des Mikroscohalters leise an die, hier den Zapfen bildende Büchse der Alhidade an. Eine zweite, vertikal wirkende, und mit einer Frictionsrolle versehene Feder hebt das Gewicht des Mikroscohalters und der daran befindlichen Mikroskope auf. Außerdem befindet sich am Mikroscohalter, von dessen Mittelpunkt ausgehend, ein Arm, welcher mit einer, von der gewöhnlichen nicht sehr verschiedenen Vorrichtung zum Lösen und Festsetzen desselben versehen ist, und am untern Ende eine Schraube trägt, um nach dem Festsetzen den Mikroskopen noch eine kleine Kreis-drehung mittheilen zu können. Endlich dient ein auf der Alhidade angebrachter, und auf die Theilung des Kreises hin-

weisender Index um die Grade und Zwölftel derselben abzulesen. Ich habe hiefür die vorhandene feine Theilung des Kreises benutzen müssen; bei einem ursprünglich auf diese Art eingerichteten Instrumente würde man aber am zweckmäßigsten diesen Index auf eine besondere, stark eingeschnittene Theilung, die nicht mit besonderer Genauigkeit aufgetragen zu werden braucht, hinweisen lassen.

Da ich befürchtete, daß an einem 20zölligen Meridiankreise, wie der hiesige, bei vier Ablesungen die Ablesung der unteren Mikroskope, wegen der kleinen Entfernung der Pfeiler von denselben, beschwerlich werden möchte, so zog ich vor, nur zwei in horizontaler Linie einander diametral gegenüber stehende Ablesungen anbringen zu lassen. Bei einem größeren Meridiankreise sind indeß vier Ablesungen unbedingt vorzuziehen, auch wird es zweckmäßig seyn bei einem solchen die Intervalle enger zu nehmen. An einem 3füßigen Kreise z. B. wird man die Einrichtung etwa so machen, daß man dem Kreise selbst 90, und jeder Hülfsheilung 81 Striche giebt, wodurch die Intervalle dieser 3' betragen, oder dem Kreise 120 und jeder Hülfsheilung 61 Striche, welche Einrichtung dieselben Intervalle giebt.

5.

Die Anwendung der so eingerichteten Theilung besteht in Folgendem. Da die Länge jeder Hülfsheilung dem Intervall zwischen je zwei einander auf dem Kreise zunächst befindlichen Theilstrichen gleich ist, so befindet sich immer Einer dieser im Bereiche jeder Hülfsheilung. Man führe nun, nachdem man den Stern eingestellt hat, die Mikroskope über den Hülfsheilungen bis dahin, daß dieser Theilstrich des Kreises so nahe wie möglich in der Mitte des Gesichtsfeldes desselben steht und messe durch Einstellung dieses Striches des Kreises und des nächsten Striches der Hülfsheilung mittelst der Mikrometerschrauben der Mikroskope das Intervall zwischen denselben. Verbunden mit der Angabe des beschriebenen Index hat man hiemit die vollständige Ablesung. Wenn z. B., angenommen, daß die Hülfsheilungen in Intervalle von 5' getheilt sind, der Index zwischen $24^{\circ} 25'$ und $24^{\circ} 30'$ zeigt, und die Einstellung des Striches des Kreises und des nächsten vorhergehenden der Hülfsheilung resp. $5' 4'' 2$ und $2' 51'' 4$ gegeben haben, dann ist die vollständige Ablesung $24^{\circ} 27' 12'' 8$.

6.

Wenn man außerdem den dem Striche des Kreises zunächst nachfolgenden Strich der Hülfsheilung einstellt, so erlangt man den wesentlichen Vortheil, die Werthe der Mikrometerscalen der Mikroskope eliminiren zu können. Die Werthe dieser Scalen sind nicht immer so beständig, wie man geneigt seyn könnte anzunehmen, sehr kleine Veränderungen in der Entfernung der Objective der Mikroskope von der Ebene

der Theilung, durch Temperaturveränderungen oder andere nicht zu berechnende Umstände hervorgebracht, bewirken schon merkliche Aenderungen darin. Einen auffallenden Beleg hiefür bieten nach *Airy's* Erfahrungen die Greenwicher Kreise dar. In den Greenwicher Beobachtungen für 1836 p. XXXIII u. f. findet man die Werthe der Revolutionen der Mikrometerschrauben an den dortigen Kreisen von Woche zu Woche durchs ganze Jahr angeführt. Die Summe der Ablesungen aller sechs Mikroskope des *Troughtonschen* Kreises, welche $6 \times 300''$ seyn sollte, nachdem sie auf zwei auf einander folgende Striche des Kreises eingestellt worden waren, entfernt sich davon im Laufe des Jahrs, wenn man das Mittel aus den drei Ablesungen Eines Tages nimmt, von $-7''$ bis $+12''$. Bei einzelnen Mikroskopen kommen Abweichungen vor, die von $-3'' 2$ bis $+3'' 9$ gehen, obgleich unmöglich die Einstellungsfehler bei solchen Mikroskopen ein paar Zehntel-Seconden erreichen können. Daß diese Veränderungen von den Veränderungen der Temperatur herrühren, zeigt der Gang derselben, indem die Werthe der Mikrometerscalen im Allgemeinen im Sommer kleiner sind, wie im Winter, und daß diese Ursache an den Greenwicher Kreisen solche Veränderung hervorbringen muß, geht aus der Einrichtung derselben hervor. Die Theilung befindet sich auf der Peripherie des Kreises und die Mikroskope sind auf dem Steine befestigt. Die Theilung nähert sich daher oder entfernt sich von den Mikroskopen bei jeder Temperaturveränderung um den Betrag der Differenz der Ausdehnung des Messings und des Steins. Aber nicht alle an andern Orten vorkommenden Aenderungen des Werthes der Mikrometerscale können aus dieser Ursache erklärt werden, es kommen in kurzer Zeit die größten überhaupt statt findenden Aenderungen vor. Es gehört das oben angeführte Minimum dem Nov. 14, und das Maximum dem Nov. 28 an.

Temperaturänderungen können nun freilich an unsern Meridiankreisen, vermöge deren Bauart, keine so großen Aenderungen (regelmäßige eigentlich gar nicht) hervorbringen, wie die angeführten der Greenwicher Kreise, aber demungeachtet zeigen sich zuweilen hier wie dort unregelmäßige, nicht unmerkliche Aenderungen des Werthes der Mikrometerscale, wie ich selbst am hiesigen Kreise zu bemerken Gelegenheit gehabt habe. Diese können nun völlig unschädlich gemacht werden, wenn man, wie oben angeführt ist, stets die zwei, dem Theilstrich des Kreises am nächsten liegenden Theilstriche der Hülfsheilung einstellt.

7.

Sey die Angabe des Index I , die Angabe der Mikrometerscale bei Einstellung der drei betreffenden Theilstriche a, a', a'' , so daß a und a'' den Strichen der Hülfsheilung, und a' dem Striche des Kreises angehört, ferner unter allen drei Ablesungen

a die kleinste, und a'' die größte ist. Dann hat man für die reducirte Ablesung, wenn man sie A nennt, die Theilungsfehler der drei Striche mit φ , φ' , φ'' , den Werth eines Scalentheils mit r , und die Intervalle der Hülfttheilung mit i bezeichnet, folgende zwei Gleichungen:

$$\begin{aligned} A &= I + \varphi' + \varphi + r(a' - a) \\ A &= i + I + \varphi' + \varphi'' - r(a'' - a') \end{aligned}$$

Eliminirt man hieraus r , so ergibt sich

$$A = \frac{(I + \varphi' + \varphi)(a'' - a') + (i + I + \varphi' + \varphi'')(a' - a)}{a'' - a}$$

oder nach einer leichten Umstellung

$$A = \frac{1}{2}i + I + \varphi' + \frac{1}{2}(\varphi + \varphi'') + \frac{i + \varphi'' - \varphi}{a'' - a}(a' - \frac{1}{2}(a + a''))$$

bei deren Anwendung man auch die Constante $\frac{1}{2}i$, weil sie alle Ablesungen auf gleiche Art afficirt, weglassen kann

Da $r(a'' - a)$ immer sehr nahe gleich i gefunden wird, so läßt sich das letzte Glied dieses Ausdrucks in eine Tafel mit einfachem Argument bringen. Sey

$$r(a'' - a) = i + x$$

dann wird, wenn wir das Quadrat und die höheren Potenzen von x übergehen,

$$\frac{i + \varphi'' - \varphi}{a'' - a} = r \frac{1 + \frac{\varphi'' - \varphi}{i}}{1 + \frac{x}{i}} = r \left\{ 1 - \frac{x + \varphi - \varphi''}{i} \right\}$$

oder wenn wir mit $x = r(a'' - a) - i$ diese Größen eliminiren,

$$\frac{i + \varphi'' - \varphi}{a'' - a} = r \left\{ 2 - r \frac{a'' - a + \frac{\varphi - \varphi''}{r}}{i} \right\}$$

Für $(a'' - a) + \frac{\varphi - \varphi''}{r}$ können wir aber schreiben

$$\left(a'' - a' + \frac{\varphi - \varphi''}{2r} \right) + \left(a' - a + \frac{\varphi - \varphi''}{2r} \right)$$

und für $(a' - \frac{1}{2}(a + a''))$ kann gesetzt werden

$$-\frac{1}{2} \left(a'' - a' + \frac{\varphi - \varphi''}{2r} \right) + \frac{1}{2} \left(a' - a + \frac{\varphi - \varphi''}{2r} \right)$$

wir haben daher

$$\begin{aligned} & \frac{i + \varphi'' - \varphi}{a'' - a} (a' - \frac{1}{2}(a + a'')) \\ &= \left\{ r \left[a' - a + \frac{\varphi - \varphi''}{2r} \right] - \frac{r^2 \left[a' - a + \frac{\varphi - \varphi''}{2r} \right]^2}{2i} \right\} \\ & \quad \left\{ r \left[a'' - a' + \frac{\varphi - \varphi''}{2r} \right] - \frac{r^2 \left[a'' - a' + \frac{\varphi - \varphi''}{2r} \right]^2}{2i} \right\} \end{aligned}$$

Hieraus geht hervor, daß das in Rede stehende Glied unsers Ausdrucks für A in eine Tafel mit einfachem Argument gebracht werden kann, in welche man bei deren Gebrauch zweimal, nemlich einmal mit dem Argumente $a' - a + \frac{\varphi - \varphi''}{2r}$, und

einmal mit dem Argumente $a'' - a' + \frac{\varphi - \varphi''}{2r}$ eingehen muß.

$\frac{\varphi}{r}$ und $\frac{\varphi''}{r}$ sind die Theilungsfehler der Striche der Hülfttheilung in Einheiten der Mikrometerscale ausgedrückt. Für r braucht bei der Berechnung dieser Tafel nur ein beiläufiger oder vielmehr ein Mittelwerth angewandt zu werden.

8.

Um ein Beispiel zu dem Resultate des vorigen Artikels zu geben, nehme ich an, daß jeder Scalenthail beiläufig Eine Secunde sey, wodurch $r = 1$ wird. Es steht somit, wenn wir außerdem $i = 300''$ annehmen, ein Theil der nach obiger Formel berechneten Tafel wie folgt:

Arg.		Diff.	
2'	0''	1' 36''0	5''8
	10	41,8	5,5
	20	47,3	5,2
	30	52,5	4,8
	40	57,3	4,6
	50	2 1,9	4,1
3	0	6,0	3,8
	10	9,8	3,6
	20	13,4	3,1
	30	16,5	2,8
	40	19,3	2,5
	50	21,8	2,2
4	0	24,0	

Man habe nun nach Einstellung eines Sterns abgelesen

$$\begin{aligned} a &= 2' 54''8 \\ a' &= 5 \quad 3,0 \\ a'' &= 8 \quad 0,7 \end{aligned}$$

und es sey $\frac{1}{2}(\varphi - \varphi'') = +0''8$, dann sind die Argumente für die Tafel

$$\begin{aligned} a' - a + \frac{1}{2}(\varphi - \varphi'') &= 2' \quad 8''2 + 0''8 = 2' \quad 9''0 \\ a'' - a' + \frac{1}{2}(\varphi - \varphi'') &= 2 \quad 57,7 + 0,8 = 2 \quad 58,5 \end{aligned}$$

Geht man hiemit in die Tafel ein, so erhält man die beiden Bögen $1' 41''2$ und $2' 5''4$, und nach Abzug des letztern von dem ersteren $-24''2$, welche zur Summe der Angabe des Index und der Theilungsfehler addirt die vollständige Ablesung geben. Berechnen wir dieselbe Größe streng, so bekommen wir

$$\frac{300'' + \varphi'' - \varphi}{a'' - a} (a' - \frac{1}{2}(a + a'')) = \frac{298''4}{305''9} (-24''75) = -24''14$$

sehr nahe mit dem durch die Tafel gefundenen Werthe übereinstimmend, obgleich der aus unserm Beispiele hervorgehende

Werth von r sich beträchtlich von dem in der Tafel dafür angenommenen entfernt.

Etwanige Unregelmäßigkeiten der Mikrometerschrauben können dieser Tafel einverleibt werden; ich werde dieses im Folgenden näher aus einander setzen. Hier füge ich noch hinzu, daß man, um den Fehler zu vermeiden, der daraus entstehen könnte, daß Kreis und Alhidade nicht genau in Einer Ebene liegen, nur dafür Sorge zu tragen braucht, daß der Theilstrich des Kreises immer nahe dieselbe Lage gegen die Achse des Mikroskops bekomme, am füglichsten in der Verlängerung dieser Achse liege. Der in den mikrometrischen Mikroskopen befindliche, sogenannte Kamm, an welchem man die ganzen Revolutionen der Schraube abliest, gewährt ohne Weiteres ein Mittel, um die verlangte Bedingung mit hinreichender Schärfe erfüllen zu können. Man muß die Mikroskope, ehe man die mikrometrische Messung anfängt, so einstellen, daß der Theilstrich des Kreises in dem Einschnitte des Kammes erscheint, welcher der Achse des Mikroskops am nächsten liegt. Es ist somit gleichgültig, ob Kreis und Alhidade genau in Einer Ebene liegen oder nicht, wenn nur nicht der Unterschied der Entfernungen derselben von den Mikroskopen so groß ist, daß dadurch das eine Bild undeutlich wird oder Parallaxe zeigt.

9.

Die im Vorhergehenden beschriebene Einrichtung kann auf zweifache Art abgeändert werden. Man kann den Mikroskophalter, anstatt an der Alhidade, an dem Zapfenlager des Meridiankreises dergestalt anbringen, daß er nebst den daran befestigten Mikroskopen um den Bogen, welcher der Länge der Hülfstheilungen gleich kommt, gedreht werden kann. Strenge Concentricität dieser Drehung mit der des Kreises ist nicht nothwendig.

Man kann auch die Alhidade ganz weglassen, und Hülfs-theilungen nebst drehbaren Mikroskopen an dem einen Zapfenlager des Meridiankreises befestigen, und so einrichten, daß sie bei der Umlegung des Kreises abgenommen und an das andere Lager befestigt werden können. Strenge Concentricität der Hülfstheilungen des Kreises und der Drehung der Mikroskope ist auch hier nicht erforderlich, da das Mittel aus zwei diametralen Ablesungen von der Excentricität, wenn diese klein ist, unabhängig ist. Da ich diese Einrichtung, wenn sie zweckmäßig ausgeführt wird, für die beste halte, so will ich mich etwas länger dabei aufhalten.

Da nun der Kreis und die Hülfstheilungen nicht in Einer, oder nahe Einer Ebene liegen können, so sind für jede Able- sung zwei Mikroskope erforderlich, die am vorteilhaftesten in einem Radius der Theilung angebracht, und einander so nahe wie

möglich gestellt werden *). Dasjenige dieser Mikroskope, durch welches man die Kreistheilung sieht, braucht kein Mikrometer zu haben, sondern nur mit einem, nach Art der Fernröhre der Münchener Theodoliten, in grader Linie ein Weniges verschiebbaren Diaphragma versehen zu seyn, um die Fäden so stellen zu können, daß man in allen vorhandenen Mikroskopen dieser Gattung bei Einer und derselben Stellung des Mikroskophalters einen Theilstrich des Kreises sehr nahe mit denselben in Coincidenz erblickt. Die Mikroskope, durch welche man die Hülfs-theilungen erblickt, müssen Mikrometer haben.

Nach der Einstellung des Sterns im Fernrohr stellt man zuerst den betreffenden Theilstrich des Kreises durch Drehung des Mikroskophalters in das nicht-mikrometrische Mikroskop der ersten Ablesung ein, und sodann das andere Mikroskop durch Hülfe der Mikrometerschraube auf den der Achse desselben zunächst liegenden Theilstrich der Hülfs-theilung. Zur zweiten Ablesung übergehend stellt man wieder zuerst das nicht-mikrometrische Mikroskop dieser Ablesung auf den Theilstrich des Kreises ein, wozu es, wenn die obige Forderung erfüllt worden ist, nur einer sehr kleinen Drehung des Mikroskophalters bedarf; hierauf wird durchs Mikrometer des andern Mikroskops der der Achse desselben zunächst liegende Theilstrich dieser Hülfs-theilung eingestellt, und so ferner bei den übrigen Ablesungen.

Hier bedarf es also, um eine vollständige Ablesung der Angabe des Kreises zu erhalten, nur Einer Ablesung an jedem mikrometrischen Mikroskope, stellt man aber in jedem dieser die zwei, der Achse derselben am nächsten liegenden Theilstriche ein, dann erlangt man, wie oben, den Vortheil, den Werth der Scalentheile eliminiren zu können. Da sich hier die Vorschriften ein klein wenig anders gestalten, wie bei der vorher beschriebenen Einrichtung, und sich auch bei der gewöhnlichen mikroskopischen Ablesung der Kreise benutzen lassen, so will ich sie von Neuem entwickeln, und den Zusatz, den eine etwanige Unregelmäßigkeit der Mikrometerschrauben nöthig macht, hinzufügen.

10.

Vorhandene Unregelmäßigkeiten der Mikrometerschrauben können nur darin bestehen, daß die Weite der Schraubengänge allmählig ab- oder zunimmt, und die Schraubengänge selbst während jeder Revolution nicht gleichmäßig vorrücken. Da

*) Vielleicht könnte man in Einer Röhre mit Einem Ramsdenschen Ocular zwei Objective dergestalt in Verbindung setzen, daß man in solchem Mikroskope Kreistheilung und Hülfs-theilung zugleich deutlich sehen könnte, doch lasse ich dieses dahingestellt seyn, da ich keinen sonderlichen Vortheil darin erblicke.

immer angenommen werden muß, daß diese Unregelmäßigkeiten sehr klein sind, so kann man die Anzahl von Secunden, die irgend einer Ablesung a entsprechen durch folgende Formel ausdrücken:

$$r(a-a') + r'(a-a')^2 + r'' \sin\left(\frac{a}{n} 360^\circ + k\right)$$

wo r der Werth Eines Scalentheils an dem Punkte, wo $a = a'$, n die Anzahl von Scalentheilen, die einer Revolution der Schraube entsprechen, und r' , r'' , k Constanten sind, die von

$$A = I + \varphi' + \varphi + r(a-a') + r'(a-a')^2 + r'' \sin\left(\frac{a}{n} 360^\circ + k\right)$$

$$A = -i + I + \varphi' + \varphi'' + r(a''-a') + r'(a''-a')^2 + r'' \sin\left(\frac{a''}{n} 360^\circ + k\right)$$

und hieraus durch Elimination von r

$$A = -\frac{1}{2}i + I + \varphi + \frac{1}{2}(\varphi + \varphi'') + \frac{i + \varphi - \varphi''}{a'' - a} \left(\frac{1}{2}(a'' + a) - a'\right) - r'(a-a')(a''-a') + r'' \frac{a'' - a'}{a'' - a} \sin\left(\frac{a}{n} 360^\circ + k\right) - r'' \frac{a - a'}{a'' - a} \sin\left(\frac{a''}{n} 360^\circ + k\right).$$

Wir erhalten auf dieselbe Art wie oben

$$\begin{aligned} \frac{i + \varphi - \varphi''}{a'' - a} \left(\frac{1}{2}(a'' + a) - a'\right) &= \left\{ r \left[a'' + \frac{\varphi'' - \varphi}{2r} - a' \right] - \frac{r^2 \left[a'' + \frac{\varphi'' - \varphi}{2r} - a' \right]^2}{2i} \right\} \\ &+ \left\{ r \left[a - \frac{\varphi'' - \varphi}{2r} - a' \right] + \frac{r^2 \left[a - \frac{\varphi'' - \varphi}{2r} - a' \right]^2}{2i} \right\} \end{aligned}$$

und können in den drei letzten Gliedern unsers Ausdrucks für A , da r' und r'' immer sehr klein sind, unbedenklich $a'' = a + \frac{i}{r}$ setzen. Hiemit lassen sich diese drei Glieder wie folgt umstellen:

$$\begin{aligned} &-\frac{1}{2}r'(a-a')(a-a'+i') - \frac{1}{2}r'(a''-a')(a''-a'-i') \\ &+ r'' \frac{a-a'+i'}{i'} \sin\left(\frac{a}{n} 360^\circ + k\right) - r'' \frac{a''-a'-i'}{i'} \sin\left(\frac{a''}{n} 360^\circ + k\right) \end{aligned}$$

wo zur Abkürzung i' statt $\frac{i}{r}$ geschrieben ist, und überdies ohne merklichen Schaden der Genauigkeit den Ablesungen

$$K = -\frac{1}{2}i - r(a'-B) + r^2 \frac{(a'-B)^2}{2i} - \frac{1}{2}r'(a'-B)(a'-i'-B) - r'' \frac{a'-i'-B}{i'} \sin\left(\frac{B}{n} 360^\circ + k\right)$$

und eine welche

$$K' = -\frac{1}{2}i + r(B'-a') - r^2 \frac{(B'-a')^2}{2i} - \frac{1}{2}r'(B-a')(B-a'-i') - r'' \frac{B'-a'-i'}{i'} \sin\left(\frac{B'}{n} 360^\circ + k\right)$$

gibt, dann ist die reducirte Ablesung

$$A = I + \varphi' + \frac{1}{2}(\varphi + \varphi'') + K + K'$$

wenn K mit dem Argumente

$$B = a - \frac{\varphi'' - \varphi}{2r}$$

und K' mit dem Argumente

$$B' = a'' + \frac{\varphi'' - \varphi}{2r}$$

aus diesen Tafeln genommen wird. Da die Achse des Mikroskops als Nullpunkt angesehen, und die beiden Theilstriche, welche dieser Achse am nächsten liegen, eingestellt werden müssen, so bedeutet in den vorstehenden Formeln a' die Ablesung des Mikrometers, welche dieser Achse entspricht, und

der Größe und Lage der Unregelmäßigkeiten der Schraube abhängen, und durch successive Einstellungen verschiedener Punkte derselben auf zwei Striche oder Punkte, die eine angemessene Entfernung von einander haben, bestimmt werden müssen. Wir haben nun mit Beibehaltung der vorher angewandten Bezeichnungen, wenn bei jeder Ablesung zwei Striche der Hülfstheilung, die a und a'' gegeben haben, eingestellt worden sind, folgende zwei Gleichungen

a und a'' die Theilungsfehler addirt oder subtrahirt werden können. Berechnet man daher zwei Tafeln, eine welche

es ist immer $a < a'$, und $a'' > a'$. Die erste Tafel wird daher von $B = a' - i'$ bis $B = a'$,

und die zweite

$$\text{von } B' = a' \text{ bis } B' = a' + i'$$

ausgedehnt. Zu bemerken ist, daß

$$A = I + \varphi' + K + K'$$

wird, wenn man aus denselben Tafeln K mit dem Argumente

$$B = a + \frac{\varphi}{r}$$

und K' mit dem Argumente

$$B' = a'' + \frac{\varphi''}{r}$$

nimmt. Wenn man dafür Sorge trägt, daß für alle Mikroskope r sowohl, wie die correspondirenden Ablesungen einander nahe gleich sind, so kann man die obigen Tafeln, nachdem sie mit dem Mittel aus allen Einzelwerthen der kleinen mit r' und r'' multiplicirten Glieder berechnet worden sind, auf das Mittel aus den correspondirenden Ablesungen anwenden.

11.

Die Bestimmung der Theilungsfehler des Kreises geschieht nach der *Besselschen* Methode, und es ist hiebei jedenfalls am einfachsten und zweckmäßigsten nicht den Fehler jedes einzelnen Strichs, sondern das Mittel aus den Fehlern von je zwei diametral einander gegenüberstehenden Strichen, oder mit andern Worten den Fehler eines jeden der durch die Theilstriche gebildeten Diameter zu bestimmen. Um bei dieser Bestimmung die durch seine eigene Schwere erzeugte Biegung des Kreises zu eliminiren, muß man die zu prüfenden Winkel so wählen, daß sie Theiler nicht nur von 360° , sondern auch 180° sind, die vier Mikroskope so anbringen, daß die durch den Mittelpunkt des Kreises gezogene Horizontallinie den zu prüfenden Winkel halbirt, und die Einstellungen durch den ganzen Umkreis fortsetzen, damit jedes Paar Theilstriche unter jedes Paar Mikroskope komme.

Hinsichtlich der Prüfung der Hülfstheilungen habe ich einiges zu bemerken. Zuerst ist die Länge der Hülfstheilungen zu untersuchen. Zu dem Ende stelle man den Kreis so, daß irgend zwei Striche desselben nahe mit den Endstrichen der einen Hülfstheilung coincidiren, und messe durch Hülfe der Mikroskope, die in ihrer gewöhnlichen Lage bleiben, den Unterschied zwischen der Entfernung dieser Striche des Kreises und der Länge der Hülfstheilung, und dasselbe geschehe bei unveränderter Lage des Kreises an der diametral gegenüberstehenden Hülfstheilung. Nennt man das Mittel aus diesen beiden beobachteten Differenzen a , (positiv wenn die Längen der Hülfstheilungen kleiner gefunden worden, wie die Entfernung der angewandten Striche des Kreises,) und x das Mittel aus den noch unbekannten Längen der beiden Hülfstheilungen, dann ist das Mittel aus den beiden bezüglichen Intervallen am Kreise $= a + x$. Man bewege jetzt den Kreis um einen Bogen, welcher beiläufig der Länge der Hülfstheilungen gleich ist, so daß jetzt das folgende Intervall des Kreises mit der Hülfstheilung nahe coincidirt, und messe diese Differenz. Sey sie a , gefunden, dann ist das Mittel aus den beiden jetzt in Betracht kommenden Intervallen des Kreises $= a + x$. Dieses Verfahren setze man durch den ganzen Umkreis fort. Nennt man nun die Theilungsfehler der Diameter des Kreises der Reihe nach $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$ etc., und die Anzahl aller Theilstriche des Kreises $2n$, dann sind die Mittel aus den wahren Werthen

von je zwei diametral einander gegenüber stehenden Intervallen der Reihe nach

$$\frac{180^\circ}{n} - \gamma_0 + \gamma_1; \quad \frac{180^\circ}{n} - \gamma_1 + \gamma_2; \text{ etc.}$$

und die beschriebenen Messungen geben die Gleichungen

$$\frac{180^\circ}{n} - \gamma_0 + \gamma_1 = a + x$$

$$\frac{180^\circ}{n} - \gamma_1 + \gamma_2 = a + x$$

$$\vdots$$

$$\frac{180^\circ}{n} - \gamma_{n-2} + \gamma_{n-1} = a_{n-2} + x$$

$$\frac{180^\circ}{n} - \gamma_{n-1} + \gamma_n = a_{n-1} + x$$

deren Anzahl n ist. Aber γ_0 und γ_n gehören dem nemlichen Diameter an, und es ist daher $\gamma_0 = \gamma_n$; addiren wir daher alle vorstehenden Gleichungen, so verschwinden die Theilungsfehler des Kreises, und wir erhalten

$$x = \frac{180^\circ}{n} - \frac{a + a_1 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1}}{n}$$

Da nun der Theilungsfehler des durch die Anfangsstriche der beiden Hülfstheilungen gebildeten Diameter willkürlich ist, und folglich $= 0$ gesetzt werden kann, so ist der Theilungsfehler des durch die Endstriche dieser beiden Hülfstheilungen gebildeten Diameter

$$= - \frac{a + a_1 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1}}{n}$$

und wird demnach unabhängig von den Theilungsfehlern des Kreises gefunden.

Die obigen Gleichungen, aus welchen wir x abgeleitet haben, dienen zugleich zur Prüfung des Winkels $\frac{180^\circ}{n}$ des Kreises, und in Verbindung mit den übrigen, durch Hülfe von vier Mikroskopen geprüften Winkel, um die Theilungsfehler der Diameter des Kreises zu bestimmen.

12.

Die einzelnen Intervalle der Hülfstheilungen können ohne Weiteres durch Einstellung je zweier auf einander folgenden Striche in den mikrometrischen Mikroskopen bestimmt werden, und so könnte man schon, da die Theilungsfehler des Anfangs- und Enddiameter der Hülfstheilungen bekannt sind, den Theilungsfehler jedes Diameter derselben bestimmen. Allein auf diese Art würden die Fehler der Diameter, welche in der Mitte der Hülfstheilungen liegen, nur unsicher gefunden. Sey die Anzahl der Intervalle jeder Hülfstheilung m , die Mittel aus den Messungen je zweier einander diametral gegenüberstehenden Intervalle $b, b_1, \dots, b_{m-2}, b_{m-1}$, die Größe jedes Intervalls, wenn die Theilungsfehler Null wären h , die Theilungsfehler der Diameter $z, z_1, z_2, \dots, z_{m-1}, z_m$, dann haben wir

$$\begin{aligned} h - z + z_1 &= b \\ h - z_1 + z_2 &= b_1 \\ &\vdots \\ h - z_{m-2} + z_{m-1} &= b_{m-2} \\ h - z_{m-1} + z_m &= b_{m-1} \end{aligned}$$

woraus die Theilungsfehler bestimmt werden müssen, und da z und z_m bekannt sind, auch bestimmt werden können. Man findet leicht hieraus allgemein das Gewicht der Bestimmung des Theilungsfehlers z_r

$$= \frac{m}{r(m-r)}$$

welche Function für $r = \frac{1}{2}m$ ein Minimum ist. Setzen wir z. B. $m = 60$, dann ist das Gewicht von z_{30} nur $= \frac{1}{15}$, während das Gewicht von z_1 , sowohl wie das von $z_{59} = \frac{60}{99}$ ist. Wenn $m = 80$, dann ist das Gewicht von z_{40} nur $= \frac{1}{20}$, während das Gewicht von z_1 und $z_{79} = \frac{80}{99}$ ist *). Man muß daher, um alle Theilungsfehler sicher bestimmen zu können, ausser den einzelnen Intervallen auch Aggregate dieser unmittelbar messen. Dieses geschieht ohne besondere Vorrichtungen am einfachsten und sichersten auf folgende Art. Sey n irgend ein Theiler von m , und $\frac{m}{n} = p$, so daß p ein aliquoter Theil der Hülfsheilung ist. Man lasse auf dem Kreise zwischen irgend zwei Theilstrichen zwei Striche ziehen, die nahe um das Intervall p (die Intervalle der Hülfsheilungen als Einheit betrachtet) von einander abstehen, und diametral gegenüber ähnliche. Den ersten dieser beiden Diameter bringe man nahe mit dem Anfangsdiameter der Hülfsheilungen in Coincidenz, dann wird der zweite nahe mit dem Diameter der Hülfsheilung, dessen Theilungsfehler z_p ist, zusammenfallen. Mit den zur Ablesung dienenden Mikroskopen messe man die Differenz zwischen dem auf dem Kreise befindlichen, und dem auf der Hülfsheilung von dem Anfangsdiameter und dem zu den Strichen p gehörigen Diameter gebildeten Intervall. Ist dies geschehen, dann drehe man den Kreis, bis der erste Diameter desselben mit dem Diameter p der Hülfsheilung, und folglich der zweite mit dem Diameter $2p$ der Hülfsheilung nahe übereinstimmt. Hier wiederhole man die Messung, und fahre damit fort, bis daß man zum Diameter np , das ist zum Enddiameter der beiden Hülfsheilungen gelangt. Seyen die auf diese Art gemessenen Differenzen, positiv genommen, wenn das Intervall der Hülfsheilung größer gefunden wurde, wie das Intervall auf dem Kreise, $c, c_p, c_{2p}, \dots, c_{(n-2)p}, c_{(n-1)p}$, dann ergeben sich folgende Gleichungen

$$\begin{aligned} -z + z_p + w &= c \\ -z_p + z_{2p} + w &= c_p \\ &\vdots \\ -z_{(n-2)p} + z_{(n-1)p} + w &= c_{(n-2)p} \\ -z_{(n-1)p} + z_{np} + w &= c_{(n-1)p} \end{aligned}$$

wo w eine unbekannte GröÙe ist, die die Differenz zwischen dem Intervall auf dem Kreise und dem fehlerfrei gedachten Intervall auf der Hülfsheilung ausdrückt.

Wendet man bei der Berechnung der Theilungsfehler diese Gleichungen in Verbindung mit den obigen für z, z_1, z_2 etc. an, so erhält man schon größere Sicherheit, und die größt mögliche Sicherheit wird für alle Diameter der Hülfsheilungen erlangt, wenn man das eben beschriebene Verfahren auf alle mögliche Werthe von p anwendet. Es wird dadurch bewirkt, daß die Gewichte der Bestimmung der Theilungsfehler in der Mitte der Hülfsheilungen bedeutend vergrößert werden.

Um die Hülfsheilungen sicher untersuchen zu können, wird man daher vom Künstler, ausser den eigentlichen Theilstrichen, an irgend einer Stelle des silbernen Limbus, so wie diametral gegenüber, mehrere Striche dergestalt ziehen lassen, daß dadurch die allen möglichen Werthen von p entsprechenden Intervalle gebildet werden. Haben z. B. die Hülfsheilungen 60 Intervalle von je 5', so wird der Kreis ausser den 72 Theilstrichen, noch 11 Diameter bekommen müssen, die resp. von dem ersten derselben 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100 und 150 Minuten abstehen.

Durch die Behandlung der beschriebenen Gleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate kommt man, sowohl bei der Berechnung der Theilungsfehler des Kreises, wie bei derjenigen der Hülfsheilungen, auf ein System von linearischen Gleichungen, welches eine große Anzahl von unbekannten GröÙen enthält. Die Auflösung dieser Gleichungen ist aber demungeachtet leicht zu bewerkstelligen, da sie reciproke Gleichungen sind. Setzt man in diesen

$$\begin{aligned} z_1 + z_{n-1} &= s_1; & z_1 - z_{n-1} &= d_1 \\ z_2 + z_{n-2} &= s_2; & z_2 - z_{n-2} &= d_2 \\ &\text{etc.} & &\text{etc.} \end{aligned}$$

so zerfallen sie in zwei Systeme, deren eins nur die Summen s , und deren anderes nur die Differenzen d als unbekannte GröÙen enthält, deren jedes also nur aus der halben Anzahl Gleichungen und unbekannter GröÙen besteht; diese Theilung kann man wenigstens mit Zuziehung eines einfachen, bekannten Kunstgriffs noch mehrmals fortsetzen. Hiedurch kommt man endlich auf eine Anzahl von Systemen, deren jedes aus einer kleinen Anzahl von Gleichungen und unbekannten GröÙen besteht, und die daher leicht aufgelöst werden können.

*) Ein ähnliches Resultat würde für die Gewichte der Theilungsfehler des Kreises hervorgehen, wenn man zu deren Bestimmung bloß die Gleichungen des vorhergehenden Artikels benutzen wollte.

13.

Da bis jetzt noch keine Untersuchung der Theilung eines 20zölligen *Ertelschen* Meridiankreises bekannt gemacht worden ist, so will ich die von mir durchgeführte Untersuchung des hiesigen Meridiankreises dieser Gattung hier anführen. Man wird hieraus sehen, daß die Genauigkeit der Theilung dieses Instruments, der der gröfsern nicht viel nachsteht. Zugleich sieht man aber auch hieraus, daß es dem Astronomen durch Untersuchung der Theilung möglich wird, auch die Beobachtungen mit solchem Instrumente einer Genauigkeit theilhaftig zu machen, die weit gröfser ist, wie die, welche der geschickteste Künstler ursprünglich hinein legen konnte.

Die Theilungsfehler der 36 Diameter, die bei der jetzigen Einrichtung dieses Meridiankreises nur in Anwendung kommen, sind folgende:

Diameter.	Fehler.	Diameter.	Fehler.
0°, 180°	0	90°, 270°	—0"501
5, 185	0"000	95, 275	—0,803
10, 190	—0,168	100, 280	—0,650
15, 195	+0,189	105, 285	—1,481
20, 200	—0,687	110, 290	—1,221
25, 205	—0,400	115, 295	—0,747
30, 210	+0,014	120, 300	—0,510
35, 215	+0,095	125, 305	—0,523
40, 220	+0,246	130, 310	+0,145
45, 225	+0,376	135, 315	—0,927
50, 230	+0,687	140, 320	—1,654
55, 235	+0,971	145, 325	—1,351
60, 240	—0,323	150, 330	—1,442
65, 245	—0,453	155, 335	—0,870
70, 250	+0,475	160, 340	—0,601
75, 255	+1,007	165, 345	—0,366
80, 260	+0,023	170, 350	—0,680
85, 265	—0,088	175, 355	+0,279

Der wahrscheinliche Fehler einer jeden dieser Bestimmungen ist nicht ganz derselbe. Der gröfste ist = 0"082 und der kleinste = 0"064.

Reichenbachsche und *Ertelsche* Nonien sind noch nie untersucht worden, wenigstens ist keine solche Untersuchung je bekannt gemacht worden. Es kann daher Interesse haben, die Untersuchung zweier Nonien des hiesigen Meridiankreises, welche jetzt als Hülfsatheilungen dienen, kennen zu lernen.

Folgende 62 Diameter zweier Nonien sind nicht alle vorhandenen, allein ich habe bis jetzt die übrigen nicht untersucht, da sie nicht gebraucht werden.

Diam.	Fehler.	Diam.	Fehler.	Diam.	Fehler.
0	0	5	—0"34	10	—0"87
1	—0"38	6	—0,67	11	—0,50
2	—0,55	7	—0,79	12	—0,63
3	—0,08	8	—0,83	13	—0,48
4	—0,02	9	—0,52	14	—0,42

Diam.	Fehler.	Diam.	Fehler.	Diam.	Fehler.
15	—0"85	31	—1,83	47	—1"63
16	—0,38	32	—0,91	48	—1,41
17	—0,66	33	—0,78	49	—1,92
18	—0,88	34	—0,63	50	—1,54
19	—0,32	35	—0,33	51	—1,82
20	—0,84	36	—0,83	52	—1,62
21	—0,82	37	—0,96	53	—2,68
22	—0,79	38	—1,07	54	—0,86
23	—0,97	39	—1,21	55	—1,24
24	—0,33	40	—0,77	56	—1,01
25	—1,51	41	—1,12	57	—1,12
26	—1,17	42	—0,97	58	—0,82
27	—0,92	43	—1,33	59	—0,57
28	—0,60	44	—0,70	60	—1,57
29	—1,03	45	—1,42	61	—2,99
30	—0,73	46	—0,65		

Es zeigt sich hieraus, daß diese Theilung nicht so genau gerathen ist, wie die der untersuchten Striche des Kreises, die im Art. 3 gemachte Bemerkung bewährt sich also hier. Die Nonien sind zu kurz.

§. 2. Von der Biegung.

14.

Auch die Erforschung und Beseitigung der Wirkung der Biegung des Fernrohrs (und des Kreises selbst) gehört zu den wesentlichsten Elementen der Bestimmung der Zenithdistanzen oder Declinationen der Gestirne durch Hülfe eines Meridian- oder überhaupt eines Verticalkreises. Es giebt jetzt drei wesentlich von einander verschiedene Verfahren, um diese Biegung zu ermitteln, und mithin die Beobachtungen davon befreien zu können. *Bessel* hat zwei Methoden zur Aufindung derselben gegeben, nemlich die durch Reflectionsbeobachtungen, und die durch zwei entgegengesetzt aufgestellte Fernröhre. In neuester Zeit hat *Struve* die Verwechselung des Objectivs und Oculars am *Repsoldschen* Meridiankreise der Pulkowaer Sternwarte zu demselben Zweck einrichten lassen, und ich habe im vorigen Winter den Meridiankreis der Seeburger Sternwarte auch so abändern lassen, daß diese Umwechselung ausgeführt werden kann. Wer dieses Verfahren zuerst vorgeschlagen hat, kann ich nicht mit Gewißheit angeben, doch hat schon in den Jahren 1823 oder 24 *Repsold* der Vater desselben in Gesprächen mit mir erwähnt, und ich habe Ursache zu glauben, daß diese Idee von seinem erfindungsreichen Geiste herrührt. Ich werde hier diese drei Verfahren mit einander vergleichen, und dann angeben, wie die letzt genannte Einrichtung beschaffen seyn muß, um den vorgesezten Zweck sicher zu erfüllen.

15.

Die Bestimmung der Biegung durch Beobachtung der von einer Wasser- oder Quecksilberoberfläche reflectirten Bilder

der Sterne läßt theoretisch betrachtet nichts zu wünschen übrig ist aber in der Ausführung sehr zeitraubend und schwierig. *Bessel* selbst sagt (Königsberger Beob. Abth. 7 pag. XIV): „Diese (Reflections-) Beobachtungen haben die „Schwierigkeit, daß der geringste Luftzug die Wasserebene „bewegt, wodurch sehr viele vereitelt werden; sie gelingen „selten, wenn der Wind von der Seite des zu beobachtenden „Sterns kommt“ etc. Die Reflectionsbeobachtungen sind ausserdem beschwerlich, weil der Platz des Wasser- oder Quecksilbergefäßes, welches beträchtlich groß seyn muß, damit die Oberfläche der Flüssigkeit in der Mitte desselben eine Ebene sey, für Sterne von verschiedener Zenithdistanz immer verändert werden muß. Es kommt noch hinzu, daß immer Sterne von beträchtlicher Höhe angewendet werden müssen, weil die reflectirten Bilder niedriger Sterne entweder gar nicht, oder doch nur undeutlich gesehen werden können, daß mithin die unvermeidlichen Beobachtungsfehler einzeln genommen alle vergrößert in das Resultat übergehen, wenn die Biegung im Horizonte und in der Nähe desselben größer ist, wie in beträchtlicher Höhe.

16.

Von den Unbequemlichkeiten und Schwierigkeiten der eben besprochenen Methode ist die Bestimmung der Biegung im Horizonte durch zwei entgegengesetzt aufgestellte Fernröhre frei. Dieses scheinreiche Verfahren ist sicher und einfach, und dessen Ausführung mit keinen Schwierigkeiten verknüpft; es läßt sich überdies noch ein wenig vereinfachen, wenn man statt des einen Fernrohrs einen *Katerschen* Collimator anwendet. Ob aber auch durch dieses Verfahren sich die Biegung außerhalb des Horizonts mit gleicher Leichtigkeit und Schärfe beobachten lasse, kann ich nicht mit Bestimmtheit angeben, da ich selbst keine Erfahrung darüber besitze, und auch gar keine Nachricht habe, ob andere Astronomen solche gemacht haben; ich muß bekennen, daß es mir nicht hat gelingen wollen, für die Aufstellung der Fernröhre außerhalb des Horizonts eine bequeme und sichere Vorrichtung zu ersinnen, denn die Aufstellung des einen Fernrohrs in der Meridianpalte möchte doch wohl in diesem Falle unbequem und überhaupt nicht zweckdienlich erscheinen. Man muß daher, wenigstens so wie diese Sache jetzt steht, sich bei der Anwendung dieses Verfahrens mit der unmittelbaren Beobachtung der Biegung im Horizonte begnügen, und daraus durch Hülfe des als gegeben angesehenen Gesetzes derselben in verschiedenen Zenithdistanzen die Biegung in jedem speciellen Falle berechnen. Da aber eine theoretische Bestimmung dieses Gesetzes die unvermeidlichen Heterogenitäten in der Structur und der Masse der beiden Röhren, aus denen das Rohr des Fernrohrs besteht, nicht berücksichtigen kann, so darf man nicht

wohl dieses Gesetz a priori als gegeben ansehen, und es erwächst also hieraus bei der in Rede stehenden Methode eine Unvollkommenheit. *Bessels* Erfahrungen zufolge scheint das einfachste Gesetz, welches man für die Biegung annehmen kann, nemlich das, welches sie dem Sinus der um einen beständigen Bogen vergrößerten Zenithdistanz proportional setzt, den Beobachtungen nicht vollständig Genüge zu leisten, und es läßt sich leicht zeigen, daß dieses Gesetz, wenn es für ein Fernrohr ohne Hebel und Gegengewichte statt findet, für ein mit den *Reichenbachschen* Hebeln versehenes Fernrohr nicht gelten kann.

17.

Von diesem Uebelstande ist die Erforschung der Biegung durch Umwechslung des Oculars und Objectivs frei. Vorausgesetzt, daß diese Umwechslung so eingerichtet sei, daß sie überhaupt ihrem Zwecke entspricht, läßt sich durch dieselbe die Biegung in jeder Zenithdistanz theils finden, theils aus den Resultaten der Beobachtungen eliminiren. Aus den Beobachtungen eines Fixsterns wird der Einfluß der Biegung eliminirt, wenn man ihn in beiden Lagen des Objectivs beobachtet, und aus dem Mittel der Beobachtungen in jeder Lage das Mittel nimmt, denn in der einen Lage wirkt die Biegung eben-so viel positiv, wie in der andern negativ auf die Beobachtungen ein. Dieselben Beobachtungen können daher auch dienen, um die Biegung selbst in der Meridionalzenithdistanz dieses Fixsterns zu bestimmen, und wendet man außer diesen auch Beobachtungen von anderen Fixsternen, die in verschiedenen Höhen südlich und nördlich culminiren, an, so kann man mit Zugrundelegung des allgemeinsten Gesetzes für die Biegung, diese in Function der Zenithdistanz (oder vielmehr der Ableitung, wenn diese von 0 bis 360° in ununterbrochener Folge fortgeht) darstellen, und bei den Beobachtungen von Wandelsternen anwenden, um diese von dem Einflusse der Biegung zu befreien.

18.

Untersuchen wir, wie Objectiv und Ocular eines Meridiankreises beschaffen seyn müssen, um diesem Zwecke zu entsprechen. Der Einfluß der Biegung auf die Beobachtungen ist der Differenz der absoluten Biegungen eines jeden der beiden Röhren des Fernrohrs proportional. Wenn die absoluten Biegungen dieser Röhren einander gleich sind, so wird bei jeder Neigung des Fernrohrs gegen den Horizont die Lage der optischen Achse derjenigen parallel seyn, die sie gehabt hätte, wenn gar keine Biegung stattfände, und folglich ihr Einfluß auf die Beobachtungen Null. Nehmen wir nun an, daß das eine Rohr sich mehr biege, wie das andere, und denken wir uns das Fernrohr um irgend einen Winkel gegen den Horizont geneigt. Es habe in dieser Stellung des Fernrohrs sich die Mitte des Ob-

jectivs um die Lineargröße a , und der Horizontalfaden um die Größe a' von den Punkten im Raume entfernt, die sie eingenommen haben würden, wenn keine Biegung statt gefunden hätte, so daß also a und a' die absoluten Biegungen der beiden Röhren sind. Es ist also, da die Biegungen immer sehr klein sind, $\frac{a}{r}$ der Winkel an der Mitte des Rohrs, um den sich das Objectiv-, und $\frac{a'}{r}$ der Winkel an demselben Punkte, um den sich das Ocularende des Fernrohrs vermöge der Biegung gesenkt hat, wenn $2r$ die ganze Länge des Fernrohrs bedeutet. Nennt man nun γ den Winkel, den jetzt die optische Achse mit derjenigen Stellung derselben macht, die stattgefunden hätte, wenn gar keine Biegung vorhanden wäre, so ergibt sich $\gamma = \frac{a - a'}{2r}$, und dieser Winkel ist also der Differenz der absoluten Biegungen der beiden Röhren proportional. Die Correction der beobachteten Zenithdistanz ist nun $= +\gamma$, drehen wir aber das Fernrohr um 180° , so haben alle Elemente desselben wieder dieselbe Neigung gegen den Horizont wie vorher, nur sind diejenigen Endpunkte dieser Elemente die früher oben waren, jetzt unten und umgekehrt. Die absolute Biegung jedes Rohrs ist daher dieselbe wie vorher, findet aber in entgegengesetztem Sinne statt, und die Correction derselben Zenithdistanz, welcher jetzt wieder die Lage der optischen Achse entspricht, ist nun $= -\gamma$. Das Mittel aus diesen beiden Zenithdistanzen ist also von der Biegung frei.

19.

Um in der angegebenen zweiten Lage des Fernrohrs dasselbe auf die nemliche Zenithdistanz wie vorher richten, oder mit andern Worten denselben Fixstern beobachten zu können, ist es nöthig, daß Objectiv und Ocular umgewechselt werden, und damit die Wirkung der Biegung, welche vorher $+\gamma$ war, jetzt $-\gamma$ werde, erforderlich, daß nach dieser Umwechslung die absolute Biegung jeder der beiden Röhren dieselbe bleibe.

Denken wir uns das eine Rohr an dem Instrumente in gewisser, etwa horizontaler Lage, am äußeren Ende desselben sey eine passende Vorrichtung, etwa eine kreisförmige auf der Achse des Rohrs senkrechte Ebene angebracht, um darauf das Objectiv mit seiner Fassung, sowohl wie das Ocular mit der seinigen nach einander durch Schrauben befestigen zu können. Ohne Objectiv oder Ocular wird das Rohr sich vermöge seiner Schwere schon gebogen haben, wir können aber von dieser Biegung gänzlich absehen, da sie für jede Zenithdistanz dieselbe bleibt, es möge Ocular oder Objectiv an diesem Rohre befestigt werden. Denken wir uns das Objectiv daran befestigt, und betrachten wir die Vermehrung der Biegung, die daraus entsteht. Denken wir uns hiefür einen willkürlichen, biegsamen Punkt E des Rohrs, dessen Entfernung von der

angeführten Ebene, an welcher Objectiv und Ocular wechselseitig befestigt werden, e ist. Durch die Last des Objectivs erleidet der Punkt E eine Biegung dermaßen, daß der Druck, den das Objectiv sammt seiner Fassung auf den Punkt E ausübt, mit der Cohäsion der Materie des Rohrs in diesem Punkte im Gleichgewichte steht. Nehmen wir nun das Objectiv ab, und befestigen dagegen das Ocular mit seiner Fassung am selbigen Rohre, dann muß dieses, damit die Biegung im Punkte E dieselbe bleibe, in diesem Punkte den nemlichen Druck erleiden, den vorher das Objectiv auf denselben ausübte. Es muß also das statische Moment des Objectivs mit seiner Fassung in Bezug auf einen Hebelarm, dessen Länge e ist, dem statischen Momente des Oculars mit seiner Fassung in Beziehung auf einen Hebelarm von gleicher Länge gleich seyn. Da aber das Rohr in allen seinen Punkten biegsam ist, so müssen wir diese Betrachtung auf alle Punkte desselben ausdehnen; deshalb und weil diese Schlüsse für jede beliebige Neigung des Fernrohrs gegen den Horizont gelten müssen, müssen die statischen Momente der umzuwechselnden Theile (Objectiv und Ocular mit ihren Fassungen) in Beziehung auf irgend einen, in der durch die Achse des Fernrohrs gehenden Vertikalebene, liegenden Hebelarm von beliebiger Länge einander gleich seyn.

Diese ist die zu erfüllende Bedingung. Gleiche Längen, Durchmesser und Dicken der beiden Röhre des Fernrohrs ist keinesweges erforderlich, doch wird man sie, um die Wirkung der Biegung überhaupt zu verkleinern, wenigstens einander so nahe, wie es ohne Anwendung feiner und complicirter Meßapparate geschehen kann, gleich machen.

20.

Seyen an den beiden Armen eines unveränderlichen Hebels die Massen M und M' befestigt. Die horizontale Entfernung des Schwerpunkts der Masse M vom Ruhepunkt des Hebels sey A , und die der Masse M' sey A' , dann giebt die Theorie des Hebels die Gleichung

$$AM = A'M'.$$

Stellen wir uns unter M und M' die an einem und demselben Rohr nach einander befestigten umzuwechselnden Theile vor. Sey e die Entfernung der Ebene, womit diese sich an das Rohr anschließen, von irgend einem Punkte E desselben, welcher als Ruhepunkt des Hebels betrachtet wird; seyen ferner x und x' resp. die Entfernungen der Schwerpunkte der Massen M und M' von dieser Ebene, h und h' resp. die Entfernungen dieser Schwerpunkte von der Verlängerung der Linie e , so daß h und h' sowohl auf die Linien x und x' , wie auf e senkrecht stehen, endlich i die Neigung der Linie e , oder der Achse des Fernrohrs gegen den Horizont, dann ist

$$\begin{aligned} A &= (e + x) \cos i - h \sin i \\ A' &= (e + x') \cos i - h' \sin i \end{aligned}$$

und das Gleichgewicht des Hebels ist durch folgende Gleichung ausgedrückt:

$$Me \cos i + Mx \cos i - Mh \cos i = M'e \cos i + M'x' \cos i - M'h' \sin i$$

Da diese für alle möglichen Werthe von e und i gelten muß, so zerfällt sie in folgende drei

$$\begin{aligned} M &= M' \\ x &= x' \\ h &= h' \end{aligned}$$

Es müssen also, um der im vorigen Artikel entwickelten Bedingung Genüge zu leisten, nicht nur die Gewichte der beiden umzuwechselnden Theile, sondern auch die Entfernungen des Schwerpunkts eines jeden derselben sowohl von der Ebene, vermittelt welcher sie sich an das Rohr anschließen, als auch (senkrecht darauf) von der Achse des Rohrs, einander gleich seyn.

21.

Da Objectiv und Ocular sowohl wie ihre Fassungen symmetrisch geformte Körper sind, so liegt ihr Schwerpunkt schon deshalb in der Achse ihrer Figur, und man kann ohne Weiteres annehmen, daß der dritten Bedingung $h = h'$ wenigstens mit hinreichender Genauigkeit Genüge geleistet sey. Die beiden anderen eben gefundenen Bedingungen kann man auch so aussprechen. Es müssen nicht nur die Gewichte der beiden umzuwechselnden Theile, sondern auch die statischen Momente derselben in Beziehung auf Einen horizontalen Hebelarm von beliebiger Länge einander gleich seyn. Denn nennen wir die Länge irgend eines solchen Hebelarms, vom Ruhepunkt an bis zur oft erwähnten Ebene k , so haben wir die Gleichung

$$(k+x)M = (k+x')M'$$

welcher durch die eben gefundenen Bedingungsgleichungen $M = M'$ und $x = x'$ Genüge geleistet wird. Diese Darstellung der beiden ersten Erfordernisse bietet ein einfaches Mittel dar, um sie in der That zu erfüllen. Ich werde dieses, so wie ich es habe ausführen lassen, beschreiben. Nachdem, ohne fürs Erste Rücksicht auf die obigen Bedingungen zu nehmen, die Fassungen des Objectivs und Oculars und die Rohrenden des hiesigen Meridiankreises so eingerichtet worden waren, daß jene beliebig an diese mit drei Schrauben angeschraubt werden, konnten zeigte es sich, daß das Objectiv mit seiner Fassung leichter war, wie das Ocular mit der seinigen. Es wurde daher an der Objectivfassung ein concentrischer Messingring als Gewicht dergestalt angebracht, daß er vermittelt Stellschrauben parallel mit der Achse des Objectivs bewegt werden konnte. Das Gewicht dieses Ringes sammt der Stellschrauben und der sonstigen Vorrichtung zur Befestigung desselben wurde so groß gemacht, daß nunmehr Objectiv und Ocular nebst allen mit umzuwechselnden Theilen gleiches Gewicht hatten. Hiedurch war also die Bedingung $M = M'$

erfüllt, und durch den verschiebbaren Ring konnte die zum Objectiv gehörige Entfernung x des Schwerpunkts von der vorderen Ebene verändert werden. Um sie der Entfernung x' des Schwerpunkts des Oculars gleich zu machen, diente folgende Vorrichtung. Es wurde ein zweiarmiger Hebel von Messing, nebst Schneide und Unterlage verfertigt. (Eine Art von Waagebalken, dessen beiden Arme einander jedoch nicht gleich zu seyn brauchten.) Senkrecht auf das eine Ende dieses Hebels wurde ein kreisförmiger, ebener Messingring angebracht, der eine ähnliche Ebene bildet, wie die an den Rohrenden zur Aufnahme des Objectivs und Oculars befindlichen. Das andere Ende des Hebels bekam eine Schneide, wie an gewöhnlichen Waagen, um daran ein Bleigewicht aufzuhängen. Zuerst wurde nun an dem kreisförmigen Messingring dieses Momentometers das Ocular mit seiner Fassung auf gleiche Art, wie am Rohrende des Fernrohrs angeschraubt und das Gewicht ermittelt, welches am andern Ende des Hebels aufgehängt werden mußte, um zu bewirken, daß bei nahe horizontaler Stellung des Hebels das Gleichgewicht hergestellt sey. (Es ist zu bemerken, daß die Maschine so construirt ist, daß, wie bei Waagen, jetzt der Schwerpunkt des Ganzen ein klein wenig unter dem Ruhepunkte des Hebels liegt.) Eine nahe an dem einen Ende angebrachte senkrechte Scale giebt die genaue Stellung des Hebels im Zustande des Gleichgewichts an. Nun wurde das Ocular abgenommen, das Objectiv auf gleiche Art befestigt, und dessen beweglicher Ring vermittelt seiner Stellschrauben so weit verschoben, bis die Scale den nemlichen Punkt zeigte wie vorher, während das Ocular an der Maschine befestigt war.

Hiemit hatte ich der Gleichung $(k+x)M = (k+x')M'$, und da vorher schon $M = M'$ gemacht worden war, der Gleichung $x = x'$ Genüge geleistet. Dieselbe Maschine dient auch um zu prüfen, ob die Bedingung $h = h'$ in der That erfüllt sey. Zu dem Ende ist nichts weiter zu thun, als das Bleigewicht am andern Hebelarm zu vermehren oder zu vermindern, und dann zu untersuchen, ob der Hebel, sey er mit dem Objectiv oder dem Ocular am anderen Ende belastet, gleiche Stellung einnehme. Ist dieses der Fall, dann ist $h = h'$. Durch Hülfe dieser Maschine kann ich in der Folge, so oft ich will, untersuchen, ob diese Bedingungen noch statt finden; ich wüßte indeß nicht, wie sie sich ändern könnten, wenn nicht mechanische Aenderungen am Objectiv oder Ocular vorgenommen werden.

22.

Da man bei diesem eben so wenig wie bei irgend einem andern Experiment absolute Schärfe erlangen kann, so kann man die Frage aufwerfen, ob hinreichende Genauigkeit dadurch erhalten werden könne? Um diese Frage zu beantworten

untersuchte ich die Vermehrung der Biegung, die am hiesigen Meridankreise durch einen bestimmten Druck auf das Ende des Fernrohrs hervorgebracht wird. Ich stellte die Zenithdistanz des Meridianzeichens zuerst ein, ohne etwas am Instrumente zu verändern, hierauf legte ich ein Gewicht von 100 Gramm, einmal auf die Fassung des Objectivs und einmal auf die des Oculars und stellte jedesmal die Zenithdistanz des Meridianzeichens wieder ein. Es ergab sich im Mittel aus mehreren Beobachtungen, daß dieses Gewicht von 100 Gramm an der einen oder andern Extremität des Rohrs angebracht, die Biegung nur um 0^m3 vermehrt. Da man nun mittelst der oben beschriebenen Maschine sehr leicht die Momente der umzuwechselnden Theile so nahe einander gleich machen kann, daß der Unterschied des Druckes, den sie auf einen Hebelarm von der halben Länge des Fernrohrs ausüben, weit weniger wie Ein Gramm beträgt, so folgt hieraus, daß weit mehr wie hinreichende Genauigkeit dadurch erlangt werden kann.

23.

Es ist schon oben gesagt worden, daß man aus den Beobachtungen der Fixsterne an dem mit der hier beschriebenen Einrichtung versehenen Meridankreise die Biegung für jede Zenithdistanz finden könne, und ermitteln müsse, um sie bei den Beobachtungen von Wandelsternen, deren jede einzelne ein Resultat ist, in Rechnung bringen zu können. Ich werde daher hier auch etwas über die Bestimmung der Biegung sagen.

$$Z = z + a \sin(z + A) + b \sin(3z + B) + c \sin(5z + C) + \text{etc.} \\ - k - a \sin(k + A) - b \sin(3k + B) - c \sin(5k + C) - \text{etc.}$$

wechselt man nun Objectiv und Ocular um, und beobachtet denselben Stern, so wie auch den Nadirpunkt wieder, dann erhalten wir eben so,

$$Z = z' + a \sin(z' + A) + b \sin(3z' + B) + c \sin(5z' + C) + \text{etc.} \\ - k' - a \sin(k' + A) - b \sin(3k' + B) - c \sin(5k' + C) - \text{etc.}$$

wenn wir die resp. Ablesungen mit z' und k' bezeichnen. Aber nach dieser Umwechsellung ist z' so nahe $180 + z$, und k' so nahe $180 + k$ gleich, daß wir diese Relationen ohne

$$Z = z' - a \sin(z + A) - b \sin(3z + B) - c \sin(5z + C) - \text{etc.} \\ - k' + a \sin(k + A) + b \sin(3k + B) + c \sin(5k + C) + \text{etc.}$$

Diese Gleichungen geben, wenn sie mit denen, die die erste Lage des Objectivs gab, verbunden werden,

$$0 = \frac{1}{2}(z - z') - \frac{1}{2}(k - k') + a \sin(z + A) + b \sin(3z + B) + c \sin(5z + C) + \text{etc.} \\ - a \sin(k + A) - b \sin(3k + B) - c \sin(5k + C) - \text{etc.}$$

und jeder andere beobachtete Stern giebt eine ähnliche Gleichung, aus deren Complexus man die Coefficienten a, b, c , etc. A, B, C , etc. berechnen kann. Man erlangt indeß einfachere Gleichungen, wenn man die Beobachtungen derselben Sterne,

$$0 = \frac{1}{2}(z - z') - \frac{1}{2}(k - k') + a \sin(z + A) + b \sin(3z + B) + c \sin(5z + C) + \text{etc.} \\ - a \sin(k + A) - b \sin(3k + B) - c \sin(5k + C) - \text{etc.}$$

Die Biegung ist Function der Zenithdistanz, oder vielmehr der Ablesung am Kreise; sie ist jedenfalls völlig durch diese bestimmt, wenn die Zahlen auf dem Kreise in ununterbrochener Folge von 0° bis 360° gehen, denn dadurch sind alle möglichen Lagen des Fernrohrs gegen das Zenith von einander unterschieden. Sie ist eine periodische Function der Ablesung, da sie, wenn das Fernrohr einen Umkreis durchlaufen hat, nothwendig auf dieselbe Art wiederkehren muß. Sie ist für diametral entgegengesetzte Lagen des Fernrohrs gleich, aber mit entgegengesetztem Zeichen behaftet, weil in je zwei solchen Lagen alle Elemente desselben dieselbe Neigung gegen den Horizont haben, mit dem einzigen Unterschiede, daß die Endpunkte dieser Elemente, welche das einmal oben waren, das anderemal unten sind, und umgekehrt. Die Correction irgend einer Ablesung wegen der Biegung ist daher gewiß in folgendem Ausdrucke enthalten:

$$a \sin(z + A) + b \sin(3z + B) + c \sin(5z + C) + \text{etc.}$$

wo z die Ablesung, und a, b, c , etc. A, B, C , etc. Constanten bedeuten, die durch Beobachtungen bestimmt werden müssen.

Sey z die bei der Beobachtung eines Fixsterns in irgend einer der beiden Lagen des Kreises und des Objectivs erhaltene Ablesung, k dieselbe bei der Bestimmung des Nadirpunktes durch die *Bohnenbergersche* Methode, dann ist, wenn wir die von der Einwirkung der Biegung befreite Nadirdistanz des Fixsterns Z nennen,

Weiteres in den kleinen von der Biegung abhängigen Gliedern der vorstehenden Ausdrücke annehmen können. Wir haben also in der zweiten Lage des Objectivs,

die man nach der Umlegung des Kreises erhalten hat, mit jenen verbindet. Seyen für den eben betrachteten Stern sammt Nadirpunkt in diesem Falle die resp. Ablesungen z, z', k , und k' , dann erhalten wir auf gleiche Weise wie vorher

Durch Addition und Subtraction dieser und der vorhergehenden Gleichung ergeben sich

$$0 = \frac{1}{4}(z - z' + z_1 - z'_1) - \frac{1}{4}(k - k' + k_1 - k'_1) + a \sin\left(\frac{1}{2}(z + z_1) + A\right) \cos \frac{1}{2}(z - z_1) + b \sin\left(\frac{3}{2}(z + z_1) + B\right) \cos \frac{3}{2}(z - z_1) + \text{etc.}$$

$$- a \sin\left(\frac{1}{2}(k + k_1) + A\right) \cos \frac{1}{2}(k - k_1) - b \sin\left(\frac{3}{2}(k + k_1) + B\right) \cos \frac{3}{2}(k - k_1) - \text{etc.}$$

$$0 = \frac{1}{4}(z - z' - z_1 + z'_1) - \frac{1}{4}(k - k' - k_1 + k'_1) + a \cos\left(\frac{1}{2}(z + z_1) + A\right) \sin \frac{1}{2}(z - z_1) + b \cos\left(\frac{3}{2}(z + z_1) + B\right) \sin \frac{3}{2}(z - z_1) + \text{etc.}$$

$$- a \cos\left(\frac{1}{2}(k + k_1) + A\right) \sin \frac{1}{2}(k - k_1) - b \cos\left(\frac{3}{2}(k + k_1) + B\right) \sin \frac{3}{2}(k - k_1) - \text{etc.}$$

Aber nach dem Umlegen ist sehr nahe $z + z_1 = k + k_1$ und $k_1 = k$, also

$$0 = \frac{1}{4}(z - z' + z_1 - z'_1) - \frac{1}{4}(k - k' + k_1 - k'_1) - (1 - \cos(z - k)) \cdot a \sin(k + A) - (1 - \cos 3(z - k)) \cdot b \sin(3k + B) - \text{etc.}$$

$$0 = \frac{1}{4}(z - z' - z_1 + z'_1) - \frac{1}{4}(k - k' - k_1 + k'_1) + \sin(z - k) \cdot a \cos(k + A) + \sin 3(z - k) \cdot b \cos(3k + B) + \text{etc.}$$

Aus der ersten dieser Gleichungen, verbunden mit den ähnlichen, welche andere beobachtete Sterne geben, erhält man durch Elimination die Werthe der Gröfsen $a \sin(k + A)$, $b \sin(3k + B)$, etc., und aus der zweiten und den ähnlichen die Werthe von $a \cos(k + A)$, $b \cos(3k + B)$, etc. Hieraus ergeben sich die unbekannten Gröfsen a , b , etc. A , B , etc. auf bekannte Art. Es verdient bemerkt zu werden, dafs man durch diese Methode, nicht minder wie durch die früheren, die Biegung unabhängig von den Theilungsfehlern des Instruments erhält *).

24.

Strenge betrachtet erhält man durch die eben beschriebene Methode nicht die Biegung des Fernrohrs allein, sondern die Summe der Biegung des Fernrohrs und des Kreises, und diese ist es in der That, welche man kennen lernen mufs.

Denkt man sich den Kreis in jeder Lage desselben durch eine durch dessen Mittelpunkt gehende Vertikallinie in zwei gleiche Hälften getheilt, so wird zwar, wenn diese Hälften sich um eine gleiche Gröfse durch die Wirkung der Schwere senken, und die Ablesungen in Beziehung aufs Zenith symmetrisch angebracht sind, bei jeder einzelnen Beobachtung die Wirkung der Biegung aus dem Mittel aus den Ablesungen verschwinden, indem jede Ablesung auf der einen Hälfte des Kreises in diesem Falle eben so viel zu grofs gefunden wird, wie die correspondirende Ablesung auf der andern Hälfte zu klein, aber wenn diese beiden Hälften sich ungleich biegen, ist dieses nicht mehr der Fall. Es ist indefs nach Umwechselung des Objectivs und Oculars bei gleichen Zenithdistanzen auch hier die Wirkung der Biegung gleich und entgegengesetzt, so dafs sie aus dem Mittel aus den Beobachtungen in jeder Lage des Objectivs nicht minder wie die Biegung des Fernrohrs verschwindet.

Ich habe im Vorhergehenden bei der Ermittlung der Biegungscoefficienten angenommen, dafs der Nadirpunkt durch

*) Wenn die Beobachtungen so zahlreich sind, dafs man einmal für die Bestimmung der Biegungscoefficienten blofs Winter-, und ein andermal blofs Sommerbeobachtungen anwenden kann, so läfst sich entscheiden, ob die Temperaturänderung merklichen Unterschied in der Gröfse der Biegung hervorbringe oder nicht.

Hülfe des *Bohnenbergerschen* Verfahrens bestimmt werde, weil ich dieses vorzugsweise schätze, und zur Bestimmung der Collimation ausschliesslich anwende, allein es ist an sich klar, dafs man statt dessen jedes andere dazu geeignete Verfahren anwenden kann. Die Bestimmung des Nadir- oder Zenithpunktes ist indefs hiebei nicht unumgänglich nothwendig; man kann sie ganz weglassen, und statt dessen die Beobachtungen durch Beobachtung eines Circumpolarsterns auf den Pol beziehen. Die Formeln zur Bestimmung der Biegungscoefficienten werden aber dadurch etwas zusammengesetzter, und die Bestimmungen selbst verlieren etwas an Gewicht.

25.

Dem Vorhergehenden sowohl, wie allen andern bis jetzt bekannten Methoden zur Auffindung der Biegung liegt die Annahme zu Grunde, dafs dieselbe in allen diametralen Lagen des Fernrohrs gleich und entgegengesetzt sey. Beleuchten wir diese etwas näher. Betrachten wir die Biegung, welche in irgend einer Lage des Fernrohrs, so wie diejenige, welche in der dazu gehörigen diametralen Lage statt findet, so können wir gewifs eine Normallinie dergestalt gezogen uns denken, dafs diese beiden Biegungen einander gleich und entgegengesetzt seyen. Diese Normallinie giebt die *Zenithdistanz* an, auf die der Annahme zufolge in diesen beiden Lagen das Fernrohr zeigen würde, wenn keine Biegung statt fände. Für jede Lage des Fernrohrs in Beziehung auf das Zenith kann man sich eine ähnliche Normallinie denken, und die oben angeführte Annahme setzt nun voraus, dafs in Beziehung auf die übrigen, als unbiegsam sich gedachten Theile des Instruments alle diese Normallinien in Eine zusammen fallen. In Beziehung auf die Biegung des Kreises involviret die obige Annahme eine ähnliche Bedingung. Obgleich gar kein Grund angeführt werden kann, weshalb diese nicht statt finden sollte, so kann es doch wünschenswerth erscheinen, sie durch Beobachtungen zu untersuchen. Die hier aus einander gesetzte Methode bietet ein Mittel dazu dar. Es mufs, wenn obige Annahme als nicht statt findend angesehen wird, die Biegung durch folgende Formel dargestellt werden:

$$a \sin(z + A) + a' \sin(2z + A') + b \sin(3z + B) + b' \sin(4z + B') + \text{etc.}$$

Man bestimmt in diesem Falle die Coefficienten und beständigen Bogen der Glieder, welche ein ungrades Vielfaches von z enthalten, eben so wie oben, da die übrigen Glieder bei dieser Rechnung von selbst ausfallen. Es ist daher nur übrig zu zeigen, wie die unbekannten Größen der Glieder,

$$Z = \frac{1}{2}(z+z') - \frac{1}{2}(k+k') + a' \sin(2z+A') + b' \sin(4z+B') + \text{etc.} \\ - a' \sin(2k+A') - b' \sin(4k+B') - \text{etc.}$$

in der zweiten Lage des Kreises, (d. h. nach der Umlegung des Instruments) bekommt man eben so

$$Z = -\frac{1}{2}(z+z') + \frac{1}{2}(k+k') - a' \sin(2z+A') - b' \sin(4z+B') - \text{etc.} \\ + a' \sin(2k+A') + b' \sin(4k+B') + \text{etc.}$$

und hieraus wie oben

$$0 = \frac{1}{4}(z+z'+z_1+z_1') - \frac{1}{4}(k+k'+k_1+k_1') - (1-\cos 2(z-k)) \cdot a' \sin(2k+A') - (1-\cos 4(z-k)) \cdot b' \sin(4k+B') - \text{etc.}$$

Also wenn die in Rede stehende Annahme statt findet, so muß für jeden beobachteten Stern

$$z+z'+z_1+z_1' = k+k'+k_1+k_1'$$

seyn. Wegen der unvermeidlichen Beobachtungsfehler wird man nun freilich diese Gleichung im Allgemeinen nicht streng erfüllt finden, aber man kann die vorstehende Gleichung in Verbindung mit den ähnlichen, welche die andern beobachteten Sterne geben, anwenden um diejenigen Werthe von $a' \sin(2k+A')$, $b' \sin(4k+B')$, etc. zu berechnen, welche sich daraus ergeben. Die Vergleichung dieser Werthe mit dem mittleren zu befürchtenden Fehler der Beobachtungen muß entscheiden, ob man sie verschwindend annehmen darf oder nicht. Hiemit ist aber die Sache selbst noch nicht völlig entschieden, da es sich treffen könnte, daß die Größen $a' \sin(2k+A')$, $b' \sin(4k+B')$, etc., welche den Werth ausdrücken, den dieser

welche ein grades Vielfaches von z enthalten, bestimmt werden können. Wendet man den vorstehenden Ausdruck für die Biegung auf zwei Beobachtungen Eines Sterns in Einer Lage des Kreises, aber in entgegengesetzten Lagen des Objectivs und Oculars an, so bekommt man durch Addition

Theil der Biegung bei vertikaler Stellung des Fernrohrs hat, nur in dieser Stellung sehr klein oder gleich Null wären, während sie bei anderen Stellungen des Fernrohrs keine unmerklichen Werthe hätten. Um hierüber entscheiden zu können, müssen wir noch Gleichungen entwickeln, welche die Werthe von $a' \cos(2k+A')$, $b' \cos(4k+B')$, etc. geben. Diese erhält man durch Anwendung eines Collimators, dessen Fernrohr in beliebige Neigung mit dem Horizont gebracht werden kann, neben der Bohnenbergerschen Vorrichtung. Stellt man diesen Collimator in der einen Lage des Kreises nördlich, und in der andern südlich vom Instrumente auf, so haben die Ablesungen, die man hiemit erhält, und die ich ω , ω' , ω_1 , ω_1' nennen will, zu einander die nemlichen Relationen, wie die oben k genannten Ablesungen. Die Beobachtungen an diesem Collimator mit denen eines Sterns verbunden, geben also

nahe 45° gegeben, dann ist nahe $\omega = k + 45^\circ$, und die vorstehende Gleichung geht in folgende über:

$0 = \frac{1}{4}(z+z'+z_1+z_1') - \frac{1}{4}(\omega+\omega'+\omega_1+\omega_1') - (1-\cos 2(z-\omega)) \cdot a' \cos(2k+A') + (1-\cos 4(z-\omega)) \cdot b' \sin(4k+B') \pm \text{etc}$
welche $a' \cos(2k+A')$ giebt. Durch Verbindung dieser Größe mit der vorhergefundenen Größe $a' \sin(2k+A')$ erhält man

$0 = \frac{1}{4}(z+z'+z_1+z_1') - \frac{1}{4}(\omega+\omega'+\omega_1+\omega_1') - (1-\cos 2(z-\omega)) \cdot a' \sin(2\omega+A') - (1-\cos 4(z-\omega)) \cdot b' \cos(4k+B') \mp \text{etc.}$
eine Neigung von $67\frac{1}{2}^\circ$ giebt

$0 = \frac{1}{4}(z+z'+z_1+z_1') - \frac{1}{4}(\omega+\omega'+\omega_1+\omega_1') - (1-\cos 2(z-\omega)) \cdot a' \sin(2\omega+A') + (1-\cos 4(z-\omega)) \cdot b' \cos(4k+B') \pm \text{etc.}$
 $b' \sin(4\omega+B')$, etc. zur Bestimmung der unbekannten a , b , etc. A , B , etc. dienen können. Man muß zu dem Ende dem Fernrohre des Collimators eine solche Neigung geben, daß keins der Beziehung habenden Vielfachen der Differenz $2(\omega-k)$ irgend einem Vielfachen von 180° gleich oder nahe gleich werde. Auch darf $\omega-k$ selbst nicht allzu klein seyn.

Auf diese Art kann man die Statthaftigkeit der obigen Annahme prüfen; es ist indeß zu bemerken, daß diese Bestimmungen nicht von den Theilungsfehlern des Kreises unab-

Entweder diese oder die vorübergehende Gleichung geben $b' \cos(4k+B')$, und somit erhalten wir mit Zuziehung des schon bekannten Werthes von $b' \sin(4k+B')$ die unbekannten Größen b' und B' , und so ferner.

Die hier gegebene Anordnung ist jedenfalls die vortheilhafteste zur Bestimmung unserer unbekannten Größen, man kann indeß durch die Beobachtungen während Einer Stellung des Fernrohrs des Collimators schon die unbekannten Größen mehrerer Glieder finden, da im Allgemeinen die Werthe der Größen $a' \sin(2k+A')$, $a' \sin(2\omega+A')$, $b' \sin(4k+B')$,

hängig sind, und dafs diese also im Voraus bestimmt werden müssen.

Ich erwähne schliesslich, dafs man durch Anbringung zweier entgegengesetzt gestellten Objective und Oculare in Einem Rohre auch die Biegung desselben bestimmen kann,

meine aber, dafs diese Einrichtung, ausserdem dafs sie bei einem grossen Instrument die Kosten desselben nicht unbedeutend vermehrt, in der Ausführung nicht ohne Schwierigkeiten seyn möchte, während die beschriebene Umwechselung des Objectivs und Oculars sich sehr leicht ausführen lässt.

Hansen.

Gemeinschaftliche Passagenbeobachtungen am Altonaer Meridiankreise von Herrn Professor *Mädler* und Herrn Capitain *v. Nehus*.

Die erste Reihe der nachstehenden Vergleichen wurde im Jahre 1833 gemacht, um den Beobachtungsunterschied zwischen den von ihren Stationen in der Ostsee zurückgekehrten Observatoren zu ermitteln, woselbst Herr Professor *Mädler* Preussischer Seits in Arkona auf der Insel Rügen, und Capitain *v. Nehus* Dänischer Seits auf der kleinen Felseninsel Christiansøe, östlich von Bornholm, die Zeitbestimmungen für die Russische Chronometer-Expedition besorgt hatten. Bei der diesjährigen Durchreise des Herrn Professors *Mädler* durch Altona traf es sich günstig genug, dafs an einem heitern Abend die Vergleichen wiederholt werden konnten. Die Passagen sind beidemal an dem 6füssigen Fernrohre des Altonaer Meridiankreises genommen, welches 11 Verticalfäden enthält, und wovon jedesmal bei dem Durchgange des Sterns der eine Beobachter die 5 Fäden vor, und der andere die 5 Fäden nach dem Mittelfaden nahm, und zwar abwechselnd, so dafs wer bei dem einen Stern die 5 ersten gehabt hatte, beim folgenden die 5 letzten bekam. Um mit Ruhe wechseln zu können wurde der Mittelfaden nicht beobachtet; aus den bekannten Abständen der Seitenfäden sind aber alle Antritte auf denselben reducirt, und aus den Mitteln die nachstehenden Differenzen abgeleitet worden.

1833. October 20.

Mädler = Nehus.

24 Vulpeculæ	+ 0' 01	5 Fäden jeder.
25 Vulpeculæ	— 0,17	5 — — —
α Aquarii	— 0,15	5 — — —
ε Delphini	— 0,22	5 — — —
σ Cygni	— 0,29	5 — — —
α Capricorni	— 0,10	5 — — —
13 Pegasi	— 0,05	5 — — —

Mädler = Nehus.

17 Pegasi	+ 0' 01	5 Fäden jeder.
19 Pegasi	— 0,16	5 — — —
α Aquarii	— 0,05	5 — — —
θ Pegasi	— 0,26	4 — — —
ζ Aquarii	— 0,16	5 — — —
γ Aquarii	— 0,22	5 — — —
ζ Pegasi	+ 0,02	5 — — —
ξ Pegasi	— 0,15	5 — — —
λ Aquarii	— 0,31	5 — — —
52 Pegasi	— 0,02	5 — — —
α Pegasi	— 0,15	5 — — —
φ Aquarii	— 0,22	5 — — —
τ Pegasi	— 0,26	5 — — —

Mittel aus 20 = — 0' 15.

1839 Sept. 9.

σ Aquilæ	— 0' 22	5 Fäden jeder.
γ Aquilæ	0,18	5 — — —
α Aquilæ	0,11	5 — — —
β Aquilæ	0,01	5 — — —
γ Sagittæ	0,08	5 — — —
64 Aquilæ	0,21	5 — — —
α ¹ Capricorni	0,39	5 — — —
β ² Capricorni	0,08	5 — — —
δ Aquilæ	0,25	5 — — —
ε Delphini	0,30	5 — — —
β Delphini	0,02	5 — — —

Mittel aus 11 = — 0' 17.

Herr Prof. *Mädler* sah nemlich 1833 Oct. 20 die Sterne um 0' 15
1839 Sept. 9 um 0,17
früher durchgehen als Capt. *v. Nehus*. *S.*

Beschreibung der Einrichtungen, welche am Meridiankreise der Seeberger Sternwarte angebracht worden sind, um grössere Genauigkeit in der Beobachtung der Vertikalwinkel zu Wege zu bringen. Von Herrn Professor *Hansen*, Director der Seeberger Sternwarte. p. 65.

Gemeinschaftliche Passagenbeobachtungen am Altonaer Meridiankreise von Herrn Professor *Mädler* und Herrn Capt. *v. Nehus*: p. 79.

Altona 1839. December 28. (Hiebei Nachrichten über den Cometen.)