und ähnlich dem von W. Salomon¹⁾ beschriebenen Instrumente, nur mit engen Röhren für geringe Flüssigkeitsmengen.

Einen Schmelzpunktsbestimmungsapparat beschreibt Hermann Thiele²⁾. Der Verfasser benutzt einen Kupferklotz, Figur 58, welcher mittels des an ihm befindlichen Stabes mit einem Stativ verbunden ist. Zwei senkrechte Bohrungen dienen zum Einsetzen des Schmelzröhrchens und eines Thermometers, während die beiden wagerechten Bohrungen

Fig. 58.

zur Beobachtung dienen. Diese können noch, um äussere Temperatureinflüsse ganz auszuschliessen, durch mit Wasserglas befestigte Glasplättchen verschlossen werden. Notwendig ist nach dem Verfasser diese Vorsicht nicht.

Die Erhitzung des Klotzes geschieht entweder direkt durch Untersetzen eines Brenners oder durch Erwärmen des Stabes, wie es die Abbildung zeigt. Die Beobachtung des Schmelzens ist sehr leicht, indem die anfangs dunkle, fast schwarze Substanz bei dem Flüssigwerden durchsichtig und hell erscheint.

Die Vorrichtung kann auch dazu benutzt werden, die zu schmelzende Substanz direkt auf den Klotz zu legen, da das Kupfer aber leicht angegriffen wird, so empfiehlt Thiele, auf der Oberfläche des Kupferklotzes oben ein Stück Platinblech auflöten zu lassen. Zum Vergleiche von Thermometern eignet sich die Vorrichtung ebenfalls sehr gut.

Die Prüfung des Apparates wurde durch den Vergleich der Angaben zweier Thermoelemente vorgenommen. Bei sehr raschem Erhitzen dürften die Angaben des Thermometers etwas zu niedrig sein (unter $\frac{1}{2}$ Grad), bei langsamem Erhitzen kann dieser Fehler aber eliminiert werden.

Der Apparat kann von der Firma Franz Hugershoff in Leipzig bezogen werden.

1) Vergl. diese Zeitschrift **33**, 447.

2) Zeitschrift f. angew. Chemie **15**, 780.

Zur Bestimmung des Schmelzpunkts von Metallen benutzt W. C. Heraeus¹⁾ den neuen, von ihm selbst konstruierten, elektrisch geheizten Laboratoriumsofen²⁾, indem er ein erbsengrosses Stück des Metalles in denselben bringt und das Schmelzen durch ein Fernrohr beobachtet. Der Schmelzpunkt des reinen, nach dem Goldschmidt'schen Verfahren hergestellten Mangans wurde so in einer Wasserstoffatmosphäre zu 1245° gefunden.

Dephlegmationsaufsätze. Vergleichende Studien über die Wirkung verschiedener Formen von Aufsätzen bei der fraktionierten Destillation sind von Sydney Young³⁾ ausgeführt worden. Ich verfehle nicht, auf diese eingehende, schon vor einiger Zeit publizierte Arbeit hinzuweisen.

Eine Zwischenvorlage für Vakuumdestillationen hat Br. Molle⁴⁾ angegeben. Figur 59 veranschaulicht die Einrichtung. f und g sind zur Verbindung mit der Saugpumpe bestimmt, die Hähne a, b, c, d sind T-förmig gebohrt, so dass das bei e eintretende Destillat je nach der Stellung der Hähne in ein beliebiges der unter den Hähnen befindlichen Auffanggefässe geleitet werden kann. Durch Verschliessen der Schlauchstücke mit Quetschhähnen kann man eventuell ein einzelnes Auffanggefäss wegnehmen, ohne die Destillation unterbrechen zu müssen.

Über ein Flüssigkeitsthermometer für sehr tiefe Temperaturen berichtet R'ud. Rothe⁵⁾. Der Verfasser beschreibt ein Thermometer, das mit technischem Pentan gefüllt ist und sich besser eignet wie

1) Zeitschrift f. Elektrochemie 8, 185; durch Zeitschrift f. angew. Chemie 15, 787.

2) Vergl. diese Zeitschrift 42, 622.

3) Journal of the chemical Society 75, 679.

4) Chemiker-Zeitung 26, 249.

5) Zeitschrift f. Instrumentenkunde 1902, Heft 6; vom Verfasser eingesandt.