XIX.

Coxankylometer nach Prof. C. Heine in Innsbruck.

Dargestellt von

Eduard Láng,

I. Assist. an d. chir. Klinik und Dozenten an der Universität daselbst.

(Hierzu Tafel VIII.)

Von den meisten Chirurgen, selbst anerkannten Autoren, wird, wenn es sich um Hüftgelenksentzündungen und deren Folgezustände handelt, bei sonst vollkommener Würdigung der abnormen Stellungen der untern Extremität, der von diesen abhängigen sog. Beckenverschiebung nur insofern Rechnung getragen, als gewöhnlich nur von einem Tief- oder Hochstand der Spina ant. sup. ossis ilei die Rede ist. Doch so wie fixirte Ab- und Adduction haben auch fixirte Flexion und Rotation im Hüftgelenke ihren bestimmenden Einfluss auf die Beckenstellung — und sie muss nothwendigerweise aus allen 3 Winkelstellungen resultiren, wenn der Patient aus welchem Grunde immer den Parallelismus seiner Beine herstellt. So wird ein im Hüftgelenke in Abduction, Flexion und Supination ankylosirtes Bein, das der Körperachse parallel gestellt wird, die Beckenachse (ihr oberes Ende) nicht nur gegen die kranke Seite incliniren (senken), sondern auch nach vorne und einwärts kehren, wie gleicherweise ein in Adduction, Flexion und Pronation fixirtes nach ähnlicher Procedur dieselbe (ihr oberes Ende) nicht nur entgegengesetzt incliniren, sondern auch nach vorne und aussen richten muss. Der obere Darmbeinstachel der kranken Seite wird die eben erwähnten abnormen Stellungen noch prägnanter zur Schau tragen, da er vom gesunden Hüftgelenke, um welches beide Combinationsbewegungen ausgeführt werden, entfernter liegt, als die Beckenachse. Ein gewöhnliches Beckenoberschenkel skelet, an welchem Riemen zur Herstellung der genannten Combinations-

ankylosen (nämlich: Flexions-, Ab- oder Adductions- und Rotations-ankyle) angebracht sind, veranschaulicht den Vorgang in einfachster und klarster Weise — ein Präparat, dessen sich Herr Prof. Heine bei seinen Collegien schon seit Jahren zur Demonstration der in Rede stehenden Verhältnisse bedient. Die genaueste Beachtung dieses Umstandes ist nicht nur behufs einer präzisen Diagnose unerlässlich, sondern auch für die richtige Therapeutik von der grössten Bedeutung; denn giebt man sich von der elementaren Zusammensetzung einer Combinationsankylose keine Rechenschaft, so müssen alle therapeutischen Versuche planlos ausfallen.

Lässt man auf einer harten, horizontalen, nur mit einem Leintuche bedeckten Tischplatte den entkleideten Patienten die Rückenlage einnehmen, das gesunde Bein strecken und bei leichter Handhabung der Extremität der kranken Seite die Beckenachse von der pathologischen Stellung in die normale zurücklaufen, bis sie in die Medianebene gelangt und die von beiden Spinis auf diese Ebene gefällten Senkrechten in einem Punkte zusammenfallen; bringt man ferner durch Elevation des kranken Beines das Becken in Streckung zum gesunden, so dass das Knie der gesunden Seite eben noch nicht gehoben wird*); bleibt schliesslich die gesunde Extremität, was Ab- oder Adduction und Rotation anlangt, sich selbst überlassen: so gewinnen das kranke und gesunde Bein und das Becken eine Lage, welche für die Winkelaufnahme die bestgeeignete ist — es sei deshalb diese Lage als maassgerechte bezeichnet.

Der Praktiker mag sich, um so beiläufig die Diagnose zu stellen, immerhin damit begnügen, die drei Winkel bei maassgerechter Lage mit dem Auge zu taxiren; von dem Kliniker aber, der sich zur Aufgabe stellt, den Werth der verschiedenen Behandlungsmethoden zu prüfen, kann man mit Recht verlangen, dass er den Grad nicht nur des ursprünglichen Leidens, sondern auch des nach der Behandlung etwa zurückgebliebenen nach allen Richtungen hin in Zahlen aufnehme. Von diesem Standpunkte allein schon ist die Anwendung eines alle Winkel berücksichtigenden Messinstruments geboten. Zudem aber muss darauf hingewiesen werden,

*) Bei sog. incompleter Ankylose ist dann das kranke Femur im Sinne des einen oder anderen Winkels, oder aller dreier soweit zurückzuleiten, als es das fixirte Becken gestattet.

dass bei einer abgelaufenen Coxitis der Zahlenausdruck der Combinationenankylose — nebst der etwa vorhandenen Beweglichkeitsgrenze — die Diagnose ebenso scharf zusammenfasst, wie beim Auge der Refraktionszustand durch die ihn wiedergebende Verhältnissnummer ausgedrückt wird. Nicht abgelaufene Processe erheischen natürlich ausser den Winkelbestimmungen auch die Würdigung der übrigen eine Gelenkentzündung betreffenden Momente.

Schon im Jahre 1867 hat Herr Prof. Heine bei der damals in Frankfurt tagenden Naturforscherversammlung ein Universalgelenk — Coxankylometer — demonstirt, das zur Ablesung der 3 Winkel diente. Der fortgesetzte Gebrauch desselben machte zur Erhöhung seiner Exactheit einige Veränderungen wünschenswerth, bis es durch Heine und Lång auf Anregung des erstern folgende Gestalt und Anwendungsart erlangte*): Es werden das Becken, nachdem das Lineal AB unter dasselbe geschoben wurde, das gesunde und kranke Bein (wie oben ausgeführt) in maassgerechte Stellung gebracht. Die beiden graduirten vierkantigen Säulchen BC und AD , von denen ersteres in das Lineal eingeschraubt, letzteres (für die zu messende Seite bestimmt) an demselben verschieblich und feststellbar ist, umfassen das Becken von der Seite. An das Säulchen der kranken Seite wird das gelenkige Transporteurgehäuse befestigt. Seine Bestandtheile sind: der Flexionsbogen $m n o$ — Achse c_1 — Index z_1 (am andern Ende des von c_1 abgehenden Viertelkreises, der das Gehäuse mit dem vierkantigen Säulchen verbindet); der Ab- und Adductionsquadrant $p q r$ — Achse c_2 — Index z_2 —; der Pro- und Supinationsquadrant $v w x$ — Achse c_3 — Index z_3 . Das Gehäuse der selbstverständlich graduirten Bögen bildet eine Halbkugel von $\frac{7}{4}$ “ im Durchmesser und kann somit dem Körper passend angelegt werden. Der Mittelpunkt der Halbkugel — gleichzeitig Kreuzungspunkt der Achsen — wird an die höchste Wölbung des grossen Trochanters gesetzt und dem entsprechend AB , das zur gesicherten Lage kurze Kreuzschenkel EF besitzt, so lange verschoben, bis die vierkantigen Säulchen beiderseits dieselbe Relation zu den Darmbeinstacheln erlangen. Die von den Bögen abgehende aus 3 — für Kinder aus 2 — etwa 14“ langen und 3–4“ dicken Cylindern zusammengefügte Beinachse

*) Der Mechaniker Herr Kravogel in Wilten bei Innsbruck führt das technisch vereinfachte Instrument mit Eleganz und Präcision aus und lieferte es uns um 33 fl. ö. W.

tangirt beim Anlegen mit ihrem andern Ende die höchste Erhabenheit des äussern Knöchels oder läuft in seiner Höhe und trägt ein vermittelst einer Hülse verschiebbares und überall festzustellendes, dem Fusse entsprechendes Stäbchen *G H*.

Die Beinachse befindet sich bei horizontaler Lage im Nullpunkte der Flexion; bei der parallel mit der Körperachse im Nullpunkte des Ab- und Adductionsquadranten; und bei vertical stehendem Fussstäbchen im Nullpunkte des Pro- und Supinationsquadranten. Zur Herstellung des letzten Verhältnisses ist das Fussende des Instrumentes genau an seiner vordern und hintern Peripherie horizontal geebnet (Querschnitt *b*) und dem congruent die Hülse des Fussstäbchens gebaut (Querschnitt *c*). (Von den die Coxankylose begleitenden Veränderungen der übrigen Gelenke derselben Extremität ist die habituelle Equinusstellung die häufigste; die in diesem Falle erschwerte Einstellung des Fussstäbchens auf die Fussachse verlangt, ersteres in der Extensionsebene des Fusses gelenkig und in beliebigem Winkel feststellbar zu machen.)

Bei maassgerechter Lage des Beckens und der kranken Gliedmasse erhält man somit, nachdem die Beinachse des Instrumentes an die äussere Seite der Extremität angelegt wurde, so dass das Transporteurcentrum an den Trochanter, das Fussende an den höchsten Punkt des äussern Knöchels und das Fussstäbchen parallel mit dem Fusse zu stehen kommen, sofort alle drei die Coxankylose rangirenden Winkel.

Nach den uns vorliegenden Resultaten, die aus den Studien der exacten Anatomie und Mechanik der Gelenke flossen, liegt in der Substitution des Gelenkcentrums durch den höchsten Punkt des Trochanters ein für die Praxis kaum in Betracht zu ziehender Fehler. Noch weniger belangreich kann die Fehlerquelle werden, welche aus dem Bestreben, die von beiden Spinis auf die perpendicular gerichtete Medianebene gefällten Senkrechten in einem Punkte zusammenfallen zu lassen, entspringt; denn sie lässt sich, wie aus folgender Betrachtung hervorgeht, auf ein Minimum reduciren. Angenommen die maassgerechte Lage sei mit mathematischer Genauigkeit hergestellt: so befände sich die gesunde Extremität in grösster Extension und beide Spinae lägen in einer zur Körperachse senkrecht laufenden horizontalen Geraden. Nun aber ist die extreme Streckung im gesunden Hüftgelenke durch gesteigerte Flexion (Elevation) des ankylotischen Oberschenkels sehr leicht ausführbar; der Stand beider Spinae in derselben Horizontalen durch Relation zu den graduirten vierkantigen Säulchen zu erzielen; und dadurch, dass die

einzelnen Bestandtheile des Instrumentes vermittelt senkrechter Flächen aneinandergefügt sind, ist schliesslich die Möglichkeit geboten, die Richtung der die Spinae verbindenden Linie zur Körperachse nicht zu verfehlen. *)

Das die Darstellung des Instrumentes in Bezug auf seinen praktischen Gebrauch.

Der Vollständigkeit zu Liebe jedoch sehe ich mich veranlasst, noch folgende Betrachtungen anzurühren.

Die oben ausgeführte maassgerechte Lage ist eine ganz bestimmte: die des kranken Beines stellt den einen Schenkel des pathologischen Winkels im Raume plastisch dar; die des Beckens entspricht der Maximalstreckung zur gesunden, im Kniegelenke extendirten Extremität; und letztere wird, sich selbst überlassen, was Ad- oder Abduction und Rotation anlangt, auch nur eine ganz bestimmte, die Musculatur am wenigsten anstrengende Stellung annehmen. Dies berücksichtigend wäre es, um den wahren Werth der Coxankylose zu bestimmen, geboten, die Winkelmaasse der kranken Seite zur gesunden in Beziehung zu bringen — was gar nicht schwer fiel.

Werden im Allgemeinen am gesunden maassgerecht liegenden Beine der Winkel in der Flexionsebene mit α , der in der Ab- und Adductionsebene mit β und der in der Rotationsebene mit γ bezeichnet, sowie die analogen Winkel des maassgerecht liegenden coxankylotischen Gelenkes mit a , b und c , so ist die Combinationsankylose durch die 3 Grössen $a-\alpha$, $b-\beta$, $c-\gamma$ aufs Schärfste zum gesunden Beine relationirt.

Ich will durch folgende Beispiele, wobei erinnert wird, dass, wenn Flexions-, Adductions- und Pronationswinkel mit $+$ versehen sind, die ihnen entgegengesetzten nothwendig — haben müssen, noch deutlicher werden **):

Fall I.

Bestimmung des maassgerecht gelagerten gesunden Hüftgelenkes:

$$\alpha = - 2^{\circ}, \beta = 4, \gamma = - 27^{\circ};$$

Bestimmung des maassgerecht gelagerten kranken Hüftgelenkes:

$$a = 60^{\circ}, b = 30^{\circ}, c = 20^{\circ}$$

*) Nur das Uebertragen einzelner Körperpunkte auf das Instrument wird noch zu Fehlern führen — ein Umstand, mit dem bei jedem Instrumente gerechnet werden muss.

**) $+$ a , $- a$, $+$ α , $- \alpha$ u. s. w. sind natürlich nur als von den Nullpunkten des Coxanankylometers entgegengesetzt gerichtet anzusehen.

vom Boden 7 Cm. *) Aus diesen Werthen lässt sich unschwer unser $\alpha = -7^\circ$ und $\beta = +5^\circ$ finden. **)

A. a. O. p. 393 spricht er von der „Ganglinie“, welche mit der „Verbindungslinie der Mittelpunkte des Grosszehenballens und der Ferse einen Winkel von 25° . . .“ bildet. Dieser Winkel kann ohne Bedenken mit unserem $-\gamma$ gleichgesetzt werden.

Die so gewonnenen Werthe unterscheiden sich allenfalls bei α und γ von den meinigen. Bei dem Umstande aber, dass Meyer selbst die individuellen Verschiedenheiten hervorhebt, und dass seine Zahlen dem Mittel von theils am Lebenden, theils am Skelette ausgeführten Messungen entstammen, kann es für die Praxis keinen wesentlichen Fehler abgeben, das Lageverhältniss eines maassgerecht liegenden (gesunden) und dasjenige eines normaliter aufrechtstehenden Beines zum Becken mit einander zu identificiren.

Wollte man den Winkel, welchen das maassgerecht liegende coxankylosirte Bein mit der Maximalad- oder -abductions-, der Maximalpro- oder Supinations- und der Maximalflexionsstellung im gesunden Hüftgelenke bildet, bestimmen, um die verloren gegangenen Bewegungsgrössen sich in Zahlen anschaulich zu machen, so müsste man dazu die Maximalwinkel, welche das gesunde Bein mit den Nullpunktlinien herzustellen vermag, aufnehmen und obige Winkel daraus berechnen. Durchschnittswerthe jener Maximalwinkel im gesunden Hüftgelenke von Individuen verschiedenen Alters und Geschlechtes kennen wir noch nicht; wahrscheinlich liegen hier sehr grosse physiologische Verschiedenheiten, vor Allem mit Rücksicht auf verschiedene Combinationswinkelstellungen vor. Es wäre sehr dankenswerth, durch eine Anzahl Messungen mit unserem Instrumente am Lebenden, wie am präparirten Beckenoberschenkelskelet annähernden Aufschluss über diese Werthe zu erhalten.

*) 7 kann ohne bedeutenden Fehler zu 83 gezählt werden, um die ganze Beinlänge zu gewinnen.

**) Für unsern Zweck ist die Berechnung der Winkel in ganzen Graden vollkommen ausreichend.