Dreiweghahn nach unten gehende Eintheilung in Cubikcentimeter und Zehntel derselben.

Eine modificirte Quecksilberluftpumpe hat M. A. Joannis*) angegeben. Dieselbe unterscheidet sich von der üblichen Form dadurch, dass nicht das eine Gefäß abwechselnd gehoben und gesenkt wird, sondern dass vielmehr beide Gefäße feststehen und durch ein U-förmiges Rohr mit einander verbunden sind. Das Vorrathsgefäß liegt etwa 30 cm tiefer als das Vacuumgefäß. Ersteres ist mittelst eines Dreiweghahns in Verbindung mit der Wasserleitung, die 7 m Wasserdruck haben muss, und mit einer Wasserluftpumpe. Lässt man Wasser eintreten, so wird das Quecksilber in das obere Gefäß getrieben und füllt dies an. Lässt man nun die Wasserluftpumpe wirken, so saugt dieselbe das Wasser weg und das Quecksilber sinkt, einen luftleeren Raum in dem oberen Gefäße erzeugend. Der Vorzug der neuen Construction ist der Wegfall des bei den anderen Constructionen nöthigen dicken Gummischlauches und die allmähliche Bewegung des Quecksilbers, die eine Gefahr des Zerschlagens der Hähne kaum mehr darbietet.

Einen Apparat zur Destillation von Quecksilber hat B. Nebel**) nach dem bekannten Princip des Doppelbarometers***) construirt. Die Beschreibung der Vorrichtung, welche in Fig. 21 auf folgender Seite dargestellt ist, lasse ich mit des Verfassers Worten folgen.

Auf einem Gestell von Rahmenschenkeln wird mittelst vier Messingklammern der aus einem Stück bestehende Glasapparat m a c e g h befestigt. Das 6,5 mm weite Rohr m endigt oben in ein weiteres Gefäß a, das einen mittleren Durchmesser von 42 mm und eine Länge von 95 mm besitzt. Daran schliesst sich das 6,5 mm weite Rohr b c d an, welches direct über a in einem spitzen Winkel umgebogen ist; zwischen d und f ist ein 1,3 mm weites Rohr, welches am unteren Ende die 15 mm weite Kugel f, den 33 mm langen Schliff g und das 30 mm lange Glasgefäß h mit dem Ausflussrohre trägt. p ist eine gewöhnliche, umgestürzte Säureflasche, welche 7 kg Quecksilber aufnehmen kann; sie wird von einem in Paraffin gekochten Kork abgeschlossen, welcher vorsichtshalber mit

---

*) Ann. de Chim. et de Phys. [6] 11, 285; durch Beibl. zu den Annalen der Phys. u. Chemie 11, 680.

**) Repertorium der Physik 1887, 236 und Zeitschrift für Instrumentenkunde 7, 175; vom Verfasser eingesandt.

***) Vergl diese Zeitschrift 18, 252; 20, 407; 22, 73; 26, 238.

einem Draht an den Hals der Flasche angebunden ist. Die Flasche ruht in zwei Holzringen, die sich in dem Schlitz *tt* so verschieben lassen, dass das Ende der Röhre *n*, welche 5 mm weit ist und einen Glashahn *o*

Fig. 21.

enthält, 20—30 mm über dem unteren Ende der Röhre *m* eingestellt werden kann. Das Glasgefäß *l*, welches eine Länge von 110 mm, einen oberen Durchmesser von 46 mm und einen unteren von 29 mm hat, sitzt in einem mit einem verticalen Schlitz versehenen Holzgefäß, welches in dem verstellbaren Brett *v* eingelassen ist. Der Schlitz gestattet, das Quecksilber-niveau controliren, sowie die Röhren *m* und *n* richtig einstellen zu können. Ebenso ist der Bunsen-Brenner *q* in ein verschiebbares Brett eingelassen; das Kamin des Brenners ist mit Draht an dem Herabfallen gehindert. Dem Glas *k* wird durch einen kleinen Gummischlauch das destillierte Quecksilber zugeführt, damit das Umspritzen des Quecksilbers beim Herabfallen verhindert werde. Der untere Theil vom Gefäß *a* und die Einmündungsstelle des Rohres *m* in dasselbe sind zunächst mit Asbestpappe umgeben, welche im feuchten Zustand um das Gefäß gelegt wurde, damit sie dessen Gestalt annehme; dann folgt das Drahtgazenetz *r*, welches mit einem Draht an den Querrahmen befestigt ist. Die Gefäße *l*, *h* und *k* sind durch hölzerne Deckel gegen Staub geschützt.

u ist ein Glasrohr, welches in den Schliff *g* luftdicht passt und oben wellenförmig sich verjüngt, um den mit der Luftpumpe verbundenen Schlauch aufzunehmen. — Die Höhendifferenz zwischen der Mitte von Gefäß *a* und dem unteren Ende der Röhre *n* muss gleich dem mittleren

Barometerstand des betreffenden Ortes sein (für Stuttgart 740 *mm*); die Röhre *d e* ist dagegen 850 *mm* lang.

Will man den Apparat in Thätigkeit setzen, so nimmt man die Flasche *p* aus ihrem Gestell heraus und füllt sie mittelst eines Trichters durch die Röhre *n* mit Quecksilber, oder man löst den Kork und hat somit ein bequemerer und schnelleres Füllen. Hierauf schliesst man den Glashahn *o*, stürzt die Flasche um und bringt sie wieder an ihren Platz, so dass sich nach Oeffnen des Hahns das Gefäss *l* theilweise mit Quecksilber füllt. Nun wird das Rohr *u* mit dem Schlauch der Luftpumpe verbunden und dann *u* in den Schliff *g* eingesetzt. Sollte der Schliff nicht luftdicht abschliessen, so muss in das Gefäss *h* etwas reines Quecksilber eingegossen werden. Wird *a* luftleer gemacht, so steigt das Quecksilber in *m* und füllt *a* ungefähr bis zur Hälfte, worauf mit der Destillation begonnen wird. Ist die Kugel *f* mit destillirtem Quecksilber gefüllt, so gestattet man der Luft langsam den Zutritt durch die Pumpe, wodurch sich das Rohr *u* sehr leicht entfernen lässt. *d e f* ist dann gleichfalls ein Barometer. Der Querschnitt von *d e* wurde aber so klein gewählt, dass nun *c d e* als Sprengel'sche Quecksilberluftpumpe wirkt, somit *a b c* während der Destillation stets luftleer gemacht wird.

Kann der Apparat nicht so lange an der Luftpumpe bleiben, bis die kleine Kugel *f* sich mit destillirtem Quecksilber gefüllt hat, so muss man vor dem Auspumpen das Rohr *f e* mit reinem Quecksilber füllen. Das Abflussrohr am Gefäss *h* soll nicht zu eng gewählt werden, da sonst das Quecksilber nur dann ausfliesst, wenn der Ueberdruck des Quecksilbers in *h* ein gewisses Maass erreicht hat, so dass nur eine zeitweise Entleerung von *h* stattfindet. Der Apparat bedarf nunmehr keiner weiteren Wartung; morgens zündet man den Brenner an und abends löscht man die Flamme. Ungefähr alle zwei Tage ist das Gefäss *p* wieder frisch zu füllen, was aber ohne jede Störung der Destillation vor sich geht. Die Flammengrösse ist so zu wählen, dass das Quecksilber in *a* nicht zum Sieden kommt, aber dem Siedepunkt möglichst nahe liegt. Die Erfahrung lehrt, dass, wenn *a* beinahe ganz gefüllt ist, das Quecksilber bei der gleichen Flammengrösse leichter zum Sieden gelangt, als wenn es nur den halben Raum einnimmt. Der Apparat liefert, in den oben angegebenen Dimensionen ausgeführt, bei einer mittleren Flammengrösse 500—600 *g* destillirtes Quecksilber pro Stunde.

C. Bohn^{*)} beschreibt unter Bezugnahme auf den vorstehenden Apparat einen auf gleichem Princip beruhenden, der in der Form am meisten dem von Morse^{**)} angegebenen ähnelt, sich aber vor allen oben erwähnten durch seine Unzerbrechlichkeit auszeichnet, indem er statt aus Glas, aus eisernem Gasleitungsrohr besteht. Hinsichtlich der Handhabung sei auf das bei dem Weber'schen Apparate Gesagte^{***)} verwiesen.

Um den störenden Einfluss von dem Quecksilber leicht anhaftenden fremden flüchtigen Körpern, Wasser, Alkohol, Fett etc. auszuschliessen, empfiehlt der Verfasser dasselbe vor dem Destilliren zu filtriren, wozu sich entweder Trichter mit capillarem Rohr, oder besser gewöhnliche Trichter mit feine Löcher enthaltenden Papierfiltern oder auch lange, unten mit Leinwand überbundene Trichterröhren eignen.^{†)}

Eine kleine Verbesserung, welche A. F. Weinhold^{††)} an seinem früher beschriebenen Apparat^{†††)} angebracht hat, kann ich hier nur erwähnen.

Ueber Sauerstoffüberträger, das heisst über solche Körper, die durch abwechselnde Sauerstoff-Aufnahme und -Abgabe die Oxydation gewisser anderer Körper befördern, hat Lothar Meyer^{§)} Studien angestellt. Dieselben beziehen sich auf die Fähigkeit von Salzen in siedender wässriger Lösung die Oxydation von schwefliger Säure durch Sauerstoff zu vergrössern.

Am kräftigsten wirkt schwefelsaures Manganoxydul, und fast ebenso stark Manganchlorür, es folgen dann die Salze des Kupfers, Eisens und Kobalts, und zwar die Chloride etwas stärker wirkend als die Sulfate.

Nickel-, Zink-, Cadmium- und Magnesiumsalze zeigten die Wirkung wesentlich schwächer, während verdünnte Lösungen von Thallium- und Kaliumsulfat, sowie von freier Schwefelsäure sich in der hier in Betracht kommenden Beziehung von reinem Wasser nicht unterschieden. Auf die Einzelheiten der Abhandlung kann ich hier nicht specieller eingehen und verweise in dieser Hinsicht auf das Original.

*) Zeitschrift für Instrumentenkunde **7**, 389.

) Diese Zeitschrift **26, 238.

***) Vergl. diese Zeitschrift **20**, 407.

†) Vergl. hierzu auch diese Zeitschrift **19**, 190.

††) Repertorium der Physik **23**, 793.

†††) Diese Zeitschrift **18**, 252.

§) Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch. zu Berlin **20**, 3058.