mischt und mit 100 Grm. Natrium in Stückchen geeignet gemengt wie oben behandelt. Die Ausbeute entspricht der gewöhnlichen bei Anwendung von Mg Cl. Grössere Variationen hinsichtlich des Carnallites oder des Flussspathes ergaben mir keine günstigen Resultate.

Die Einwirkung des Natriums auf das Gemisch geht äusserst ruhig vor sich, jedoch muss darauf geachtet werden, dass der Carnallit nicht mit Kieserit — schwefelsaurer Talkerde — gemischt sei. Ein solches Gemisch zeigt sich schon durch das ungleiche Aussehen des Minerals — Kieserit ist weiss, opak bis undurchsichtig — durch die Abscheidung bei dem Schmelzen u. s. w. Sollte Kieserit mit in die Natriumreaction gelangen, so entstehen Detonationen oder Explosion.

Von den zahlreichen Fabrikanten in Stassfurt dürfte der Carnallit leicht völlig rein zu erhalten sein.

Ein gegenseitiger Vergleich der allgemeinen Aräometer-Scalen.

Zusammengestellt von

Dr. G. Th. Gerlach in Kalk bei Deutz.

(Hierbei eine graphische Darstellung.)

Die Aräometrie hat zum Zweck, die Dichtigkeit der Flüssigkeiten zu messen. Die Instrumente, welche man hierzu benutzt (Aräometer), sind aber auf den Vorschlag verschiedener Physiker mit sehr verschiedenen Scalen versehen worden, welche entweder auf wissenschaftliche Principien gestützt, als rationelle Scalen zu bezeichnen sind, oder denen nur willkürliche Annahmen, ohne wissenschaftliche Basis, zu Grunde liegen und die somit als empirische Scalen zu betrachten sind.

Man hat durch vergleichende Zahlentabellen die verschiedenen Aräometer-Scalen mit einander verglichen und

hat sie bei gleichen Temperaturverhältnissen auf die entsprechenden specifischen Gewichte zurückgeführt. Es bieten aber derartige Zahlentabellen, wie ich glaube, nicht diejenige allgemeine Uebersicht über die obwaltenden Verschiedenheiten, als dies durch eine vergleichende graphische Darstellung der Scalen in umfangreicherem Maasse ermöglicht werden kann. Ich habe daher diesen letzteren Weg zum Vergleiche eingeschlagen, und habe ihn um so lieber gewählt, als bei dem Beaumé'schen Aräometer, welches in der Praxis die ausgedehnteste Anwendung findet, erhebliche Abweichungen beim Vergleich der Reductionsangaben auf das specifische Gewicht gefunden wurden. Da die Construction der verschiedenen Aräometer-Scalen in den Lehrbüchern der Physik ausführlich beschrieben ist, beschränke ich mich hier auf eine ganz kurze Wiederholung der Principien, welche den einzelnen Scalen zu Grunde liegen. Nur bei der Besprechung der Beaumé'schen Scalen habe ich eine eingehende Behandlung dieses Gegenstandes für nöthig erachtet, weil in der That mehrfach durch irrige Annahmen und fehlerhafte Bestimmungen im Laufe der Zeit Unsicherheiten beim Vergleiche mit andern Scalen herbeigeführt worden sind. Eine strenge kritische Sichtung des Brauchbaren von dem Unbrauchbaren war aber nur durch eine genaue experimentelle Wiederholung der Fundamentalversuche zu ermöglichen.

Die Volumeter-Scalen nach Gay-Lussac.

Unter allen Scalen, welche man auf Aräometern angebracht hat, sind unstreitig die von Gay-Lussac die einfachsten und zweckmässigsten. Die Volumeter-Scalen nach Gay-Lussac geben die Raumtheile der Flüssigkeiten in Zahlen an, welche ein schwimmendes Aräometer verdrängt, ein gleich grosses Gewicht Wasser von derselben Temperatur = 100 Raumtheile angenommen. So wird beispielsweise ein schwimmendes Aräometer, welches vom Wasser 100 Raumtheile verdrängt, von einer

doppelt so schweren Flüssigkeit 50 Raumtheile verdrängen. Der Punct an der Scala, bis zu welchem das schwimmende Aräometer im Wasser einsinkt, ist also mit 100, und derjenige, bis zu welchem dasselbe Aräometer in einer Flüssigkeit vom specifischen Gewicht 2 einsinkt, ist mit 50 zu bezeichnen. Der erhaltene Zwischenraum ist in 50 gleich grosse Unterabtheilungen oder Grade zu theilen und diese Theilung wird in gleichen Abständen auch oberhalb des Punctes 100 für Flüssigkeiten, leichter als Wasser, fortgeführt. Es entspricht demnach jeder Grad dem hundertsten Theil von demjenigen Volumen des Instrumentes, welches sich beim Schwimmen im Wasser unter dem Wasserspiegel befindet.

Die hundertgradige Aräometer-Scala.

In Frankreich ist hier und da das hundertgradige Aräometer gebräuchlich. Merkwürdiger Weise hat dieses vorzügliche Instrument sich in Deutschland keinen Eingang verschaffen können und ist hierorts nur wenig bekannt, obgleich dasselbe auf streng wissenschaftlichen Principien beruht und alle Vortheile für praktische und wissenschaftliche Zwecke im hohen Grade vereinigt, welche nur irgend eine andere allgemeine Aräometer-Scala bieten kann.

Da selbst die deutschen Lehrbücher der Physik dieses Aräometer kaum erwähnen, so sei über seine Construction in der Kürze Folgendes bemerkt:

Der Punct an der Scala, bis zu welchem das Aräometer beim Schwimmen im Wasser von 40° C. (dem Maximum der Wasserdichte) einsinkt, ist der Nullpunct der Scala; das ganze im Wasser schwimmende Volumen des Aräometers wird von diesem Nullpunct aus, so weit es die Scala erlaubt, für Flüssigkeiten, schwerer als Wasser, in 100 gleiche Raumtheile oder Grade getheilt, und diese Theilung in gleichen Abständen wird auch aufwärts vom Nullpunct für Flüssigkeiten, leichter als Wasser, aufgetragen.

Da nun beispielsweise in einer Flüssigkeit vom spec. Gewichte 2 nach bekannten physikalischen Gesetzen das Instrument in der Weise schwimmen muss, dass von jenem Nullpunct aus gerechnet 50 Raumtheile des vorhin erwähnten Volumens ausserhalb der Flüssigkeit sich befinden und 50 Raumtheile in der Flüssigkeit eingetaucht bleiben, so wird der Theilstrich 50 dem spec. Gew. 2,0 entsprechen. Das Volumen des Instrumentes, welches beim Schwimmen im Wasser von 40,1 C. bis zum Nullpunct eintaucht, wird der *Model (module)* genannt, und da jeder Grad dem hundertsten Theil dieses Models entspricht, so ist die Beziehung der einzelnen Grade des Instruments zum specifischen Gewichte der Flüssigkeiten immer eine sehr einfache.

Bei den Graden für Flüssigkeiten schwerer als Wasser findet man das specifische Gewicht nach der Formel:

$$\frac{100}{100 - n} = s;$$

bei den Graden für Flüssigkeiten leichter als Wasser findet man das specifische Gewicht nach der Formel:

$$\frac{100}{100 + n} = s.$$

In diesen Formeln entspricht

n der Anzahl der Grade,

s dem zu suchenden specifischen Gewichte.

Anleitungen zur Construction des hundertgradigen Aräometers gab u. A. Francoeur. (*Vergl. Dingl. polyt. Journ. Bd. 85. S. 349.*)

Das Instrument kann natürlich auch für jede beliebige andere Temperatur angefertigt werden, jedoch schlug Francoeur die Temperatur von 40,1 C. vor.

Die Scala für specifische Gewichte.

Die specifischen Gewichte zweier Flüssigkeiten verhalten sich bei gleich grossem absoluten Gewichte umgekehrt wie deren Volumina. Man findet daher leicht das specifische Gewicht durch Division des Volumens in

das absolute Gewicht, und umgekehrt lässt sich leicht durch Division des specifischen Gewichtes in das absolute Gewicht das Volumen ermitteln, welches die Flüssigkeit einnimmt. Da jeder Körper beim Schwimmen diejenige Menge der Flüssigkeit verdrängt, deren absolutes Gewicht dem absoluten Gewicht des Körpers gleichkommt, so bleiben die Gewichtsmengen, welche ein schwimmendes Aräometer verdrängt, immer dieselben, nur die Raumtheile werden gemessen. Setzt man das absolute Gewicht der verdrängten Flüssigkeit = 100, so entsprechen folgende specifische Gewichte den untenstehenden Raumtheilen. Diese Zahlen dienen dem Vergleiche der Volumeter-Scala nach Gay-Lussac mit der Scala für die specifischen Gewichte als Grundlage.

Man verfertigt bekanntlich die Scalen für specifische Gewichte auch auf geometrischem Wege nach der allgemein eingeführten Methode von G. G. Schmidt.

Specifische Gewichte	Entsprech. Raumtheile	Specifische Gewichte	Entsprech. Raumtheile
0,68.....	147,060	0,90.....	111,111
0,69.....	144,928	0,91.....	109,890
0,70.....	142,857	0,92.....	108,696
0,71.....	140,845	0,93.....	107,527
0,72.....	138,889	0,94.....	106,383
0,73.....	137,000	0,95.....	105,263
0,74.....	135,135	0,96.....	104,166
0,75.....	133,133	0,97.....	103,093
0,76.....	131,580	0,98.....	102,040
0,77.....	129,870	0,99.....	101,010
0,78.....	128,205	1,00.....	100,000
0,79.....	126,582	1,05.....	95,238
0,80.....	125,000	1,10.....	90,909
0,81.....	123,457	1,15.....	86,956
0,82.....	121,951	1,20.....	83,333
0,83.....	120,482	1,25.....	80,000
0,84.....	119,047	1,30.....	76,923
0,85.....	117,647	1,35.....	74,074
0,86.....	116,280	1,40.....	71,428
0,87.....	114,942	1,45.....	68,965
0,88.....	113,636	1,50.....	66,666
0,89.....	112,359	1,55.....	64,516

Specifische Gewichte.	Entsprech. Raumtheile.	Specifische Gewichte.	Entsprech. Raumtheile.
1,60.....	62,500	1,85.....	54,054
1,65.....	60,606	1,90.....	52,632
1,70.....	58,824	1,95.....	51,282
1,75.....	57,143	2,00.....	50,000
1,80.....	55,555		

Diese beschriebenen drei Instrumente:

das Volumeter,

das hundertgradige Aräometer und

das Aräometer für specifische Gewichte,

sind von dem genialen Gay-Lussac in Vorschlag gebracht worden. In ihrer Einfachheit umfassen sie das ganze Gebiet der Aräometrie und sie allein haben die rationellen Scalen.

Die Aräometer-Scala nach Twaddle.

Twaddle's Aräometer, auch Hydrometer genannt, ist hauptsächlich in England gebräuchlich. Der Nullpunkt liegt bei Twaddle's Scala beim specifischen Gewichte des Wassers, und jeder Theilstrich seiner Scala entspricht einer constanten specifischen Gewichtszunahme von 0,005, der Theilstrich 10 liegt also beim specifischen Gewichte 1,05, der Theilstrich 20 beim spec. Gew. 1,10 u. s. w. Die ganze Länge vom specifischen Gewichte 1 bis zum specifischen Gewichte 2 ist somit in 200 Grade getheilt. Twaddle hat seine Scala nur für specifisch schwerere Flüssigkeiten als Wasser (Salzlaugen, Säuren u. s. w.) construirt, sie ist nicht für specifisch leichtere Flüssigkeiten fortgesetzt und in Gebrauch genommen.

Um eine grössere Theilung zu erzielen und die einzelnen Grade grösser und mithin genauer zu machen, besteht das Hydrometer von Twaddle aus 6 Aräometern mit aufeinander folgenden Scalen. Die specifischen Gewichte s , welche den einzelnen Graden n dieses Instrumentes entsprechen, ergeben sich aus der Formel

$$\frac{\frac{n}{2} + 100}{100} = s.$$

Bei den vier bis jetzt beschriebenen Scalen ist absichtlich auf der beigelegten lithographischen Tafel keine Temperatur angegeben, da das Verhältniss der einzelnen Grade dieser vier Scalen zu einander bei allen gleichen Temperaturen dasselbe bleibt. Beim Vergleiche mit den übrigen Scalen gelten natürlich auch für diese vier Scalen die nämlichen Temperaturen, welche der jedesmaligen Scala beigelegt sind.

Die Aräometer-Scalen nach Beck.

Ebenfalls auf eine specifische Gewichtsannahme gegründet ist das Aräometer nach Beck.

Beck in Bern fertigte nach Benteley's Vorschlag Aräometer und bezeichnet den Punct, bis wohin ein Aräometer in Wasser von 100 R. einsinkt, mit 0, und den Punct, bis wohin dasselbe Aräometer in einer Flüssigkeit von 0,85 bei derselben Temperatur einsinkt, mit 30. Den Zwischenraum theilt er in 30 gleich grosse Theile und trägt diese Eintheilung sowohl weiter aufwärts (für specifisch leichtere Flüssigkeiten), als abwärts vom Wasser (für specifisch schwerere Flüssigkeiten) fort. Seine Scala ist also eine empirische.

Zur Zurückführung der Grade auf die specifischen Gewichte kann man sich folgender Formel bedienen:

a) für specifisch leichtere Flüssigkeiten als Wasser:

$$\frac{100}{100 + \left[\left(\frac{\frac{100}{0,85} - 100}{30} \right) \cdot n \right]} = s, \text{ oder}$$

$$\frac{100}{100 + (0,5882353 \cdot n)} = s.$$

b) für specifisch schwerere Flüssigkeiten als Wasser:

$$\frac{100}{100 - \left[\left(\frac{\frac{100}{0,85} - 100}{30} \right) \cdot n \right]} = s, \text{ oder}$$

$$\frac{100}{100 - (0,5882353 \cdot n)} = s.$$

n sind die Anzahl der Grade, s das specifische Gewicht.

Es entspricht also beispielsweise der Grad 70 nach Beck für specifisch leichtere Flüssigkeiten als Wasser dem specifischen Gewichte $\frac{100}{141,1764} = 0,708334$; und der Grad 70 nach Beck für spec. schwerere Flüssigkeiten als Wasser dem specifischen Gewichte $\frac{100}{58,8236} = 1,700000$.

Da ich für die Reduction der einzelnen Grade auf das specifische Gewicht bei den übrigen Aräometerscalen ähnliche Formeln in Vorschlag gebracht habe, so will ich mir erlauben, ganz in der Kürze noch einige Worte zur Entwicklung dieser Formeln beizufügen.

In den erwähnten Formeln entspricht der Zähler 100 dem absoluten Gewicht der Flüssigkeit, der Nenner hingegen dem Volumen, welches diese Flüssigkeit einnimmt. Das absolute Gewicht dividirt durch das Volumen, ist aber gleich dem specifischen Gewichte.

Beck theilte den Raum in der Scala zwischen dem specifischen Gewichte 0,85 und 1,00 in 30 gleiche Theile. Das Volumen einer Flüssigkeit von 0,85 spec. Gew. be-

trägt aber $\frac{100}{0,85} = 117,64706$ Raumtheile, während das Volumen des Wassers (spec. Gew. 1) 100 Raumtheilen entspricht. Der Raum von $(117,64706 - 100)$ 17,64706 Volumtheilen wurde also in 30 Theile getheilt, so dass jeder einzelne Grad dem Volumen von $\frac{17,64706}{30} =$

0,5882353 Raumtheilen entspricht. Diese letztgenannte Zahl ist mit der Anzahl n der Grade zu multipliciren, um zu finden, wie viel Raumtheile n Grade entsprechen, und diese gefundenen Raumtheile sind zu dem Volumen

des Wassers = 100 bei specifisch leichteren Flüssigkeiten als Wasser zu addiren, oder bei specifisch schwereren Flüssigkeiten als Wasser von 100 zu subtrahiren, um die Raumtheile zu finden, welche 100 Gewth. der fraglichen Flüssigkeit (von n Grad Beck) verdrängen; dieses letztere Volumen bildet den Nenner der obigen Formel.

Die Aräometer-Scalen nach Beaumé.

Beaumé construirte zwei Instrumente, das eine für specifisch leichtere Flüssigkeiten als Wasser, das andere für specifisch schwerere Flüssigkeiten. Beiden Instrumenten lagen ursprünglich verschiedene Ausgangspunkte zu Grunde.

a) Die Scala für specifisch leichtere Flüssigkeiten als Wasser.

Zur Construction dieser Scala stellte sich Beaumé eine Lösung von 10 Gewth. Kochsalz und 90 Gewth. Wasser dar, senkte ein Aräometer hinein und bezeichnete den Punct, bis zu welchem dasselbe einsank, an der Scala mit Null; denjenigen Punct aber, bis zu welchem dasselbe Aräometer in Wasser einsank, bezeichnete er mit 10. Der Zwischenraum wurde in 10 gleiche Theile getheilt und diese Eintheilung aufwärts in gleichen Abständen fortgeführt.

Eine 10procentige Kochsalzlösung, wie sie Beaumé zur Herstellung seines Instrumentes benutzte, hat bei 15° C. das specifische Gewicht 1,07335, Wasser von derselben Temperatur = 1. (Dieses specifische Gewicht bezieht sich auf das Vacuum. Durch den praktischen Versuch mit chemisch reinen Substanzen wurde es bei zwei Lösungen und einem Barometerstand von 28" 1''' und 14° C. Zimmertemperatur zu 1,073464 und 1,0734305 gefunden, also im Mittel zu 1,0734487, welches reducirt auf das Vacuum dem spec. Gew. 1,07335 entspricht.)

Um das spec. Gewicht dieser Lösung auch für andere Temperaturen zu berechnen, ist es nöthig, die Volum-

veränderungen der 10procentigen Kochsalzlösung einerseits und die Ausdehnung des Wassers andererseits zu kennen, welche diese Flüssigkeiten bei Aenderung der Temperatur erleiden. Ich habe diese Volumveränderungen wie folgt bestimmt:

Volumen der 10procentigen Kochsalzlösung

bei 0° C.	=	0° R.	—	1,000000
„ 12°,5 C.	=	10° R.	—	1,001900
„ 15° C.	=	12° R.	—	1,002450
„ 17°,5 C.	=	14° R.	—	1,003075.

Volumen des Wassers

bei 0° C.	=	0° R.	—	1,000000
„ 12°,5 C.	=	10° R.	—	1,000380
„ 15° C.	=	12° R.	—	1,000700
„ 17°,5 C.	=	14° R.	—	1,001105.

Um beispielsweise das specifische Gewicht der zehnproucentigen Kochsalzlösung bei 10° R. zu berechnen, hat man also nur nöthig, das spec. Gewicht der 10procentigen Kochsalzlösung bei 15° C. = 1,07335 durch das Volumen dieser Lösung bei 10° R. $\left(\frac{1,00190}{1,00245}\right)$ zu dividiren und mit dem Volumen des Wassers bei 10° R. $\left(\frac{1,00038}{1,00070}\right)$ zu multipliciren. Den ebengenannten Brüchen liegt das Volumen der Flüssigkeiten bei 15° C. (12° R.) als Einheit zu Grunde.

Das specifische Gewicht der 10procentigen Kochsalzlösung ist also

bei 10° R.

$$\frac{1,07335 \times 1,00038 \times 1,00245}{1,00070 \times 1,00190} = 1,073596, \text{ Wasser von } 10^{\circ} \text{ R.} = 1$$

bei 12° R. 1,07335, Wasser von 12° R. = 1

bei 14° R.

$$\frac{1,07335 \times 1,001105 \times 1,002450}{1,00070 \times 1,003075} = 1,0731105, \text{ Wasser von } 14^{\circ} \text{ R.} = 1.$$

Je nachdem also ein Beaumé'sches Instrument für Flüssigkeiten leichter als Wasser für die Temperatur 10° R., 12° R. oder 14° R. angefertigt ist, muss der Nullpunkt dem spec. Gewichte 1,073596 oder 1,07335 oder 1,0731105 bei der betreffenden Temperatur gleich sein.

Das specifische Gewicht einer 10procentigen Kochsalzlösung bei 12° R. ist also 1,07335 und das Volumen einer solchen Lösung ist demnach $\frac{100}{1,07335} = 93,166$ des Volumens eines gleichen Gewichts Wasser bei 12° R. = 100 gesetzt. 10° Beaumé entsprechen demnach $(100 - 93,166) = 6,834$ Volumeneinheiten.

Der Grad	Volumeneinheiten
0 der Beaumé'schen Scala entspricht	93,166
10	100,00
20	106,834
30	113,668
40	120,502
50	127,336
60	134,170

Durch Division dieser Zahlen für die Volumeneinheiten in das absolute Gewicht 100 findet man die specifischen Gewichte, welche den Graden nach Beaumé entsprechen.

0° Beaumé entsprechen 1,07335 spec. Gew.

10°	1,00000	"
20°	0,93603	"
30°	0,87975	"
40°	0,82986	"
50°	0,78532	"
60°	0,74532	"

Diese berechneten specifischen Gewichte, welche sich auf die Temperatur von 12° R. beziehen, stimmen mit denen überein, welche Francoeur durch den praktischen Versuch (10° R.) fand. Francoeur verglich zwei fertige Instrumente durch Eintauchen in dieselben Flüssigkeiten, und zwar ein Beaumé'sches Instrument und ein Aräometer, auf dessen Scala die specifischen Gewichte

verzeichnet waren. Ausser Francoeur hat u. A. auch Delezennes solche Versuche angestellt (*vergl. Liebig's Handwörterbuch, Bd. I. S. 473*); aber seine Angaben sind unrichtig; auch Schober und Pecher (*Dingler's polyt. Journ. Bd. XXVII. S. 63*) verglichen beide Scalen u. v. A.

Die specifischen Gewichte lassen sich, wie aus Obigem erhellt, für jeden Grad Beaumé bei der Temperatur 12° R. leicht nach folgender Formel berechnen:

$$\frac{100}{1,07335} + \frac{\left(100 - \frac{100}{1,07335}\right) \cdot n}{10} = s, \text{ oder}$$

$$\frac{100}{93,166 + (0,6834 \cdot n)} = s,$$

oder auch

$$\frac{100}{100 + [0,6834 \cdot (n - 10)]} = s.$$

Formel für ein Beaumé'sches Instrument für specifisch leichtere Flüssigkeiten, welches für die Temperatur 10° R. gültig ist:

$$\frac{100}{100 + [0,6855 \cdot (n - 10)]} = s.$$

Formel für ein Beaumé'sches Instrument für specifisch leichtere Flüssigkeiten, welches für die Temperatur 14° R. gültig ist:

$$\frac{100}{100 + [0,6813 \cdot (n - 10)]} = s.$$

Wie immer in folgenden Formeln ist n der betreffende Aräometergrad, s das zu berechnende specifische Gewicht.

Es ist noch ausdrücklich hervorzuheben, dass bei einem Instrumente, welches den Namen Beaumé's trägt und welches für specifisch leichtere Flüssigkeiten als Wasser benutzt wird, allemal der Grad 10 beim specifischen Gewichte des Wassers liegen muss. Abweichungen hiervon, wenn sie nicht ganz besonders auf der Scala bemerkt sind, sind als fehlerhaft und als Verwechslungen

mit andern Scalen (dem holländischen Aräometer) zu bezeichnen.

b) Die Scala für specifisch schwerere Flüssigkeiten als Wasser.

Zur Herstellung dieser Scala benutzte Beaumé nicht dieselbe 10procentige Lösung, sondern stellte sich eine Lösung von 15 Gewth. Kochsalz in 85 Gewth. Wasser her, also eine 15procentige Kochsalzlösung. Den Punct, bis zu welchem ein Aräometer in dieser 15procentigen Kochsalzlösung einsank, bezeichnete Beaumé an der Scala mit 15; denjenigen Punct aber, bis zu welchem dasselbe Aräometer in Wasser einsank, mit Null; der Zwischenraum wurde in 15 gleiche Theile getheilt und diese Theilung in gleichen Abständen abwärts weiter fortgeführt.

Eine genaue Bestimmung ergab mir, dass das specifische Gewicht der 15procentigen Kochsalzlösung im Vacuum bei 15° C. = 1,11146 ist, Wasser von 15° C. = 1. (Durch Versuche wurde es bei zwei Lösungen gefunden zu 1,111603 und 1,111588, im Mittel also zu 1,1115955 bei 28" 1''' Barometerstand und 14° C. Zimmertemperatur.) Es lassen sich die specifischen Gewichte, welche den Beaumé'schen Graden für Flüssigkeiten schwerer als Wasser bei 15° C. (12° R.) entsprechen, leicht nach der Formel berechnen:

$$100 - \frac{100}{\left(100 - \frac{100}{1,11146}\right) \cdot n} = s, \text{ oder}$$

$$100 - \frac{100}{15} \cdot \frac{100}{100 - (0,66855 \cdot n)} = s.$$

Nach dieser Formel findet man

für 66° B. das spec. Gewicht $\frac{100}{55,8757} = 1,789687;$

für 70° B. das spec. Gewicht $\frac{100}{53,2015} = 1,879646.$

Dieses Instrument, welches Beaumé für specifisch schwerere Flüssigkeiten als Wasser construirte, hat heutzutage nur noch ein geschichtliches Interesse. Ich habe es nur der Vollständigkeit halber mit erwähnt, da in allen Hand- und Lehrbüchern sich die Angabe befindet, dass dem Beaumé'schen Instrumente für specifisch schwerere Flüssigkeiten als Wasser die 15procentige Kochsalzlösung zur Bestimmung des Grades 15 zu Grunde liege.

Auch für die Flüssigkeiten, welche specifisch schwerer als Wasser sind, wird jetzt der Zwischenraum an der Scala zwischen dem specifischen Volumen des Wassers und dem specifischen Volumen der 10procentigen Kochsalzlösung in 10 gleiche Theile getheilt und diese Theilung wird auf die übrige Scala fortgesetzt. Es ist dies ein stillschweigendes Uebereinkommen, welches sich seit langer Zeit eingebürgert hat. Durch die Aenderung dieses Principis in der Construction ist auch eine Aenderung der relativen Grösse der einzelnen Grade veranlasst worden, denn es verhalten sich keineswegs die Raumtheile zwischen dem specifischen Volumen des Wassers und dem specifischen Volumen der zehnprocentigen Kochsalzlösung einerseits, und die Raumtheile zwischen dem specifischen Volumen des Wassers und der funfzehnprocentigen Kochsalzlösung andererseits, genau wie 10 zu 15. Bei der Lösung eines jeden Salzes findet eine Verdichtung statt, die relativ um so grösser ist, je verdünnter die Lösung ist. Ich hebe ausdrücklich hervor, dass nur unter der Voraussetzung, dass die 10procentige Kochsalzlösung als Ausgangspunct gewählt wird, der Grad 66 Beaumé dem specifischen Gewichte der käuflichen Schwefelsäure entspricht, und die Mechaniker benutzen ja bekanntlich jetzt allemal die Schwefelsäure von bestimmtem specif. Gewichte (1,815, richtiger 1,817 bei 14° R.) zur Feststellung des Grades 66 an Beaumé's Scala und theilen die übrige Scala hiernach ein. Es ist diese allgemein übliche Art der Feststellung jedenfalls weit zweckmässiger, als die von Beaumé vor-

geschlagene, da sich eine weit grössere Genauigkeit erzielen lässt, wenn eine ganze Scalenlänge in Unterabtheilungen getheilt wird, als wenn von einem kleinen Theil der Scala ausgegangen und diese Theilung auf die übrige Scalenlänge übertragen wird.

Die Grade der Beaumé'schen Scala sind vielfach mit den specifischen Gewichten verglichen worden, ich führe zum Vergleiche einige Angaben an:

	Nach Dele- zennes (b. 10 ⁰ R.)	Nach Fran- coeur (b. 10 ⁰ R.)	Nach Bohnen- berger (bei 11,5 ⁰ R.)	Nach Gilpin (bei 10 ⁰ R.)	Nach Schober und Pecher 14 ⁰ R.	Grahams Lehrb. Bd. I. S. 158	Nach Maro- seau 10 ⁰ R.
10 ⁰ B. =	1,0769	1,0704	1,069	1,075	1,0740	1,073	1,075
15 ⁰ B. =	1,1200	1,1095	1,107	1,116	1,1152	1,113	1,116
20 ⁰ B. =	1,1666	1,1515	1,148	1,161	1,1598	1,157	1,161
30 ⁰ B. =	1,2727	1,2459	1,239	1,261	1,2605	1,256	1,263
40 ⁰ B. =	1,3999	1,3571	1,347	1,384	1,3804	1,375	1,384
50 ⁰ B. =	1,5555	1,4902		1,532	1,5255	1,515	1,530
60 ⁰ B. =	1,7501	1,6522		1,714	1,7047	1,690	1,711
66 ⁰ B. =	1,8922	1,7674		1,848	1,8340	1,815	1,842
70 ⁰ B. =	2,0003	1,8537		1,946	1,9316	1,909	1,942

Man erstaunt über die Abweichungen, welche die verschiedenen Physiker erhielten. Diese Abweichungen haben zum Theil darin ihren Grund, dass z. B. Francoeur sein Instrument nach der ursprünglichen Angabe Beaumé's construirte, während die übrigen Physiker sich der 10procentigen Kochsalzlösung bedienten.

So stellten beispielsweise Schober und Pecher (*Dingl. polyt. Journ. Bd. XXVII. S. 63*) sich 3 Lösungen dar, jede mit 10 Proc. Kochsalzgehalten und bestimmten das specifische Gewicht einer Lösung bei 14⁰ R., aus reinem Steinsalz zu 1,07305, aus käuflichem Kochsalz zu 1,07372 und aus einem Salze, welches sie durch Sättigen von reinem kohlen sauren Natron mit reiner Salzsäure dargestellt hatten, zu 1,07518. Hiernach nehmen sie als Mittel das specifische Gewicht der 10procentigen Koch-

salzlösung zu 1,074 an; offenbar war aber die letztere der drei Bestimmungen unrichtig ausgefallen.

Die genauen specifischen Gewichte einer 10 procentigen Kochsalzlösung bei den verschiedenen Temperaturen habe ich schon weiter oben angegeben, je nachdem also ein Beaumé'sches Instrument für die Temperatur 100° R., 120° R. oder 140° R. angefertigt ist, muss der Theilstrich 10 der Scala dem specifischen Gewichte 1,073596 oder 1,07335 oder 1,0731105 bei der betreffenden Temperatur gleich sein und es lassen sich leicht nach folgenden Formeln die specifischen Gewichte berechnen, welche bei den betreffenden Instrumenten den einzelnen Graden nach Beaumé entsprechen.

Formel für ein Beaumé'sches Aräometer, welches für die Temperatur 100° R. gültig ist:

$$\frac{100}{100 - \left[\left(\frac{100 - \frac{100}{1,073596}}{10} \right) \cdot n \right]} = s, \text{ oder}$$

$$\frac{100}{100 - (0,6855 \cdot n)} = s.$$

Hiernach berechnet sich beispielsweise das specifische Gewicht

$$\text{für den Grad 66 Beaumé zu } \frac{100}{54,757} = 1,82625,$$

$$\text{„ „ „ 70 Beaumé zu } \frac{100}{52,015} = 1,92252.$$

Formel für ein Beaumé'sches Aräometer, welches für die Temperatur 120° R. gültig ist:

$$\frac{100}{100 - (0,6834 \cdot n)} = s.$$

Hiernach berechnet sich beispielsweise das specifische Gewicht

$$\text{für den Grad 66 Beaumé zu } \frac{100}{54,896} = 1,82164,$$

$$\text{„ „ „ 70 Beaumé zu } \frac{100}{52,162} = 1,917105.$$

Formel für ein Beaumé'sches Aräometer, welches für die Temperatur 14° R. gültig ist:

$$\frac{100}{100 - (0,6813 \cdot n)} = s.$$

Hiernach berechnet sich beispielsweise das specifische Gewicht

$$\text{für den Grad 66 Beaumé zu } \frac{100}{55,034} = 1,81706,$$

$$\text{" " " 70 Beaumé zu } \frac{100}{52,309} = 1,91172.$$

Da die meisten Aräometer nach Beaumé für die Temperatur 14° R. angefertigt werden, so hat das specifische Gewicht des Grades 66 Beaumé bei dieser Temperatur ein besonderes Interesse. Ich bemerke, dass man meistens (wiewohl mit Unrecht) das specifische Gewicht der 10 procentigen Kochsalzlösung willkürlich auf 3 Decimalstellen abkürzt und zu 1,073 annimmt, bei dieser Abkürzung berechnet sich alsdann das specifische Gewicht für den Grad 66 Beaumé zu 1,815; und dieses letztgenannte specifische Gewicht, 1,815 ist es, welches man dem Grade 66 Beaumé bei 14° R. nach den gebräuchlichen Tabellen bei der Anfertigung der Instrumente zu Grunde legt.

Der Umstand, dass der Grad 66 Beaumé dem specifischen Gewichte der käuflichen Schwefelsäure entspricht, ist Veranlassung gewesen, dass man bei den vermehrten Ansprüchen an die Concentration der englischen Schwefelsäure auch den Grad 66 Beaumé tiefer an der Scala verlegt wissen wollte, so dass er einem höheren specifischen Gewichte entspräche. Man stellte die Behauptung auf, dass die englische Schwefelsäure eigentlich das reine Schwefelsäurehydrat sein sollte, zusammengesetzt nach der Formel HO, SO^3 und weil nach Bineau's Tabellen, welche Otto für die Temperatur 15° C. nach Bineau's eignen Angaben berechnete, das specifische Gewicht des Schwefelsäurehydrates bei 15° C. = 1,8426 ist, so wollte man wahrscheinlich aus diesem Grunde den

Grad 66 Beaumé auch bei diesem specifischen Gewichte (1,842) angebracht wissen. Eine solche Tabelle hat u. a. Gmelin in seinem Lehrbuch der Chemie aufgenommen; auch Fehling in seiner Uebersetzung von Payen's Gewerbschemie (1,84 a. a. O. 1,847); Fehling spricht sich auch dahin aus, dass man bei der Prüfung der Beaumé'schen Aräometer die käufliche Schwefelsäure vorher kochen und in einem verschlossenen Gefässe erkalten lassen soll, ehe man das Aräometer einsenkt, jetzt soll es bis 66 Beaumé einsinken.

Dieses Stellen der Scala nach Beaumé auf das reine Schwefelsäurehydrat ist aber in den Angaben Beaumé's nicht begründet, und ist meiner Ansicht nach auch deshalb nicht zu billigen, weil die gewöhnliche englische Schwefelsäure aus technischen Gründen (Angreifen des Platinkessels) niemals als reines Hydrat in den Handel kommt. Eine englische Schwefelsäure genügt in der Regel den Anforderungen, hinsichtlich ihrer Concentration, wenn sie zusammengesetzt ist nach der Formel $\text{HO}, \text{SO}^3 + \frac{1}{2} \text{HO}$, sie enthält alsdann 91,6 Proc. Schwefelsäurehydrat, hat nach Bineau's Tabellen bei 15°C. das specifische Gewicht 1,83 und nach der Tabelle von Ure bei $15\frac{1}{2}^{\circ} \text{C.}$ das specifische Gewicht 1,82. Diese specifischen Gewichte der käuflichen Schwefelsäure stimmen hinreichend mit dem specifischen Gewichte 1,82164, welches dem Grad 66 Beaumé bei 15°C. (12°R.) entspricht.

Will man sich eines Aräometers bedienen, dessen Grad 66 dem specifischen Gewichte des reinen Schwefelsäurehydrates gleich kommt, so kann man das holländische Aräometer wählen, welches ich sogleich besprechen werde.

Bei Zugrundelegung von Bineau's Bestimmungen und seinen Correctionsangaben, findet man das specifische Gewicht des Schwefelsäurehydrates HO, SO^3 bei 10°R. ($12^{\circ},5 \text{C.}$) = 1,845, und der Grad 66 am holländischen Aräometer, welches bei 10°R. gültig ist, ent-

spricht dem specifischen Gewichte 1,846 (in manchen Tabellen irrthümlich 1,847 und 1,848).

Die holländischen Aräometer-Scalen.

Das holländische Aräometer, wie es die *Pharmacopoea batava* eingeführt hat, reiht sich eng an das Beaumésche Instrument an. Auch bei dem holländischen Aräometer soll der Theilstrich 10 durch eine 10procentige Kochsalzlösung (10 Gewth. Kochsalz und 90 Gewth. Wasser) bestimmt werden, der Nullpunct aber durch Schwimmen im Wasser; der Zwischenraum wird auch hier in 10 gleiche Theile getheilt und diese Theilung gleichmässig nach abwärts für specifisch schwerere Flüssigkeiten, und aufwärts für specifisch leichtere Flüssigkeiten fortgeführt. Zwei Hauptunterschiede sind es, welche die holländischen Aräometer-Scalen von den Scalen nach Beaumé unterscheiden.

Der erste Unterschied besteht darin, dass das specifische Gewicht der 10 procentigen Kochsalzlösung bei 10⁰ R. zu 1,074626 angenommen wird, Wasser von 10⁰ R. = 1. Diese Annahme, so falsch und irrig sie ist, ist sehr wesentlich für das Instrument, da hierdurch die relative Grösse der einzelnen Grade bedingt wird. Die Commission, welche die *Pharmacopoea batava* ausarbeitete, scheint die Versuche von Gilpin ihrer Annahme zu Grunde gelegt zu haben; trotz dieser Autorschaft muss jene Annahme als unrichtig bezeichnet werden; sie ist aber durch den Machtspruch einer Commission in Geltung getreten, wenn ihr auch die wissenschaftliche Basis ermangelt.

Der zweite Unterschied besteht darin, dass bei dem Instrumente für specifisch leichtere Flüssigkeiten als Wasser der Nullpunct nicht bei dem specifischen Gewicht der 10procentigen Kochsalzlösung liegt (wie dies bei dem Beauméschen Aräometer der Fall ist), sondern vielmehr durch Einsenken in Wasser von 10⁰ R. bestimmt wird, er liegt also beim specifischen Gewicht 1.

Die specifischen Gewichte, welche den einzelnen Gra-

den nach diesem holländischen Aräometer entsprechen, lassen sich nach folgenden Formeln berechnen:

a) bei dem Instrumente für specifisch leichtere Flüssigkeiten als Wasser

$$\frac{100}{100 + \left[\left(\frac{100 - \frac{100}{1,074626}}{10} \right) \cdot n \right]} = s, \text{ oder}$$

$$\frac{100}{100 + (0,69444 \cdot n)} = s.$$

Es entsprechen demnach beispielsweise 700 dieses Aräometers dem specifischen Gewichte

$$\frac{100}{148,613} = 0,672889;$$

b) bei dem Instrumente für specifisch schwerere Flüssigkeiten als Wasser

$$\frac{100}{100 - (0,69444 \cdot n)} = s$$

Es entsprechen demnach beispielsweise 660 dieses Aräometers dem specifischen Gewichte

$$\frac{100}{54,167} = 1,84614;$$

700 dieses Aräometers dem specifischen Gewichte

$$\frac{100}{51,387} = 1,94602.$$

Es ist auffallend, dass das holländische Aräometer überaus häufig mit dem Beaumé'schen Aräometer verwechselt wird, obgleich die Unterschiede beider Scalen wichtig genug sind, um die Verschiedenheiten der Instrumente ins Auge zu fassen.

Die Aräometer-Scala nach Cartier.

Cartier, welchem Beaumé die Anfertigung seiner Instrumente übertragen hatte, beschloss in seiner Weisheit, die Beaumé'schen Instrumente für leichtere Flüssigkeiten als Wasser dahin abzuändern, dass 160 Beaumé nur 15 Unterabtheilungen erhielten; ausserdem

verlegte er den Punkt für das specifische Gewicht 1 bei 11° Cartier, während er am Beaumé'schen Instrumente bei 10° Beaumé liegt.

Die specifischen Gewichte, welche der Scala nach Cartier bei 12° R. entsprechen, lassen sich demnach berechnen nach der Formel:

$$\frac{100}{100 + \left[\left(\frac{0,6834 \cdot 16}{15} \right) \cdot (n - 11) \right]} = s, \text{ oder}$$

$$\frac{100}{100 + [0,72896 \cdot (n - 11)]} = s,$$

oder für die Temperatur 10° R. nach der Formel:

$$\frac{100}{100 + \left[\left(\frac{0,6855 \cdot 16}{15} \right) \cdot (n - 11) \right]} = s, \text{ oder}$$

$$\frac{100}{100 + [0,7312 \cdot (n - 11)]} = s.$$

Diese Angaben über die Construction des Aräometers von Cartier wurden von mir aus Liebig's Handwörterbuch, Gerstenhöfer's Hülfsbuch für Techniker und Hoffmann's chemischen Tabellen entnommen; nach anderen Angaben (z. B. Prechtel's technologischer Encyklopädie) ist der Grad 22 Beaumé dem Grade 22 Cartier gleich, und sowohl aufwärts als abwärts von diesem Grade 22 entsprechen dann 16 Grad Beaumé 15 Grad Cartier.

In Wasser sinkt alsdann das Aräometer von Cartier nicht bis zum Grad 11 ein, sondern bis zum Grad 10 $\frac{3}{4}$. Ich habe nicht entscheiden können, welche Angaben die richtigen sind.

Da 22 Grad Beaumé bei 10° R. das Volumen einnehmen von $100 + [0,6855 \cdot (22 - 10)] = 108,226$ (specifisches Gewicht 0,924), so berechneten sich die specifischen Gewichte für die Grade über 22 Grad Cartier nach der Formel

$$\frac{100}{108,226 + [0,7312.(n - 22)]} = s$$

und für die Grade unter 22 Grad Cartier bei 100 R. nach der Formel:

$$\frac{100}{108,226 - [0,7312.(22 - n)]} = s.$$

Auch die Grade nach Cartier wurden durch vergleichende Versuche mit fertigen Instrumenten von Delezennes und Francoeur auf die specifischen Gewichte reducirt. Beider Angaben weichen erheblich von einander ab und verdienen nur die Versuche von Francoeur Berücksichtigung, sie stimmen vollkommen mit den Resultaten überein, welche nach den zuletzt entwickelten Formeln erhalten werden, wo 22^o Beaumé gleich 22^o Cartier sind (specifisches Gewicht 0,924).

Endlich giebt es noch eine dritte Angabe, nach welcher der Grad 10 Cartier, gerade so wie der Grad 10 Beaumé dem specifischen Gewicht des Wassers bei 100 R. (12^o, 5 C.) entspricht, (vergl.: Maroseau's Abhandlung *Journ. de Pharm.* 16. 482, entnommen Gmelin's Handbuch, Bd. I. S. XX). Nach dieser Tabelle entsprechen die einzelnen Grade den specifischen Gewichten, welche man nach der Formel findet

$$\frac{100}{100 + [0,761234.(n - 10)]} = s;$$

es liegt also dieser Tabelle eine falsche Annahme für das specifische Gewicht der 10procentigen Kochsalzlösung zu Grunde, und statt der Zahl 0,761234 wäre die Zahl 0,7312 einzusetzen.

Man sieht aus dieser Zusammenstellung, welche Unsicherheiten die Anwendung der Cartier'schen Instrumente bietet, da nicht einmal über die Construction des Instrumentes eine bestimmte, allgemein gültige Regel vorliegt.

Die übrigen Aräometer-Scalen, welche zum Theil nur in Vorschlag gebracht, zum Theil nur kurze Zeit in Gebrauch waren, übergehe ich; es gilt dies z. B. von der Scala nach Richter, welche jetzt der Vergessenheit übergeben ist.

Zu wünschen wäre, dass alle empirischen Scalen diesen Weg der Vergessenheit theilten, und dass in der Aräometrie nur ein Führer sei, das ist der unsterbliche Name Gay-Lussac.