Tabelle 2.

Durchmesser der Röhre	Korrektionswert	
	mm	cc
1	0,17	0,00013
2	0,32	0,00101
3	0,45	0,00318
4	0,56	0,0070
5	0,65	0,0128
6	0,73	0,0206
7	0,80	0,0308
8	0,86	0,0432
9	0,93	0,0592
10	0,99	0,0778
11	1,04	0,0988
12	1,08	0,122
13	1,10	0,146
14	1,12	0,172
15	1,14	0,201
16	1,13	0,227
17	1,12	0,254
18	1,11	0,283
19	1,10	0,312
20	1,08	0,339
21	1,05	0,364
22	1,03	0,392
23	1,00	0,415
24	0,97	0,439
25	0,94	0,461

Ein optisches Pyrometer, das auf der Photometrie einer homogenen Strahlung beruht, haben L. Holborn und F. Kurlbaum¹⁾ konstruiert. Während bei photometrischen Methoden gewöhnlich ein konstantes Vergleichslicht benutzt wird, dient hier als Vergleichslampe ein elektrisch glühender Draht oder Faden, dessen Helligkeit reguliert und durch die Stärke des Heizstroms in einfacher Weise gemessen wird. Hinsichtlich der Einzelheiten der Einrichtung und der Anwendung, welche die Verfasser von ihrem Instrumente gemacht haben, verweise ich auf das Original.

¹⁾ Annalen d. Physik [4. F.] **10**, 225.