72 CC. Destillat 0,0035 Grm. Arsensulfür erhalten, entsprechend 0,00213 Grm. Arsen.

Da nun in 10 Grm. arsensaurem Natron 1,866 Grm. Arsen enthalten sind, so enthielt das Destillat beim ersten Versuch nur 0,14 Proc. und beim zweiten nur 0,11 Proc. der im Ganzen vorhandenen Arsenmenge.

Bericht über die Fortschritte der analytischen Chemie.

I. Allgemeine analytische Methoden, analytische Operationen, Apparate und Reagentien.

Von

R. Fresenius.

Bestimmung des specifischen Gewichtes fester Körper. F. G. Schaffgotsch (Poggend. Annal. 116. 279) hat das Verfahren, welches Schulze und ich zur Bestimmung des specifischen Gewichtes der Kartoffeln zuerst vorschlugen und anwandten, und das Habich und W. Stein (diese Zeitschrift I. 391) zum gleichen Zwecke bei Gerste und Malz gebrauchten, nun auch mit bestem Erfolge bei Mineralien, Schwefel, Kautschuk, Paraffin etc. in Anwendung gebracht. Er empfiehlt es namentlich zur Bestimmung des spec. Gewichts von Körpern von geringem absoluten Gewicht, weil bei solchen die Dichtigkeitsbestimmung auf gewöhnlichem Wege leicht ungenau wird und zwar um so mehr, je höher ihr spec. Gewicht ist.

Das Princip des Verfahrens besteht bekanntlich darin, dass man den zu prüfenden Körper in einer durchsichtigen Flüssigkeit von gleicher aber noch unbekannter Dichtigkeit zum Schweben bringt und dann das Eigengewicht dieser Flüssigkeit auf irgend eine Weise bestimmt. Die Gewichtsmenge des Körpers kann hierbei ganz unbekannt bleiben und kommt nur in sofern in Betracht, als kleine Stücke unter übrigens glei-

chen Umständen eine verhältnissmässig grössere Oberfläche besitzen und desshalb in der Flüssigkeit wegen stärkeren Widerstandes langsamer steigen und sinken als grosse, wodurch der Versuch schwierig und bei sehr kleinen Stücken unmöglich wird. Dass man aber unter 0,1, ja selbst unter 0,01 Grm. heruntergehen könne, beweisen die Versuche des Verfassers.

Als Schwebeflüssigkeiten benutzte derselbe für Substanzen von geringerer Dichte als Wasser (Paraffin, Kautschuk, Gutta-Percha) verdünnten Weingeist, — für Substanzen von etwa 1,1 spec. Gewicht verdünnte Salpetersäure oder Kochsalzlösung, für dichtere Substanzen eine Auflösung von salpetersaurem Quecksilberoxyd in Salpetersäure. Letztere wird bereitet, indem man 200 Grm. Quecksilberoxyd mit 450 CC. gewöhnlicher Salpetersäure (wohl von 1,2 spec. Gewicht) in einer geräumigen Flasche schüttelt, bis die sich einstellende Erwärmung vorübergegangen, dann filtrirt und das etwas über 450 CC. ausmachende Filtrat rasch abdampft, ohne zu kochen. Man gibt der Lösung ein spec. Gewicht von 3,3—3,4 (ein Stückchen Olivin von Turnau in Böhmen muss eben darin sinken), da sie bei einem höheren beim Aufbewahren in Stubenwärme leicht erstarrt. Braucht man sie dichter, so dampft man eine Portion unmittelbar vor dem Versuche etwas ein, wodurch man ein höheres spec. Gewicht als 3,5 erreichen kann. Die Lösung darf nicht mit pflanzlichen oder thierischen Stoffen in Berührung kommen, welche sie bräunen, auch nicht an der Luft stehen, weil sie dann Wasser anzieht. Starke Verdünnung muss nicht durch Wasser geschehen, weil es basisches Salz fällt, sondern durch verdünnte Salpetersäure. Es ist diess auch beim Ausspülen der Gefässe zu berücksichtigen. Die Verdünnung ist von Zusammenziehung begleitet.

Zum Behufe der Dichtigkeitsbestimmung eines Körpers lässt man denselben zunächst auf einer etwas dichteren, in einem Stehcylinder von etwa 40 CC. Inhalt enthaltenen Flüssigkeit schwimmen, deren Temperatur ungefähr 1 Grad niedriger ist als die normale (17,5°). Man fügt alsdann das Verdünnungsmittel hinzu bis zum langsamen Sinken des Körpers, dann wieder mittelst eines Glasstabes schwere Flüssigkeit, bis völliges Schweben erreicht ist. Während der Operation sorgt man durch Umfassen des Cylinders mit der Hand, dass die Temperatur der Flüssigkeit auf 17,5° C. steigt. Als Rührstab bedient man sich eines Thermometers. Das Umrühren muss fortgesetzt werden, bis die Flüssigkeit beim Hindurchsehen keine das Licht ungleich brechenden Streifen mehr zeigt.

Um schliesslich die Dichtigkeit der Schwebeflüssigkeit zu bestimmen, bediente sich der Verfasser einer Vollpipette von $\frac{1}{2}$ Quadratmillimeter

Mündung und kurzem Schnabel, welche bis zum Strich 5,0065 Grm. Wasser von 17,5° C. fasste und sich in ein fest anschliessendes mit ihr zusammen tarirtes Reagensrohr schieben liess. In diesem Rohre wurde die Pipette, nachdem das Flüssigkeitsgemisch bis zur Marke emporgesogen und sie äusserlich durch Seidenpapierbäuschchen ohne Erwärmen genau abgetrocknet war, auf die Wage gebracht, wo sie von einem über die Hängedrähte gestreiften mittarirten Kautschukring gehalten wurde. Wenn man nicht die von der Pipette aufgenommene, sondern die aus einer nass geachteten Pipette ausfliessende Menge wägt, erhält man falsche Zahlen, weil die verschiedenen Schwebeflüssigkeiten am Glase anders haften als Wasser. — Für gewerbliche Zwecke empfiehlt sich natürlich zur Bestimmung des spec. Gewichtes der Schwebeflüssigkeit am meisten ein Aräometer ohne Gewichte.

Die Resultate, welche der Verfasser bei 15 verschiedenen Körpern nach dem älteren Verfahren (Bestimmung des Gewichtsunterschiedes beim Wägen in Luft und in Wasser) und nach dem neuen erhielt, lassen in Betreff ihrer Uebereinstimmung nichts zu wünschen übrig.

Phipson (Dingler's polyt. Journal 166. 79) bestimmt das spec. Gewicht von Mineralsubstanzen mit Hülfe einer calibrirten Röhre und einer einmaligen Wägung, indem er die gewogene Substanz in eine nach Kubikcentimetern eingetheilte Röhre steckt, in welcher eine notirte Menge Wasser enthalten ist. Da der feste Körper so viel Wasser verdrängt, als er Raum einnimmt, so findet man aus der Erhöhung des Wasserstandes in der Röhre, wie viel CC. Inhalt er besitzt, und durch Division mit dem bekannten Gewichte das spec. Gewicht. Hat man z. B. 5 Grm. von einem Mineral und ist nach dem Einlegen desselben in die Glasröhre der Wasserstand um 2,5 CC. gestiegen, so beträgt das spec. Gewicht $\frac{5}{2,5} = 2$.

Diese Methode kann nur annähernde Resultate liefern und sollte desshalb nicht zu genauen Bestimmungen gebraucht werden. Im Principe völlig richtig, ist ihre mangelnde Genauigkeit dadurch bedingt, dass man Wasser in einer graduirten Röhre nicht genauer als auf 0,02 CC. ablesen kann. Ein Fehler in diesem Betrage gibt aber immer schon eine erhebliche, oft aber eine ganz gewaltige Differenz im Resultat. Dieselbe ist natürlich um so bedeutender, je geringer das absolute und je grösser das specifische Gewicht des angewandten Körpers.

Gesetzt 5 Grm. Schwefel verdrängen nach einer Ablesung 2,50, nach einer zweiten 2,52 Wasser, so findet man das spec. Gewicht zu 2,000 und zu 1,984. Die Differenz beträgt also schon 0,016. — Gesetzt da-

gegen 3 Grm. Platin verdrängen nach erster Ablesung 0,14, nach zweiter 0,16, so erhält man als spec. Gewicht 21,429 und 18,750, somit die ganz unzulässige Differenz von 2,679.

Bestimmung des Schmelzpunktes von die Wärme schlecht leitenden Körpern. Gay-Lussac hat bekanntlich nachgewiesen, dass die Löslichkeit eines Körpers sich nicht ändert, wenn er aus dem festen in den flüssigen Zustand übergeht. M. Gerardin (Compt. rend. 54. 1082) hat sich nunmehr überzeugt, dass umgekehrt die Gegenwart eines Lösungsmittels, sofern es nicht chemisch einwirkt, den Schmelzpunkt der Körper nicht verdünnt. So schmilzt Schwefel genau bei $111,5^{\circ}$, er mag in Schwefelsäure, Zinnchlorid oder Amylalkohol suspendirt sein, und Phosphor bei $44,2^{\circ}$, sei es, dass er sich in den verschiedenen Alkoholen, in Wasser oder in Chloroform befindet. Aehnliche Resultate beobachtete der Verfasser bei Jod und festen Fetten; eine Ausnahme von der Regel fand er nie.

Will man daher den Schmelzpunkt fester Körper bestimmen, so braucht man sie nur in einer Flüssigkeit zu erhitzen, in welcher sie mehr oder weniger löslich sind. So klein auch immer die Menge sein mag, man sieht stets deutlich, wann Schmelzung eintritt, namentlich wenn der Körper fein zertheilt und im festen Zustande undurchsichtig, dagegen im flüssigen Zustande durchsichtig ist.

Transspiration von Flüssigkeiten. Den unter Druck erfolgenden Durchgang tropfbarer Flüssigkeiten durch ein Capillarrohr nennt Th. Graham Transspiration von Flüssigkeiten, entsprechend der Analogie mit der Transspiration von Gasen. Er hat die Beziehungen zwischen der Transspiration der Flüssigkeiten und ihrer chemischen Zusammensetzung durch umfassende Versuche festgestellt (Philosoph. Transactions 1861. 373, — Annal. der Chem. u. Pharm. 123. 90), und da ein weiteres Verfolgen der zuerst von Poiseuille (Mém. Savants Etrangers IX. 433, — Annal. d. Chem. u. Pharmac. 64. 129) betretenen Bahn auch für analytische Zwecke gewinnbringend sein dürfte, so theile ich nachstehend die Art mit, in welcher Graham seine Versuche angestellt hat. Der von ihm angewandte Apparat ist dem von Poiseuille sehr ähnlich. Er bestand aus einem kleinen aber ziemlich starken kugelförmigen Glasgefäß A (Fig. 38) von etwa $\frac{2}{3}$ Zoll Durchmesser und 4—8 CC. Inhalt, welches an einer dicken, etwa 2 Mm. weiten Glasröhre aufgeblasen war. Eine Marke c wurde über und eine eben solche d unter dem Glasgefäße auf der Glasröhre angebracht, um die bei den Versuchen in Betracht kommende Capacität anzuzeigen. Der untere Theil