Fig. 3.

gehung von Eiterbecken u. a. gleich in einen verdeckten Verbandsimer zu befördern. Bei der bisherigen Form der Verbandsimer ergibt sich hier nun eine gewisse Schwierigkeit, da man nicht gern während der Operation mit den gereinigten Händen den Deckel des Eimers anfassen wird, um ihn zu öffnen. Andererseits erscheint es noch weniger wünschenswerth, den Verbandsimer von vorn herein offen zu lassen, da

sich an den Innenwänden desselben ohne Zweifel auch bei sorgfältiger Reinhaltung der Eimer reichlich angetrocknete Keime aller Art finden, die bei freier Kommunikation mit der Luft des Sprechzimmers in diese übergehen. Es lag also nahe, einen Verbandsimer zu construiren, dessen Deckel mittels eines Fussdrucks geöffnet werden kann, ähnlich, wie man es bei Wascheinrichtungen schon seit längerer Zeit hat. Die nebenstehende Zeichnung zeigt ein solches Modell. Der einfache Mechanismus ergibt sich aus der Zeichnung. Durch einen Tritt auf die Fussplatte öffnet sich der Deckel bis fast zur Senkrechten, um sich beim Aufhören des Druckes von selbst wieder zu schliessen. In halber Höhe des Eimers ist ein Sieb zum Aufnehmen der festen Verbandstoffe angebracht.

Die Herstellung des Eimers hat die Instrumentenfabrik von Alexander Schaedel in Leipzig übernommen. Bei der Einfachheit des Mechanismus werden sich diese Eimer nicht wesentlich theurer als die bisherigen stellen.

Ein verbesserter Verbandsimer.

Von Dr. Th. Kulenkamp in Wandsbeck.

Mit Rücksicht auf die Asepsis erscheint es wünschenswerth, bei Operationen und Verbänden das beschmutzte Verbandzeug, gebrauchte Tupfer etc. möglichst direkt unschädlich zu machen, d. h. sie mit Um-

¹⁾ Das Instrumentarium wird hergestellt und ist zu beziehen von der Firma Evens und Pistor in Cassel.