- 1) Die Rohölfraktion vom spec. Gew. 0.830
- 2) " " " " " 0.840
- 3) " " " " " 0.850
- 4) " " " " " 0.860
- 5) " " n. 6-stünd. Zersetzungsprocess.

(Cracken) in demselben Kessel vom spec. Gew. 0.847.

Ausserdem noch ein im Grossbetriebe mit Oleum raffiniertes Petroleum vom spec. Gew. 0.840 bei einem Zündpunkt von 40°. Alle Fractionen wurden vor dem Versuch durch Filtration klar und wasserfrei gemacht.

Die Versuche nach meiner Methode wurden in der Weise ausgeführt, dass ca. 5 gr des Destillates im vorher bestimmten nothwendigen Quantum absoluten Alkohols bei gewöhnlicher Temperatur unter kräftigem Durchschütteln aufgelöst wurden. Die Lösung wurde in einer Mischung von Eis und Kochsalz auf — 15° C. abgekühlt und in der Kältemischung so

lange aufbewahrt, bis keine Paraffinausscheidungen mehr beobachtet wurden.

Daraufhin wurde die Filtration in einem von obiger Kühlmasse umgebenen Trichter bei — 15° vorgenommen und das auf den Filter zurückgebliebene Paraffin so lange mit auf — 15° C° abgekühlten absoluten Alkohol gewaschen, bis eine kleine Probe des Waschalkohols nicht mehr opalisirte und beim Versetzen mit Wasser keine Oelausscheidung zeigte. Dies wurde bereits nach 2 Waschungen mit ca. 20 — 30 ccm Alkohol erreicht. Das Filtrat wurde wiederum in die Kältemischung hineingesetzt, um zu constatiren, ob noch etwas Paraffin in Lösung geblieben ist. Das auf dem Filter zurückgebliebene Paraffin war stets schneeweiss und wurde im Exsiccator über Nacht zum Trocknen gelassen. Ein Erwärmen auf 105 C°, wie es Holde vorschlägt, schien nicht rathsam, da das Paraffin schmilzt und theilweise verdampft.

(Schluss folgt.)

Kleinere Mittheilungen aus der Praxis des Mineralölchemikers.

Von Dr. Leopold Singer.

(Schluss.)

3) Ueber die quantitative Bestimmung von Paraffin.

Zu der von Holde neuerdings empfohlenen Vorschrift zur quantitativen Bestimmung des Paraffins mittelst Aether-Alkohol sei bemerkt, dass ich die Alkoholmethode schon seit Langem zur Paraffinbestimmung verwendet habe. Versuche zur exacten Bestimmung wurden wohl im Vereine mit Herrn Felix Eulenberg begonnen, konnten jedoch nicht zu Ende geführt werden. Zur approximativen, raschen Controllbestimmung wurde nach Eulenberg so verfahren, dass man 2—3 g der Probe, wenn sie stark paraffinhaltig war, gelinde erwärmte und die 10 fache Menge starken Alkohol, ebenfalls gelinde erwärmt, tropfenweise zugab, wodurch ein rasches Lösen des Oeles stattfand. Eventuell kann man auch Benzin (die Hälfte auf das angewendete Oelquantum) als Verdünnungsmittel nehmen. Bei paraffinarmen Oelen ist beim Lösen in Alkohol ein Erwärmen überflüssig. Zum Ausscheiden des Paraffins genügt Stehenlassen durch 1—1 $\frac{1}{2}$ Stunden in der Kühlwanne. Den Niederschlag bringt man aufs gewogene, stark gekühlte Filter und wäscht mit gekühltem Alkohol, bis das Paraffin rein ist.

Selbstverständlich ist die Bestimmung nach Holde infolge der Einhaltung weit tieferer Temperaturen und der Anwendung von Aether-Alkohol für die exacte Bestimmung bei weitem genauer.

4) Ueber einen neuen Apparat zur Fractionirung des Benzins.

Im Nachfolgenden sei es mir gestattet, einen Destillationsaufsatz zu beschreiben, von dem ich auf Grund zahlreicher Versuche glaube, dass er für die Benzindestillation sehr leistungsfähig sei, ohne bestreiten zu wollen, dass er sich verbessern lassen wird. Trotz seiner sehr geringen Höhe, in der sein Vortheil liegt, gestattet er eine vortreffliche Separation und Anwendung von grösserer Menge Probenflüssigkeit.

In einem früheren Aufsatz¹⁾ war ich zu dem Resultate gekommen, dass der Glinsky-Dephlegmator, nach seinem experimentell ermittelten Wirkungsgrad zu schliessen, eigentlich als bester Rectifications-

¹⁾ Chem. Revue 1896, 93.

apparat hingestellt werden kann. Dafür spricht auch seine allgemeine Anwendung. Bei grösserer Ausführung hat er jedoch den Fehler aller anderen Dephlegmatoren: zu grosse Steighöhe.

Andrerseits hat Gans²⁾ einen Apparat als Destillationsaufsatz vorgeschlagen, bei dessen Zusammenstellung er sich offenbar von ähnlichen Erwägungen, wie es die meinen waren, leiten liess, denn er bemerkt, dass bei den verschiedenen Modificationen des Engler'schen Apparates zur fractionirten Destillation von Petroleum Destillationsaufsätze (das Le Bel'sche Kugelrohr oder der Glinskydephlegmator) angewendet werden, welche von beträchtlicher Steighöhe sind, so dass der Steigraum der Dämpfe zum Schluss der Destillation zu bedeutend wird (Fraction 250⁰—300⁰). Hierzu kommt, dass der Gansapparat Anwendung einer grösseren Probemenge als 100 cc gestattet. In der That hat der Apparat von Gans bei ganz geringer Steighöhe einen recht guten Wirkungsgrad ergeben.

Es lag nun nahe, durch Combination beider Principien einen Apparat in solcher Weise herzustellen, dass derselbe für Benzinuntersuchungen tauglich erschien.

Nach monatelangen Versuchen und Umconstructions hat der Apparat die aus der beistehenden Figur ersichtlichen Form erhalten. Derselbe wird von J. W. Rohrbeck's Nachfolger in Wien angefertigt.

Früher waren die einzelnen Kugeln durch Glaskügelchen geschlossen. Praktischer erwiesen sich Platinnetze, weil durch die Glaskügelchen der Apparat beim Transport lütt und auch die Destillation durch Vollfüllen der Kugeln gestört wird.

• Die Steighöhe des Apparates, dessen Dimensionen aus der Figur ersichtlich sind, beträgt circa 20 cm, die Hälfte weniger als die Anordnung nach Kissling. Dass der Wirkungsgrad ein vorzüglicher ist, ergibt sich aus den Belegversuchen, die Herr Felix Eulenberg mit diesem Apparate ausführte. Der Apparat lässt sich übrigens ähnlich wie der Ladenburgsche Kolben mit Dreikugelhals so herstellen, dass Destillationsaufsatz und Kolben aus einem Stück gefertigt sind. Die Reinigung des Apparates macht keinerlei Schwierigkeiten.

²⁾ Chem. Revue 1895, Heft 31, 3.

Es destilliren in Gewichtsprocenten bei							Redestillation der Einzelfractionen I—IV giebt					
		I	II	III	IV							
No.	gr Substanz	50°	50 bis 100°	100 bis 150°	über 150°	Verlust	bis 50°	50 bis 100°	100 bis 150°	über 150°	Verlust	Bemerkungen
1	163 Rohbenzin	0/0 3.68	49.07	38.65	8.58	0.02	1000/0	95.45	96.75			Prozente der Herzfractionen
2	207.8 sp. G. o. 7315	gr 6.6 0/0 3.26	100 48.12	87 41.86	13.8 6.73	0.03	I 6.5 II 0.76 III IV	0.19 95.51 1.30 0.50	3.20 83.50 13.30	2.00		auf das Ausgangsmaterial umgerechnet
							gr 7.26 0/0 3.38	96.91 46.63	87.2 41.96	15.3 7.36	0.67	
3	210 sp. G. o. 7315	gr 7 0/0 3.33	101 48.04	88 41.90	14 6.66	0.07	I 6.9 II 0.9 III IV	0.10 96.29 1.24 0.46	3.59 84.58 13.45	2.07		do.
							gr 7.8 0/0 3.714	97.63 45.56	88.63 42.20	15.52 7.39	1.14	
4	260 sp. G. o. 730	0/0 3.25	48.04	41.73	6.98		I 1000/0 II 0.8 III 0/0 3.64	95.45 1.52 46.70	3.36 96.26 41.70	2.39 7.95		wie I
5	262 sp. G. o. 730	0/0 3.2	48.1	42.0	6.7		I 1000/0 II 0.96 III 0/0 3.57	95.96 1.48 46.58	3.62 96.0 42.06	2.64 7.79		do.

BERICHTE.

Technologie.

Ueber die Kennzeichnung der Margarine mit Dimethylamidoazobenzol, von Prof. Dr. A. Partheil. Ueber das neue vom Reichsgesundheitsamt vorgeschlagene „latente“ Färbemittel haben wir unseren Lesern vor kurzem*) ausführlich berichtet. In der weiteren Öffentlichkeit hielt man das Reichsgesundheitsamt, dessen derzeitiger chemischer Leiter im Reichstag über das Zusatzmittel berichtet hatte, für den Vater des ganzen Vorschlags, während in den letzten Wochen die Nachricht durch die Tagesblätter ging, Prof. Partheil in Bonn habe ein anderes, noch besseres Unterscheidungsmittel ausfindig gemacht. Es scheint das ein Irrthum zu sein. In der vorliegenden Arbeit behauptet der Verf., das der Vorschlag, das Dimethylamidoazobenzol als Erkennungsmittel zu benutzen von ihm ausgegangen und im Februar vorigen Jahres durch den Reichstagsabgeordneten Dr. Bachem der Margarinecommission des Reichstags und dem Gesundheitsamt bekannt gegeben sei. Er löst den Farbstoff in Oel und setzt ihn „gleichzeitig mit der sonst noch nöthigen Butterfarbe“ dem Rahm und Fettgemisch vor dem sog. Verbuttern derart zu, dass auf 100 k fertiger Margarine 1 gr desselben kommt. Das Gesundheitsamt schlägt die doppelte Menge vor. Im Uebrigen empfiehlt der Verf. das neue Erkennungsmittel aus den durch die Reichstagsverhandlungen bekannten, nicht immer ganz stichhaltigen Gründen. (Chem. Ztg. 1897, 255). He.

*) Chem. Revue 1897, 68.

Der Kerzen- und Seifenexport nach China. Unter den in China eingeführten europäischen Waaren nehmen Seifen und Kerzen seit einiger Zeit einen so hervorragenden Platz ein, dass diese Artikel die Aufmerksamkeit der Interessenten, die nach dem Reiche der Mitte bereits ausführen oder zu exportiren beabsichtigen, erregen. Wächst doch der dortige Verbrauch von Seife und Kerzen mit jedem Tage. Man sollte aber nicht ausser Acht lassen, dass es im Handel mit China nöthig ist, bestimmte Sorten und Qualitäten zu schaffen, bezw. soweit solche bereits bestehen, beizubehalten, und unter keinen Umständen eine Aenderung derselben vorzunehmen. Ein grosser Theil der augenblicklich in China sehr beliebten Kerzen kommt aus Belgien — kleinere Partien sind deutschen Ursprunges. — Die Waare dieser Provenienzen ist aus hartem Stearin gefertigt und schmilzt selbst bei höheren Temperaturgraden nicht. Deutsches Erzeugniss gewinnt immer mehr an Boden und erfreut sich wachsender Beliebtheit.

So grosses Gewicht auch der Chinese auf gute Qualität der Waare legt, so ist er noch mehr darauf aus, billig einzukaufen. Es geht daraus hervor, dass man beim Export nach dem Reiche der Mitte namentlich letzteren Punkt beachten muss. Consequent, wie der Chinese von Natur aus ist, bleibt er einer Marke, an die er erst einmal gewöhnt, auch mit Zähigkeit treu, sodass es genügt nur für einige bestimmt charakterisirte Sorten ein Absatzfeld zu suchen; dieses bleibt dann sicher lange erhalten. Deutschland machte bisher oft