In den Verhandlungen der Gesellschaft¹⁾ findet sich alles dies von mir ausführlich behandelt, und in einer späteren Mittheilung „Ueber den gegenwärtigen Stand des Röntgen'schen Verfahrens“ habe ich auch an anderer Stelle²⁾ Bezug auf jenen Vortrag genommen. Da Herr Professor Buka meine Bemühungen nicht erwähnt und keinen Grund für die erzielte grössere Schärfe angegeben hat, möchte ich hier auf diesen Punkt mit wenigen Worten eingehen.

Wenn in einer Röntgenröhre die wirksamen Strahlen von einem einzigen Punkte ausgingen, würde jedes so gewonnene Bild ein scharfes sein, gleichviel welches die Entfernung des Gegenstandes von der Röhre ist. Thatsächlich aber ist, auch in den neuesten und besten Röhren, die Hauptquelle der Strahlen (nämlich, der Platinkern von ungefähr 1 qcm im Querschnitt des benutzten Strahlenkegels) von beträchtlicher Grösse und verursacht in allen Nabbildern von dickeren Gegenständen einen mehr oder weniger breiten Halbschatten der nicht unmittelbar auf der Platte, bezw. dem Schirm liegenden Theile; dieser Halbschatten raubt dem Bilde seine Deutlichkeit in geringerem oder grösserem Grade.

Es findet dies auch eine Bestätigung an vielen sonst guten Röntgenbildern der Hand verschiedenster Herkunft, in denen oft die beiden Enden der Metacarpi schärfer als die Diaphysen wiedergegeben sind, wie die nach der Palmarseite hervorragenden und etwas abgeflachten Epiphysen im Gegensatz zu den runden, mehr abstehenden Diaphysen es verlangen würden.

In Bezug auf den Ausdruck „perspectivische Verzerrung“ in dem völlig unvermittelten Schlusssatz der Mittheilung des Herrn Buka (ein Satz, der ohne weiteres auf die Aufzählung seiner Versuche über die Schärfe von Röntgenbildern folgt) möchte ich gleichfalls auf meinen oben angeführten Vortrag³⁾ verweisen, wo ich gezeigt habe, dass Röntgenbilder überhaupt nicht lothrechte Parallelprojectionen eines Gegenstandes (wie z. B. anatomische Aufzeichnungen), sondern centrale Projectionen desselben darstellen. Hierbei kommt zum ersten Male eine wirkliche Perspective im vollsten Sinne des Wortes zustande, und führte ich deswegen folgendes Beispiel an.

„Bei einem Abstand von 250 mm zwischen dem Ausstrahlungskern des Entladungsrohrs und der auf eine verhüllte Bromsilbergelatineplatte gelegten Hand erhält man ein Röntgen'sches Schattenbild der Handknochen, dessen Umrisse (innere wie äussere) einem bei normaler Sehweite gesehenen Bilde entsprechen.“ Richtig aufgenommen weist dieses Bild nicht eine Verzerrung, sondern eine getreue und verwertbare Perspective auf.

Da nun infolge der Vervollkommnung der Röntgenröhre und der Funkeninductoren durch die Fabrikanten Röntgenbilder kleinerer Gegenstände in so grosser Entfernung aufgenommen werden können, dass die Projection eine annähernd lothrechte wird, entsteht die Frage, ob für solche Gegenstände (denn von grösseren, wie z. B. dem menschlichen Brustkorb, sind bisher nur prägnant centrale Projectionen gewonnen worden) die eine Art der Projection der anderen vorzuziehen ist, welche durch die grössere Schärfe der annähernd lothrechten Projectionen zu Gunsten dieser entschieden werden dürfte. Diese Frage ist von Herrn Prof. Buka nicht berührt, geschweige denn gelöst worden.

VIII. Correspondenzen und Erwiderungen.

Ueber grössere Deutlichkeit in Röntgenbildern.

Von Dr. W. Cowl in Berlin.

In No. 45 dieser Wochenschrift theilt Herr Prof. Buka einige Röntgenversuche mit, denen zufolge er fand, dass bei grösserer Entfernung zwischen Gegenstand und Röhre schärfere Bilder erhalten werden, schärfere z. B. als früher von ihm erzielt wurden.

Hierzu möchte ich bemerken, dass weder jene Idee noch die Thatsache selbst neu ist.

Gelegentlich eines Vortrages am 24. Mai d. J. in der hiesigen physiologischen Gesellschaft über Röntgenversuche, die ich zur Ermittlung der wesentlichen Bedingungen des Röntgen'schen Verfahrens im hiesigen physiologischen Institut ausgeführt hatte, habe ich die erwähnte Thatsache den Mitgliedern demonstriert und die einfache geometrische Erklärung derselben gegeben.