Die Elektrizität in der Gynäkologie.

Von

Dr. F. Engelmann

in Kreuznach.

Der Verwendung der Elektrizität in der Gynäkologie wurde schon seit Jahren in Frankreich, England und besonders Amerika erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet, während in Deutschland die Aeusserungen über den Werth derselben vorwiegend das Gepräge des Misstrauens gegen die häufig kritiklosen und unwissenschaftlichen Uebertreibungen trugen.

Die Elektrizität ist erst vor etwa einem Jahrzehnt vereinzelt und erst seit wenigen Jahren in ausgedehnter Weise zur Behandlung gynäkologischer Erkrankungen herangezogen worden. Früher wurde sie wohl rein empirisch gegen die Schaar der nervösen Erscheinungen, welche so häufig Erkrankungen des weiblichen Genitalapparates begleiten, angewandt, aber die Erfolge waren nicht befriedigend. Gegen organische Erkrankungen, namentlich Uterusmyome, führte Cutter die Elektrizität zuerst ins Feld. 1871 theilte er der American medical Association in Chicago einen bezüglichen Fall mit. Trotzdem die Kranke sich bald der Behandlung entzog, waren die Erfolge für ihn ermuthigend genug, so dass er schon 1887 50 Fälle veröffentlichen konnte. Brown (1873) und Andere folgten mit einigen Fällen. Auch gegen andere gynäkologische Erkrankungen wurde die Elektrizität nur sehr vereinzelt herangezogen. Erst Apostoli in Paris bildete die Methode der elektrischen Behandlung an reichem Materiale auf wissenschaftlicher Grundlage aus und lenkte in Wort und Schrift allmählig die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die Methode, so dass sie sich zahlreiche warme, ja enthusiastische Anhänger, allerdings auch sehr scharfe Gegner erwarb. Nach dem Vorgange Apostoli's wurde sie gegen zahlreiche Frauenkrankheiten angewendet, und die Berichte über die günstigen Erfolge häuften sich in den Fachblättern.

Heute wird allein die Methode Apostoli's überall mit ganz geringen, unwesentlichen Abänderungen geübt. Wir können deshalb von früheren Veröffentlichungen absehen und uns darauf beschränken, jene einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen.

Zunächst wollen wir einen kurzen Blick auf dasjenige werfen, was wir über die Wirkung des elektrischen Stromes im thierischen Körper, auf thierisches Gewebe wissen.

Bei der Anwendung des constanten Stromes, denn um diesen handelt es sich vorwiegend, kommt eine zweifache Wirkung in Betracht, einmal diejenige, welche an den Polen, an deren Berührungsstelle mit dem thierischen Gewebe sich zeigt und welche die polare genannt wird, und weiter diejenige, welche bei dem Durchlaufen des Stromes durch das Gewebe entsteht, die interpolare. Letztere kam bisher fast allein bei der elektrischen Behandlung, wie sie besonders von den Neurologen geübt wurde, in Betracht, während die polare ganz vernachlässigt wurde. Letztere ist es nun aber gerade, welche uns hier vorwiegend interessirt, da sie zweifellos bei den Erfolgen, wie sie von Gynäkologen erzielt werden, eine grosse, vielleicht die Hauptrolle spielt.

Ueber die polare Wirkung wissen wir so viel, dass dieselbe in eine eigentlich physiologische und eine chemische sich theilt. Nach Versuchen von Erb, Brenner, v. Ziemssen¹⁾, die sich allerdings wesentlich auf die äussere Haut erstrecken, ist die physiologische Wirkung beider Pole nur quantitativ verschieden. Die Veränderung der Haut ist bei beiden dieselbe, und zwar besteht dieselbe in Erblässen der Haut mit Bildung von Gänsehaut, darauf folgender Hyperämie, welche sich bei längerer Anwendung zu einer papulösen Anschwellung der Haarbälge und Zusammenfliessen der Papeln zu grossen Quaddeln steigert. An dem negativen Pole treten diese Erscheinungen rascher, sowie auch heftiger auf. Wesentlich verschieden dagegen ist die chemische Wirkung beider Pole. Auf der Haut bildet sich an der Anwendungsstelle der Kathode ein blassbläulich durchscheinendes Bläschen, welches sich nur wenig über die Haut erhebt, bei längerer Einwirkung des Stromes sich vergrössert, über das Niveau der Haut hervortritt. Der Inhalt desselben besteht aus stark mit

1) Die Elektrizität in der Medicin, S. 45. 1887.

Flüssigkeit durchtränkten Epidermislagen und giebt eine stark alkalische Reaction. Später färbt sich der Inhalt bräunlich, es kommt zur Bildung einer Quaddel, welche von einem rothen Hofe umgeben ist.

An der Anode dagegen bildet sich zunächst eine leichte Vertiefung mit Blässe, in der Umgebung Gänsehaut, später erhebt sich die vertiefte Stelle zu einer Quaddel, deren Centrum bräunlich verfärbt ist. Das spärliche Serum reagirt stark sauer. Die Metallelektrode zeigt sich schwarz gefärbt.

Eine Erhöhung der Temperatur zeigt sich an keinem Pole; es findet also keine thermische Einwirkung statt. Es handelt sich demgemäss bei der polaren Wirkung des Stromes vor allem um eine chemische Wirkung. Dieselbe besteht in einer Zerlegung des Blutserum, und zwar sowohl des Wassers, als der in demselben gelösten Salze, besonders des Chlornatrium und kohlen-sauren Natron. Der Wasserstoff und die Alkalien sammeln sich an dem negativen, der Sauerstoff, die Kohlensäure, das Chlor an dem positiven Pole und vermögen dort in statu nascenti eine erhöhte chemische Wirkung auszuüben. Versuche an anderen Organen haben in chemischer Beziehung ein gleiches Ergebniss.

Diese chemische Wirkung der Pole ist es, wie wir sehen werden, welche neben und mit der interpolaren vorwiegend bei der Verwendung des constanten Stromes in der Gynäkologie in Betracht kommt.

Die Erfahrungen der Praxis stimmen mit den aus den Versuchen erhaltenen Ergebnissen durchaus überein. Nach den Beobachtungen von Ciniselli und Tripier, denen sich Apostoli vollständig anschliesst, wirkt der positive Pol coagulirend und giebt einen harten, trockenen Schorf, welcher mit einer retractilen Narbe heilt. Der negative Pol dagegen bildet eine weiche, nicht retractile Narbe, ruft Hyperämie und Blutungen hervor. Zu denselben Ergebnissen gelangte Shaw¹⁾, welcher an Fussgeschwüren Versuche machte. Bei Anwendung eines Stromes von 50 M. A. Stärke zeigten sich an der Anode die Granulationen trocken, blass, glanzlos, eingefallen, während an der Kathode dieselben glänzend roth, blutangefüllt, stark angeschwollen waren. Demgemäss nimmt Shaw für den negativen Pol als Wirkung die Ableitung, den Gegenreiz in Anspruch.

1) Transactions of the London Obstetrical Society, 6. Juni 1887.

Neben der polaren kommt zweifellos die interpolare Wirkung des Stromes als Heilkraft in Betracht.

Ueber dieselbe wissen wir sehr wenig, und es sind vorwiegend Theorien, welche auf dem Gedankengange beruhen, dass bei dem Durchgehen eines starken Stromes durch thierische Gewebe nothwendigerweise Veränderungen sich zeigen müssen, ähnlich denen, welche bei dem Durchgehen des Stromes durch Flüssigkeiten entstehen, über die wir hier nur berichten können.

G. Engelmann¹⁾ (St. Louis) sucht sich die Sache folgendermaassen zurecht zu legen. Zwischen beiden Polen findet eine Bewegung der Moleküle statt, und zwar von dem positiven nach dem negativen. An letzterem sammeln sich die Moleküle an, es entsteht eine Anschwellung. Infolge des directen Reizes des Poles erfolgt Ausdehnung der Gefässe und rasche Aufnahme der aufgehäuften Moleküle. In gesundem Gewebe werden dieselben rasch ersetzt, daher selbst starke Ströme ohne Schaden vertragen werden; bei krankem jedoch erfolgt kein Ersatz der fortgeschwemmten kranken Moleküle.

Rohé²⁾ ist der Ansicht, dass die Wirkung des constanten Stromes auf thierisches Gewebe wesentlich eine elektrolytische sei und nothwendig sein müsse, da bei einer hinreichenden Intensität des Stromes das durchfeuchtete Gewebe alle nothwendigen Bedingungen für die Elektrolyse darbiete, dieselbe daher eintreten müsse. Auf dem ganzen Wege des Stromes werden die Moleküle angeregt. In mässigem Grade und in gesundem Gewebe dient dies zur Beförderung des Stoffumsatzes der Ernährung, ist sie zu stark, erfolgt Zerstörung. In krankem Gewebe ist der Vorgang der gleiche, hier muss die molekuläre Bewegung eine retrograde Metamorphose bedingen.

Versuche, welche in letzter Zeit angestellt wurden, um die Frage der Lösung näher zu bringen, finde ich in Mittheilungen an die Londoner Obstetrical Society von Steavenson und Shaw, an welche sich eine sehr erregte Verhandlung über den Werth des Apostoli'schen Verfahrens anschloss.

Steavenson weist nach, dass die elektrolytische Wirkung des Stromes sich nicht auf die nächste Umgebung der Pole beschränke. Er nahm eine Reihe von Gläsern, mit Jodkaliumlösung

1) The use of Electricity in Gynecological Practice.

2) Medical Records, 22. Sept. 1888.

angefüllt, durch Kupferstreifen zu einer Leitung verbunden. Wurde der Strom von den beiden äusserst gelegenen Gläsern durchgeleitet, erfolgte die Zersetzung des Jodkalium nicht nur in jenen Gläsern, die mit den Polen in directer Verbindung standen, sondern auch in den mittleren; es handelte sich daher nicht nur um eine polare, sondern auch um eine interpolare Wirkung. Weiter prüfte Shaw die Wirkung starker Ströme an frisch exstirpitem Myom. Wenn er die Elektroden in Form von Nadeln in der Entfernung von 3 cm in die Geschwulst einführte und einen mässig starken Strom durchgehen liess, so bildeten sich an beiden Polen Luftblasen; an dem positiven wurde die Nadel festgehalten, das Gewebe um dieselbe zeigte sich eingedrückt, die Reaction war sauer; an dem negativen wurde die Nadel langsam unter Anschwellung des umliegenden Gewebes herausgedrängt, die Reaction war alkalisch. Bei der Einwirkung eines Stromes von 150 M. A. Stärke während einer Stunde verliert die Geschwulst 2 Proc. an Gewicht.

Auf dem Durchschnitte zeigt die Geschwulst in den von dem Strome durchlaufenen Partien ein speckähnliches Aussehen. Die alkalische bez. saure Reaction erstreckt sich auf beträchtliche Entfernung von den Polen.

Die mikroskopische Untersuchung der in Chromsäure gehärteten Präparate ergibt folgenden Befund. Nächst dem positiven Pole findet sich eine Lage granulirten, schwarzen Pigmentes, darauf folgt eine gut gefärbte schmale Zone von Fasern ohne Kerne, dann eine breite Zone welliger Faserbündel ohne Kerne, ungefärbt, darauf normales Myomgewebe.

An dem negativen Pole zeigt sich die Pigmentirung schwächer, die Kerne sind nicht geschwunden, dagegen die fibrösen Elemente mehr angegriffen, die Färbung nicht beeinflusst.

Danach scheint die Wirkung des positiven Poles sich mehr auf die Zellen, die des negativen Poles auf die geformten Elemente zu erstrecken.

Shaw stellte auch Versuche über die Einwirkung des starken Stromes auf die Arterienspannung an. Leitete er einen Strom von 65 M. A. Stärke durch den linken Arm, so wird die Spannung des Arterienrohres bedeutend vermehrt, und dieses auch am rechten Arme; die Temperatur sinkt gleichzeitig bedeutend, links von 98 auf 95,2, rechts von 96 auf 95,4; zugleich erfolgt

starke Schweissabsonderung. Dieselbe Erscheinung findet sich auch, wenn der eine Pol in den Uterus eingeführt wird.

Auf Grund seiner Versuche kommt Shaw zu dem Schlusse, dass der constante Strom auf dreifache Weise wirkt:

1) durch directe elektrolytische Veränderung der Substanz, besonders der Flüssigkeit und der Fette;

2) als starkes Ableitungsmittel der negative, als Blutstillungsmittel der positive; letzterer nicht allein dadurch, dass er Gerinnung verursacht, sondern auch durch Verengerung der Gefässe;

3) durch Erhöhung der Spannung der Gefässe und hierdurch bedingte Veränderung der Ernährung und des Flüssigkeitsgehaltes der Gewebe.

Bei Betrachtung der Methoden der elektrischen Behandlung können wir uns auf diejenige Apostoli's beschränken. Alles Frühere hat sich als unzureichend ergeben, und heute wird überall allein nach dem Verfahren von Apostoli und mit seinen Instrumenten, mit geringen unwesentlichen Abänderungen, die Elektrizität in der Gynäkologie angewandt.

Ich werde mich bei der Besprechung des Verfahrens möglichst kurz fassen, es aber doch so darstellen, dass jeder Fachgenosse es ohne Schwierigkeit selbst versuchen und auf seinen Werth prüfen kann. Ich entnehme dasselbe einerseits den verschiedenen Schriften Apostoli's und seiner Schüler, andererseits der persönlichen Prüfung, welche mir ein Besuch bei Apostoli ermöglichte.

Am 10. April 1883 legte Apostoli¹⁾ der Akademie eine Arbeit vor, in welcher er ein Verfahren beschrieb, welches er seit 1882 in 26 Fällen von Uterusmyomen versucht und erfolgreich gefunden hatte. Dasselbe bestand:

- 1) in der Einführung von Platinsonden als Elektrode in den Uterus;
- 2) in Auflegen einer grossen Elektrode aus feuchtem Thon auf die Bauchdecken;

1) Du traitement électrique des tumeurs fibreuses de l'utérus par Carlet. Paris 1884. Octave Doin.

- 3) in Anwendung von genau gemessenen Strömen von 60 bis 70 M. A. Stärke, grosser Constanz, während 5 bis 15 Minuten.

Ist die Uterushöhle nicht zugänglich, so wird die Elektrode mit einer Acupunkturnadel in das Uterusgewebe eingeführt oder mit einer stiletartig zugespitzten Sonde ein neuer Weg zum Uterusinnern geschaffen.

Am 29. Juli 1884 machte Apostoli der Akademie weitere Mittheilungen über sein Verfahren, das er weiter ausgebildet und in mehr als hundert Fällen erprobt hatte.

Gegen die ersten Mittheilungen weicht das Verfahren nicht wesentlich ab, nur werden etwas genauer die Indicationen für Verwendung der verschiedenen Pole gestellt. Die Anode, der positive Pol, wirkt blutstillend, durch die Bildung von Säure an demselben bringt sie das Blut zum Gerinnen. Daher ist sie angezeigt bei Blutungen und Leukorrhöen. In allen anderen Fällen soll die Kathode als intensiver und zugleich derivativ wirkend Anwendung finden, besonders auch bei Dysmenorrhoe und chronischen Entzündungszuständen in und um die Gebärmutter.

Die Stärke des Stromes wird bis auf 100 M. A. erhöht, die Dauer der Einwirkung auf 5 bis 8 Minuten herabgesetzt.

Als Gegenanzeige der Verwendung der starken Ströme betrachtet A. nur manche Formen von Hysterie, acute Perimetritis und Darmkatarrh (entérite glaireuse).

Das Wesentliche und Neue des Verfahrens Apostoli's bestand

1) in der Verwendung von Strömen von so hoher Stärke, wie sie früher auch nicht annähernd zur Verwendung kamen. Operiren doch die Neurologen mit Strömen von $\frac{1}{2}$ bis höchstens 2 M. A. Stärke; 5 M. A. oder gar 10 gehören zu den grossen Ausnahmen;

2) in der Messung des Stromes mittels genauer Galvanometer, während früher nach der Zahl der Elemente gerechnet wurde; eine sehr unsichere Angabe, da dieselbe äusserst veränderlich ist nach der Grösse derselben, System, Frische der Füllung und anderem mehr;

3) in der Verlegung des einen Poles in den Uterus bez. in das Gewebe desselben und dadurch bedingter Erhöhung der Wirkung.

Die Erhöhung der Stärke der Ströme bis zu 100 M. A. und später auf 200 und mehr war nur möglich durch Anwendung sehr grosser äusserer Elektroden und hierdurch bedingte Vertheilung der Eingangspforten durch die äussere Haut. Am besten lässt sich dies erreichen durch eine grosse Elektrode, welche aus Thon geformt und so durchfeuchtet und weich ist, dass sie sich in allen Theilen vollkommen der Haut anschmiegt.

Apostoli schliesst seine Mittheilung an die Akademie mit folgenden Worten: „Die intrauterine Galvanokaustik bedingt eine rasche Verkleinerung der Myome, besonders der interstitiellen, nicht aber ihr vollkommenes Verschwinden. Sie stellt die Kranken vollkommen wieder her, indem sie Schmerzen und Blutungen beseitigt.“ Er theilt dann 118 Fälle eingehend mit.

Das Verfahren Apostoli's fand bald, besonders in Amerika, zahlreiche Anhänger. Apostoli selbst war unermüdlich thätig, dasselbe durch Schrift und Wort zu verbreiten. Zuerst trat er auf dem internationalen medicinischen Congresse zu Copenhagen 1884 hervor, später 1887 zu Washington; auf verschiedenen Versammlungen französischer Aerzte zu Rouen 1883, Grénoble 1885, Nancy 1886 und in England vorzüglich auf der Versammlung der British medical Association zu Dublin 1887 machte er Propaganda. Besonders auf letzter Versammlung besprach er sein Verfahren mit seinen Verbesserungen, Anzeigen, Erfolgen sehr eingehend, und in dem Berichte in dem British medical Journal vom 1. October 1887 findet sich in Kürze alles Wissenswerthe. An diesen Vortrag schloss sich eine grosse Verhandlung, an welcher sich die ersten Namen beteiligten, in welcher Freunde und Gegner hart aufeinander trafen und welche ein Nachspiel in zahlreichen Zeitungsartikeln und später, am 6. und 21. Juni 1884, in der Obstetrical Society of London fand.

Um das Verfahren Apostoli's auszuführen, bedarf es zunächst einer leistungsfähigen Batterie. Eine jede Einrichtung ist dazu passend, vorausgesetzt, dass sie neben hinreichender Stromstärke auch möglichste Constanz des Stromes liefert. Am besten scheinen die Leclanché'schen Elemente, oder eine Modification derselben; dreissig derselben, vorausgesetzt, dass sie nicht zu klein sind, genügen für alle Fälle. Am besten sind feste Batte-

rien. Da es jedoch häufig wünschenswerth ist, die Behandlung im Hause der Kranken vorzunehmen, so sind tragbare Batterien nothwendig. Die bisher üblichen genügten jedoch hierzu durchaus nicht, sie gaben lange nicht die nothwendige Stärke, noch weniger die Constanz des Stromes. Ich habe mich selbst monatelang mit einer Batterie von Reiniger & Comp. in Erlangen bemüht, welche bei einem Widerstande von 300 Ohm hinreichende Stärke geben sollte. Ich erhielt jedoch nie mehr als 60—70 M. A. Auf meinen Wunsch versuchte die Firma in zuvorkommender Weise, mir eine hinreichend starke Batterie zusammenzustellen, kam aber damit nicht recht zu Stande, da die Versuche bei 20 Elementen und einem Widerstande von 300 Ohm nur 60 M. A. ergaben, also für die meisten Fälle nicht hinreichende Stärke. Ob es ihr später gelang, die Schwierigkeit zu überwinden, ist mir nicht bekannt, da ich mich nun auf den Rath Apostoli's an Gaiffe in Paris wandte, dem es gelungen war, eine tragbare Batterie zu bauen, welche nach Apostoli's Angaben alle Bedingungen erfüllte. Auch Hirschmann in Berlin hat sich mit der Sache beschäftigt und, wie mir mitgetheilt wird, leistungsfähige Batterien hergestellt. Einen Rath möchte ich hier für die Collegen, welche sich für die Sache interessiren und die Apparate sich anschaffen wollen, einschalten, dass sie sich von dem Fabrikanten eine dauernde Wirkung von mindestens 200 M. A. bei 500 Ohm Widerstand verbürgen lassen.

Die tragbare Batterie von Gaiffe, welche ich seit kurzer Zeit in Gebrauch habe, scheint allerdings allen billigen Anforderungen zu genügen. Sie ist wirklich tragbar, hinreichend stark und constant und leicht zu handhaben. Sie besteht aus 24 Kohlenzinklelementen mit Füllung von einer Lösung von schwefelsaurem Quecksilberoxyd (Sulfate de Mercure) in verdünnter Schwefelsäure. Der Preis beträgt ohne Galvanometer 230 Frcs.

Neben dem Apparate selbst ist ein sicher zeigendes Galvanometer nothwendig, welches bis 250 M. A. anzeigt, da die genaue Dosirung der Ströme eine wesentliche Bedingung des Verfahrens ist. Dieselben werden im Preise von 55 Frcs. von Gaiffe geliefert. Da die Nadel manchmal schwer beweglich ist, so ist es häufig nothwendig, dieselbe durch Klopfen an dem Apparate beweglicher zu machen.

Wichtig ist ein sicherer Stromwähler, am besten die doppelten Kurbelstromwähler, welche es ermöglichen, ein jedes

Element mit jedem anderen in Verbindung zu setzen und so die ganze Batterie gleichmässig auszunutzen. Die erhöhten Kosten eines solchen werden durch die grössere Dauerhaftigkeit und Konstanz der Batterie reichlich aufgewogen. Ganz zu verwerfen für unsere Zwecke sind die Stöpselstromwähler, bei welchen durch Metallstöpsel die Verbindung der Elemente hergestellt wird. Dieselben springen leicht heraus und so kann der Strom plötzlich unterbrochen werden, was bei der hohen Stärke desselben nicht gleichgültig, mindestens aber für die Kranke recht schmerzhaft ist.

Ein Stromwender ist für unsere Zwecke nicht nothwendig, doch soll er sich immerhin in der Batterie befinden, da dieselbe dem praktischen Arzte auch für andere als gynäkologische Zwecke dienen soll.

Die Art der Leitungsschnüre ist gleichgültig, falls dieselben hinreichend lang sind. Am besten sind wohl die mit Gummischlauch überzogenen, deren Metallverbindung in einem Nussgelenke spielt, wie ich sie bei den Apparaten von Reiniger fand. Wichtig ist, dass dieselben durch Schrauben befestigt werden und nicht allein durch Reibung. Die Schnüre sollen verschiedene Farbe haben, damit die verschiedenen Ströme leicht unterschieden werden können.

Die Elektroden sind von der grössten Wichtigkeit. Apostoli hat für die äusseren einen Thonkuchen angegeben und legt so grosses Gewicht auf denselben, dass er immer wieder seine Vorzüge betont. Wir können ihm solche Wichtigkeit nicht beilegen, glauben jedoch auch, dass er von allen am sichersten seinen Zweck, die Berührungsflächen mit der Haut möglichst ausgedehnt zu schaffen, erfüllt. Kein anderes Material schmiegt sich so innig allen Falten und Fältchen der Haut an, wie dieses. Doch sind andere Elektroden auch recht brauchbar, vorausgesetzt, dass sie hinreichend gross sind, so die von G. Engelmann (St. Louis) angegebene, welche aus einer durchlöcherten dünnen Zinnplatte mit einem Ueberzuge von Handschuhleder besteht. Zwischen Zinn und Leder findet sich eine Schicht Zunder. Die grössten haben 600 qcm (30 cm $\times$ 20 cm) Fläche. Sie sind übrigens, wie ich mich überzeugt habe, wesentlich schmerzhafter bei ihrer Verwendung, als Thon, und das Leder wird bei dem Gebrauche durch häufiges Annässen hart und brüchig.

Auch die von Martin (Chicago) angegebenen Elektroden, welche aus einer mit Wasser gefüllten Blase bestehen, können die

innige Berührung wie die Thonelektroden nicht gewährleisten, so dass es am besten sein wird, bei derselben zu bleiben. Um dieselbe herzustellen, wird aus Modellirthon, feinem Töpferthon, welcher so weich ist, dass er leicht den Fingerdruck annimmt, ein viereckiger Kuchen, 30 cm lang, 20 cm breit und etwa 2 cm dick, gebildet. Derselbe wird in weitmaschigen Musselin oder Gaze eingehüllt und beim Gebrauche mit einer kleinen Metallplattenelektrode in Verbindung gebracht.

Für die intrauterine Behandlung hat Apostoli ursprünglich eine der gewöhnlichen Sonde nachgebildete Platinsonde angegeben, welche passender Weise keine Krümmung hat. Dieselbe ist ungefähr 5 mm dick. Auf der entgegengesetzten Seite endigte sie in eine Art Stilet, welche zur Bildung eines künstlichen Cervicalcanales zur Elektropunctur diene. Letztere wird jetzt nur selten gebraucht, die Punctionen mit feineren Stahlnadeln geübt. Die eigentliche Platinsonde hat er unverändert beibehalten, sie dient ihm in allen Fällen von intrauteriner Behandlung, ausgenommen, wenn er bei starken Blutungen u. s. w. besonders stark einwirken will, dann treten die sogleich zu erwähnenden Kohlensonden in ihr Recht. Aluminium wurde an Stelle des Platins empfohlen. Es ist aber für den positiven Pol nicht vollständig widerstandsfähig, wahrscheinlich, weil es selten vollkommen rein zur Verwendung kommt. Die Sonde muss hinreichend lang sein, um bei stark vergrößerter Uterushöhle zu genügen, braucht aber nur an der intrauterinen Strecke aus Platin zu sein, wodurch der Preis sich wesentlich billiger stellt. Hirschmann liefert dieselben zum Preise von 30 Mark. Der nicht in der Uterushöhle oder dem Gewebe befindliche Theil der Sonde oder Nadel muss durch eine bewegliche Röhre von Hartgummi, Celluloid oder Glas geschützt werden. Letzteres Material ist der Reinlichkeit wegen vorzuziehen. Weitere Sonden von verschiedenem Kaliber sind zur Erweiterung des Cervicalcanales nothwendig. Dieselben können von beliebigem Metalle sein, da hier nur der negative Pol zur Verwendung kommt.

Neuerdings hat Apostoli intrauterine Sonderelektroden angegeben, welche bei Anwendung starker Ströme gebraucht werden und stärker wirken, da sie nur kurz sind. Dieselben sind aus plastischer Kohle geformt, etwa 3—4 cm lang, verschieden dick. An dem Stabe finden sich Marken von der Länge der Kohlensonde, so dass sich genau die Veränderung der Berührungs-

stelle in der Gebärmutter bestimmen lässt. Da die Wirkung des Stromes durch die kurzen Sonden auf eine kurze Strecke eingeschränkt wird, so ist dort die Einwirkung eine sehr hochgradige.

Weitere Elektroden sind noch eine Kugel, welche mit Watte umhüllt in das Scheidengewölbe eingeführt wird und bei Erkrankungen der Anhänge Verwendung findet. Ferner eine bipolare intrauterine Sonde, bei welcher beide Pole durch die Sonde von einander getrennt in die Gebärmutter eingeführt werden können; bipolare vaginale Sonden, solche zur Cauterisation der Cervix, welche von geringerer Bedeutung sind. Erstere finden Verwendung bei Ovarialneuralgien, wo sie mit dem Faradi'schen Strome in Verbindung gesetzt werden.

Das Verfahren Apostoli's selbst gestaltet sich wie folgt: Zunächst betont er mit Recht immer wieder, dass ein Hauptgewicht auf strengste Antisepsis zu legen sei; Operateur, Instrumente, Operationsfeld müssen aseptisch sein.

Ehe mit der Operation begonnen wird, soll die Batterie nochmals nachgesehen werden, dass sie gut arbeitet. Die Stromwähler werden auf 0 gebracht, der Galvanometer ist zu prüfen, ob er der Erhöhung der Stromstärke rasch folgt.

Die Kranke wird darauf vorbereitet, dass sie auf der Haut ein Brennen, ähnlich wie beim Senfteige, fühlen wird, Schmerzen an dem inneren Pol in der Gebärmutter jedoch nicht empfinden darf, höchstens ein allgemeines Ziehen und Unbehagen in dem Unterleibe. Sie muss vollständig Corsett und die Bänder der Röcke lösen, um frei athmen zu können, und befindet sich in Rückenlage auf dem Untersuchungsstuhle oder Querbette. Zunächst wird die Thonelektrode, gehörig durchfeuchtet, aber nicht mit Salzwasser, da sich dies unter Einwirkung des Stromes zersetzt und ätzend wirkt, aufgelegt, mit einem Tuche bedeckt und durch die Hände der Kranken überall gleichmässig fest angedrückt. Es ist wünschenswerth, dass dies einige Minuten vor Beginn der Operation geschieht, da es einige Zeit dauert, bis die Haut hinreichend durchfeuchtet ist, um dem Strome vollständig freien Durchtritt zu gestatten. Bevor die Thonelektrode aufgelegt wird, ist sorgfältig darauf zu achten, dass jede kleine Verletzung der Haut entdeckt und mit Papier, englischem Pflaster u. s. w. bedeckt wird. Geschieht dies nicht, so ist an diesen Stellen der Schmerz unerträglich.

Ist alles so weit vorbereitet, so wird die Sonde in der gewöhnlichen Weise eingeführt, und zwar am besten ohne Speculum. In schwierigen Fällen, bei grösseren Myomen z. B., ist es gar nicht möglich, mit dem Speculum fertig zu werden; nie erleichtert, meistens erschwert es die Einführung. Befindet sich die Sonde an der richtigen Stelle, so wird die Isolirröhre bis zur Cervix vorgeschoben und das Instrument mit der linken Hand ruhig in der Lage gehalten.

Der Leitungsdraht wird dann an der Sonde befestigt, und nachdem sich der Operateur überzeugt, dass alles in Ordnung ist, beginnt er mit der rechten Hand die Batterie in Thätigkeit zu bringen. Wichtig ist, mit dem Strome nicht eher zu beginnen, bis jeder Schmerz, welcher etwa durch Einführen der Sonde entstanden, sich beruhigt hat. Es wird nun langsam Element um Element zugefügt, die Kranke und der Galvanometer müssen stets im Auge behalten werden. Erreicht letzteres etwa 30 M. A., so wird (es handelt sich hier um eine erste Anwendung) kurze Zeit eingehalten, dann rascher auf 50 bis 70 M. A. gestiegen, einige Minuten verweilt und dann langsam zurückgegangen. Die erste Anwendung wird selten obige Stärke und drei bis vier Minuten Dauer überschreiten. Niemals darf ein stärkerer Schmerz gefühlt werden, besonders nicht in der Gebärmutter. Die Sonde wird vorsichtig entfernt, es folgt eine Sublimatausspülung, bez. Jodoformtampon, und die Kranke hält sich einige Stunden ruhig, am besten im Bette, und beschränkt überhaupt nach Möglichkeit jede anstrengendere Thätigkeit. Sie muss darauf vorbereitet werden, dass Uterinkoliken, blutig-schleimiger Ausfluss für kürzere oder längere Zeit der Operation folgen werden. Gewöhnlich kann nach zwei bis drei Tagen die Anwendung wiederholt werden, also etwa zwei Mal wöchentlich. Bei Wiederholung ist das Verfahren das gleiche, nur wird die Stärke auf 100, 150, 200 M. A. je nach dem Falle erhöht, die Zeitdauer auf fünf bis zehn Minuten verlängert. In der eben angegebenen Weise gestaltet sich die Operation bei allen Fällen von intrauteriner Anwendung des Stromes, mag dieselbe wegen Myomen, Perimetritis oder Exsudaten erfolgen. Nur die Stärke des Stromes wird eine verschiedene sein.

Bei vaginaler Anwendung des Stromes ist das Verfahren nicht wesentlich verschieden. Die Kugelelektrode, und zwar, um Anätzung der Schleimhaut zu vermeiden, von einer Watte-

schicht umgeben, wird in das hintere Scheidengewölbe eingeführt. Zu diesem Zwecke kann man sie mit Glycerin bestreichen, falls man nicht vorzieht, ein Speculum zu benutzen. Dann wird die Verbindung mit der Batterie hergestellt und der Strom langsam verstärkt durchgeleitet. Uebrigens übt Apostoli diese vaginale Anwendung nicht mehr aus, da er in allen einschlägigen Fällen die intrauterine Anwendung wirksamer fand oder die Punction an die Stelle setzte.

Die Elektropunctur bedarf grösserer Vorsichtsmaassregeln, da leichter stärkere Reaction ihr folgt. Nach sorgfältiger Desinfection der Scheide, Ausglühen der Instrumente u. s. w. wird die mit der Nadel versehene Sonde, nachdem zunächst die Isolirröhre genau auf die gewählte Stelle festgestellt ist, durch dieselbe in das Gewebe in der gewünschten Tiefe eingeführt. Letztere beträgt selten mehr als 1 cm. Tiefe Punctionen, wie er sie früher machte, verwirft Apostoli als überflüssig und gefährlich und sehr mit Recht. Denn die unangenehmen und bedrohlichen Erscheinungen, die üblen Ausgänge, welche gemeldet werden, sind wesentlich auf Rechnung tiefer Punctionen zu setzen.

Soll die Elektropunctur bei Myomen erfolgen, so ist womöglich die Cervix, im Falle dieselbe nicht zu erreichen ist, eine besonders hervorragende Stelle im hinteren Scheidengewölbe zu wählen. Bei Exsudaten, Salpingitiden oder Oophoritiden wird die der Anschwellung nächste Stelle gewählt.

Bei der Faradisation, welche im ganzen nur beschränkte Verwendung, hauptsächlich bei Schmerzen, Ovarialneuralgien u. s. w. findet, wird die bipolare intrauterine Sonde oder vaginale Elektrode eingeführt und in Verbindung mit dem Inductionsstrome gebracht, und zwar wird hier die Rolle, welche kurzen, dicken Draht enthält und längere, aber seltenere Unterbrechungen des Stromes hervorruft, als die wirksamere empfohlen. Die Stärke des Stromes richtet sich nach der Empfindlichkeit der Kranken, doch darf derselbe so stark angewendet werden, dass er ziemlich bedeutende Schmerzen verursacht.

Nachdem wir das Verfahren Apostoli's kennen gelernt haben, wollen wir einen Blick werfen auf die Formen von Erkrankungen, bei welchen dasselbe angewandt wurde, und die Erfolge kennen lernen, welche von den verschiedenen Beobachtern berichtet werden.

Da es kaum eine gynäkologische Erkrankung giebt, gegen welche die Elektrizität in der einen oder anderen Form nicht empfohlen worden wäre, so würde ich den Raum, der mir gestattet ist, ungebührlich überschreiten, wenn ich alle hier vorführen wollte. Es wird genügen, wenn ich diejenigen Krankheiten heraushebe, bei welchen die Methode nach dem Urtheile bewährter Beurtheiler mit Erfolg angewendet werden kann und andere Mittel und Behandlungsverfahren zu übertreffen scheint.

Gegen Hysterie und Hysteroneurosen wurde, wie gegen alle möglichen nervösen Erkrankungen, die Elektrizität bereits seit langer Zeit in Anwendung gezogen, ohne dass die Erfolge sehr ermuthigend waren. Gegen allgemein nervöse Erscheinungen scheint sie nicht viel Wirkung zu haben, vielleicht würde hier die Franklinisation oder das elektrische Bad mehr am Platze sein. Doch scheinen die Acten darüber noch nicht geschlossen. Didier (Lyon) empfiehlt den Faradi'schen Strom warm bei Hysterie, ebenso Schwenda, während Bayer¹⁾ nicht viel Gutes von demselben gesehen hat. Dagegen scheint gegen einzelne Neuralgien im Gebiete der Sexualorgane die Elektrizität allerdings mit grossem Erfolge herangezogen zu werden. G. Engelmann²⁾ kennt bei Ovarialneuralgien kein besseres Mittel als den Faradi'schen Strom, manchmal wirke derselbe geradezu wunderbar. Manchmal sind schwache galvanische Ströme von 10 bis 20 M. A., der negative Pol mittels Kugelelektrode im Scheidengewölbe noch wirksamer. Auch Apostoli³⁾ selbst tritt sehr warm für die Methode ein bei Ovarialneurosen; er wendet entweder den Faradi'schen Strom, und zwar intrauterin, durch die bipolare Sonde oder mässig starke galvanische Ströme, den negativen Pol intrauterin an. Von dem raschen und, soweit ich bei einem kürzeren Aufenthalte feststellen konnte, auch bleibenden Erfolge hatte ich selbst mehrfach Gelegenheit, mich bei Apostoli zu überzeugen. Auch Grandin⁴⁾ kennt gegen Ovarialneuralgien nichts Besseres, als mässig starken constanten Strom, eine Ansicht, der sich auch Hunter und Pierce anschliessen, ebenso Freeman,

1) Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Bd. XI, Hft. 1.

2) a. a. O., S. 130.

3) Archives de tocologie 1885, p. 524.

4) New York Obstetrical Society im American Journal of Obstetrics, April 1887.

der auch bei äusserer Anwendung der Elektroden gute Erfolge zu melden hatte. Auch gegen die Schmerzen, welche nach Entzündungen in den Parametrien zurückbleiben, nach Salpingitis, Oophoritis u. s. w., empfehlen sie Elektrizität in beiden Formen als die weitaus sicherste Methode der Behandlung.

Gegen Pruritus vulvae hat G. Engelmann¹⁾ und nach ihm Martin (Chicago) gute Erfolge aufzuweisen. Ersterer empfiehlt schwache galvanische Ströme, 4 bis 6 M. A., die negative Watteelektrode auf die kranke Stelle.

Bei Dysmenorrhoe hat die Elektrizität ebenfalls schon frühzeitig Verwendung gefunden. Möbius²⁾ berichtet über gute Erfolge, ebenso Mann³⁾, der mehrere Fälle mittheilt; auch Bayer⁴⁾ hatte in zwei Fällen gute Erfolge, doch waren dieselben vorübergehend.

In einer Verhandlung der New York Obstetrical Society⁵⁾ sprachen sich Lee, Morrin, Nielsen, Freeman sehr warm für die elektrische Behandlung aus, während dagegen Hunter, Harries, Cleveland wenig Erfolg von derselben sahen.

Playfair⁶⁾ hat von ihr gute Erfolge gehabt. Zwei Fälle, welche er ergebnisslos lange Zeit behandelt hatte, wurden durch dreimalige Anwendung des galvanischen Stromes (100 M. A., negative Elektrode intrauterin) dauernd geheilt, ebenso ein besonders hartnäckiger Fall von Dysmenorrhoea membranacea. Auch Onimus⁷⁾ hatte bei einem Falle guten Erfolg, doch war derselbe nicht dauernd. G. Engelmann⁸⁾ stellt den constanten Strom in seiner raschen Wirkung einer Morphiuminjection gleich. Er wendet Stärken bis zu 40 M. A. an, die Kathode in den Uterus, oder die Faradisation. Auch Rockwell⁹⁾ berichtet über schöne Erfolge.

Gegen Amenorrhoe ist der elektrische Strom vielfach angewandt worden mit verschiedenem Erfolge, wie aus der Natur

1) a. a. O. S. 134.

2) Deutsche medicinische Wochenschrift 1880, Nr. 26.

3) Lancet 1881, Juli.

4) Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Bd. XI, Hft. 1.

5) American Journal of Obstetrics 1887, April.

6) Lancet 1888, p. 103.

7) Archives générales de médecine 1883, Jan.

8) a. a. O. S. 114.

9) New York medical Journal 1887, Jan.

des Leidens erklärlich. Rockwell¹⁾ hat ihn in ausgedehnter Weise versucht. Er verwirft die Anwendung bei hochgradiger Anämie, hier bringt die örtliche Anwendung des galvanischen Stromes Schaden, vermehrt die Nervosität. Eher ist noch die Faradisation am Platze. Bei blutreichen Personen dagegen erzielte er durch Galvanisation gute Erfolge. Auch bei Entwicklungshemmungen und Superinvolution waren die Erfolge befriedigend.

G. Engelmann²⁾ nennt ihn das Heilmittel par excellence. Er wendet sowohl Faradisation wie auch Galvanisation (10 bis 20 M. A.), negative Elektrode in der Gebärmutter an. Erstere findet Verwendung bei Entwicklungshemmung, letztere bei Hyperplasie des Uterus.

Die Stenose des Cervicalcanales mit ihren Folgezuständen bietet einen dankbaren Gegenstand der elektrischen Behandlung. Fry³⁾ kennt kein besseres, einfacheres, rascher und dauernder wirkendes Mittel. Es übertrifft weit das Messer, da die sich bildende Narbe keine Neigung zur Zusammenziehung hat, die Operation schmerzlos ist und die Kranke nicht zur Bettruhe zwingt. Der negative Pol endigt in einer Sonde mit olivenförmigem Ende. Dieselbe, von entsprechender Grösse, wird gegen die Strictur angedrückt und gleitet langsam nach oben (Stromstärke 10 bis 30 M. A.). Diese Operation wird mehrmals nach Verlauf einiger Tage, je nach Bedürfniss, mit etwas stärkeren Sonden wiederholt.

Die Thatsache, dass sich auf diesem Wege leicht und gefahrlos eine dauernde Erweiterung des Cervicalcanales erzielen lässt, wird von vielen Seiten bestätigt, so von Steavenson⁴⁾, der nur geringe Stärke des Stromes (5 M. A.) für nothwendig hält, während G. Engelmann⁵⁾ stärkere Ströme (20 bis 100 M. A.) anwendet.

Eine ausgedehnte Anwendung hat die Elektrizität bei den Erkrankungen der Eierstöcke und der Eileiter in der letzten Zeit gefunden. Semeleder⁶⁾ wandte bereits vor längerer

1) a. a. O.

2) a. a. O.

3) American Journal of Obstetrics 1888, Jan.

4) Transactions of the Obstetrical Society. London 1888. Jan.

5) a. a. O. S. 109.

6) American Journal of Obstetrics 1882, Juli.

Zeit die Elektrizität zur Heilung der Ovariencysten an. Er veröffentlichte 1882 20 Fälle, von denen er 12 radical geheilt haben will. Doch scheint er nicht viel Nachfolger gefunden zu haben. Neuerdings hat Benedict¹⁾ wiederum auf die Sache aufmerksam gemacht, doch wird auch er wohl kaum mehr Erfolg haben. Dagegen scheinen die Erfolge, welche bei chronischen Entzündungszuständen der Anhänge erzielt wurden, zur Weiterprüfung des Verfahrens dringend aufzufordern. G. Engelmann²⁾ wendet den galvanischen Strom in einer Stärke von 20 bis 80 M. A. an, den negativen Pol mit baumwollenbedeckter Kugelelektrode im Scheidengewölbe. Apostoli empfiehlt neuerdings mehr die Punction in die nächste Nähe des Entzündungsherdens mit 80 bis 100 M. A. Stärke. Er theilte mir neuerlich mit, dass seine Erfolge ausgezeichnete seien, alle anderen Methoden weit übertreffend. Auch bei Hydro- und Pyosalpinx, sowie bei kleinen Cysten der Eierstöcke³⁾ empfiehlt er sein Verfahren, als fast immer erfolgreich, in vielen Fällen eine Laparatomie ersparend.

Chronische Metritis war eine der Erkrankungen, gegen welche Elektrizität zuerst angewandt wurde.

So empfiehlt sie Möbius⁴⁾, der ihre Wirksamkeit hauptsächlich in der Anregung regelmässiger Contractionen der Gebärmutter sieht. Walcher⁵⁾ verkleinerte eine stark angeschwollene Gebärmutter in zehn Sitzungen um 1 1/2 cm, während Löwenthal⁶⁾ Abnahmen um 5 bis 6 cm angiebt.

Grandin⁷⁾ fand bei der eigentlichen Metritis chronica die Elektrizität wenig wirksam, besser dagegen zeigte sich die Wirkung bei Subinvolution.

G. Engelmann empfiehlt sie als wirksamstes Mittel, welches gleichzeitig günstig auf die Schmerzen einwirke. Doch will er bei hartnäckigen Fällen alle sonstigen Mittel mit heranziehen. Er wendet starke Ströme intrauterin (bis 150 M. A.) an.

Mehr Erfolg scheint mir die Anwendung der Elektrizität zu

1) Berliner klinische Wochenschrift 1889, Febr.

2) a. a. O. S. 105.

3) British medical Journal 1887, Juli.

4) Deutsche medicinische Wochenschrift 1880, Nr. 26.

5) Centralblatt für Gynäkologie 1885, S. 209.

6) Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Strassburg.

7) New York Obstetrical Society. American Journal of Obstetrics 1887, April.

versprechen bei Fällen von Endometritis. Playfair hatte gute Erfolge mit der Methode Apostoli's, ebenso Grandin. Apostoli selbst hat der Endometritis und ihrer Behandlung eine sehr eingehende Abhandlung¹⁾ gewidmet, in welcher er ausführlich sein Verfahren und die Gründe, weshalb dasselbe allen anderen vorzuziehen sei, entwickelt. Das Verfahren ist im wesentlichen das oben besprochene, intrauterine, positiv bei stärkeren Blutungen, sonst negativ, Stärke bis 200 M. A. Es soll die Cürette verdrängen, vor der es viele Vortheile hat. Es ist einfach, leicht, ohne Gehülfen, ohne Chloroform anzuwenden, entzieht die Kranken nicht ihrer Thätigkeit, ist genau zu dosiren, stärker oder schwächer, je nach dem Falle, nach Belieben in die Tiefe wirkend, und dazu kommt noch die interpolare Wirkung des Stromes (trophische nennt sie Apostoli), welche umwandelnd auf das Gewebe der vergrößerten Gebärmutter wirkt, und die Rückbildung, welche durch die Zerstörung der Schleimhaut angeregt wird, mächtig fördert. Gegenanzeigen sind nur acute Entzündungsvorgänge in der Umgebung der Gebärmutter. Bei frischen Fällen genügen drei bis fünf Anwendungen, bei veralteten sind wohl bis zu 30 nothwendig.

Bei Peri- und Parametritis wird die elektrische Behandlung ihre Wirksamkeit in der Zukunft zu beweisen haben. Apostoli lässt sich zu verschiedenen Zeiten, besonders eingehend auch auf dem Congresse zu Dublin²⁾ darüber aus. Er will auch acute Fälle von der Behandlung nicht ausgeschlossen haben, sondern sie mit Vorsicht besonders zur Beruhigung der Schmerzen mit schwachen Faradi'schen Strömen behandeln. Er hofft hierdurch auch die Eiterbildung zu verhindern. Er verwendet hier bipolare vaginale Elektroden bei dem subacuten Stadium; sobald die Sonde ohne wesentliche Schmerzen in die Gebärmutter gebracht werden kann, die intrauterine bipolare Elektrode mit Faradi'schem Strome, geht aber bald zu constanten, und zwar anfangs schwachen Strömen über, die auf 10 bis 20 M. A. und mehr verstärkt werden.

Im chronischen Stadium, bei chronischen Exsudaten³⁾ ist die kräftigste Anwendung nothwendig. Führt intrauterine Anwendung starker (bis 250 M. A.) Ströme nicht rasch zum Ziele,

1) Sur un nouveau traitement de la métrite chronique et en part de l'endométrite par Apostoli. Paris 1887. Doin.

2) British medical Journal, 19. Novbr. 1887.

3) Union médicale, Oct. 1886.

so ist die Punction in die Exsudatmasse oder in die nächste Nähe derselben, aber nicht tief, angezeigt.

G. Engelmann spricht sich weniger begeistert aus und stellt die Elektrizität neben andere Mittel, deren Anwendung nicht versäumt werden darf. Er theilt mehrere Fälle mit, die nicht viel beweisen.

Lageveränderungen wurden einst als günstiger Gegenstand für die elektrische Behandlung betrachtet, da man sich von einer Stärkung der Uterusmuskulatur, der verschiedenen Bänder viel versprach. Martin¹⁾ trat dafür ein, später Mundé²⁾, falls andere Mittel versagen; Beyer³⁾ hatte keinen Erfolg, ebenso wenig Playfair⁴⁾, dagegen kann Smith⁵⁾ nicht genug ihre Wirksamkeit rühmen; er hält sie für das rationellste Mittel, da sie gleichzeitig auf die Hyperplasie des Gebärmuttergewebes einwirkt. Auch G. Engelmann spricht der ausgedehnten Anwendung das Wort, da sie eine der Ursachen zu beseitigen im Stande ist. Gegen die Erschlaffung der Muskel räth er den Faradi'schen Strom, gegen die Verhärtung des Gebärmuttergewebes die intrauterine Galvanisation bis 100 M. A.

Die weiteste Verbreitung hat die Verwendung der Elektrizität in der Gynäkologie in den letzten Jahren bei der Behandlung der Myome gefunden. Ueber dieselbe ist der heftigste Kampf entstanden. Hier scheint der Elektrizität eine bedeutende Zukunft zu blühen.

Wie oben bereits erwähnt wurde, scheint zuerst Cutter⁶⁾ den elektrischen Strom gegen Myome angewandt zu haben. Auf der Versammlung der American medical Association zu Chicago im Jahre 1871 theilte er einen Fall mit. Er führte die beiden Elektroden in Form von Stilets durch die Bauchdecken in die Masse der Geschwulst. Der Fall zeigt die Möglichkeit des Verfahrens; nach zwei Anwendungen wurde die weitere Behandlung von der Kranken verweigert; das Allgemeinbefinden besserte sich angeblich. Einen zweiten Fall hat Cutter 1872 mit günstigem

1) Deutsche medicinische Wochenschrift 1880, Nr. 26.

2) Internationaler medicinischer Congress. London.

3) a. a. O.

4) Lancet, a. a. O.

5) American Journal of Obstetrics 1888, Juni.

6) Congress zu Chicago 1871.

Erfolge operirt. Er fand Nachfolger in Brown¹⁾ 1873, Kimbele²⁾ 1874, welcher vier Fälle veröffentlichte. G. Thomas machte in der New York Obstetrical Society 1876 über die Methode günstige Mittheilungen. Dann beschrieb Semeleder³⁾ die Methode eingehend und veröffentlichte später⁴⁾ (1878) eine grössere Anzahl von Fällen. Er änderte die Methode dahin ab, dass er nur den einen Pol durch die Bauchdecken, den anderen durch Scheidengewölbe oder Mastdarm in die Geschwulst einführte. Von 50 Fällen wurden 34 gebessert; bei 16 keine Einwirkung; bei einzelnen verschwand die Geschwulst; 4 Fälle verliefen tödtlich.

Cutter selbst veröffentlichte erst 1887⁵⁾ seine 50 Fälle. Der Erfolg war recht wenig ermuthigend. Er spricht selbst aus, dass er die Operation als eine ernste betrachte und demgemäss die Vorbereitungen treffe. In England behandelte bereits 1872 Althaus mit Routh einen Fall mit günstigem Erfolge; weitere Fälle werden gemeldet von Omboni⁶⁾, Everett⁷⁾, Braschet⁸⁾, Martin⁹⁾, Chéron¹⁰⁾. Alle wandten verhältnissmässig schwache Ströme an, die eine Elektrode befand sich in dem Scheidengewölbe, höchstens im Cervicalcanale. Leblond berichtete auf dem internationalen medicinischen Congresse zu Amsterdam über Erfolge bei Blutungen. Gallard¹¹⁾ wandte ebenfalls schwache Ströme an (5 bis 10 Elemente), Onimus¹²⁾ dagegen viele Elemente, jedoch von geringer Stärke.¹³⁾

Everett versuchte den Faradi'schen Strom mit angeblich gutem Erfolge. Zweifel¹⁴⁾ veröffentlichte zwei Fälle, mit con-

1) Medico-surgical-Reports. Philadelphia 1873.

2) Boston medico-surgical Journal 1874.

3) Wiener medicinische Presse 1876.

4) American Journal of medical Science 1878.

5) American Journal of Obstetrics, Febr. 1887.

6) Gazzetta medicale italiana 1877.

7) Gazzetta ostetricale 1878.

8) Onimus, Archives générales de médecine 1883.

9) Annales de Gynécologie 1879.

10) Gazette des Hôpitaux 1873.

11) Pégoud, Thèse de Paris 1881, Nr. 219.

12) a. a. O.

13) Die historischen Einzelheiten sind theilweise der mehrfach erwähnten Schrift von Carlet, dem Schüler Apostoli's, entnommen.

14) Centralblatt für Gynäkologie 1884, Nr. 50.

stantem Strome behandelt, bei welchen der Erfolg ermuthigend war, ebenso Bayer¹⁾ in einem Falle.

Die Methode der elektrischen Behandlung fand erst weitere Verbreitung, als Apostoli sein Verfahren ausbildete. Ueber dasselbe und die gewonnenen Ergebnisse macht Apostoli auf der Dubliner Versammlung²⁾ nachstehende Mittheilungen:

Die Wirkung der Behandlung auf die Geschwulst zeigt sich in einer Verkleinerung derselben, welche oft schon nach mehreren Sitzungen, jedenfalls aber im Laufe der Behandlung sich zeigt. Dieselbe dauert nach dem Ablaufe der Behandlung fort und erreicht etwa $\frac{1}{5}$ bis $\frac{1}{2}$ der ursprünglichen Grösse der Geschwulst. Mit der Verkleinerung wird die Geschwulst beweglicher, die Druckerscheinungen, Reflexneurosen u. s. w., sowie die Blutungen schwinden, und dies in etwa 95 Proc. der Fälle. Die Mehrzahl der Frauen, welche die Behandlung durchmachten, fühlt sich, wenn auch die Geschwulst noch vorhanden ist, doch vollständig geheilt. Nur in wenigen Fällen liess das Verfahren im Stiche, und zwar bei solchen, welche durch Ascites complicirt waren, bei Hysterie und in drei Fällen von Cystofibromen.

Seit 1882 bis 1887 (Juli) hat Apostoli 5201 Mal den galvanischen Strom bei allen möglichen Erkrankungen (er erwähnt zwölf verschiedene) angewandt, meistens intrauterin, und 440 Mal die Galvanopunctur und dies bei 403 Kranken. Zwei Mal hat er Todesfälle erlebt, doch schiebt er den übelen Ausgang nicht der Methode, sondern sich selbst zu. Ein Mal handelte es sich um eine vereiternde Ovarialcyste; ein Mal um zu tiefe Punction. In zehn Fällen erlebte er heftige perimetrische Entzündungen, doch traten diese Misserfolge nur im Beginne der Anwendung auf und liessen sich auf mangelhafte Antisepsis, unvorsichtige Anwendung von Strömen hoher Stärke zurückführen. In der letzten Zeit hat Apostoli keine unangenehmen Erscheinungen mehr zu beklagen gehabt, trotzdem seine Kranken, den ärmsten Klassen angehörig, oft nach der Operation weite Wege zurücklegen müssen und sich auch zu Hause nicht schonen können.

Unter den Kranken fanden sich 278 Fälle von Myomen oder starker Hypertrophie der Gebärmutter. Apostoli hat bis jetzt keine näheren Einzelheiten über dieselben, mit Ausnahme der etwa

1) a. a. O.

2) a. a. O.

100 Fälle, welche in dem Buche Carlet's schon 1884 zur Veröffentlichung gelangten, gegeben. Er verspricht dies nächstens in einem ausführlichen Werke zu thun.

An den Vortrag knüpft sich eine lebhafte Besprechung, in welcher zunächst Playfair, welcher Apostoli bei der Arbeit gesehen, sich günstig ausspricht. Nur scheint ihm die Methode nicht einfach, die Apparate seien theuer und man müsse die Methode erlernen. Sir Spencer Wells hat 60 Kranke Apostoli's untersucht und den günstigsten Eindruck von dem Verfahren bekommen. Routh, W. Duncan, Steavenson sprechen sich im gleichen Sinne aus.

In dem British medical Journal wird die Angelegenheit nun weiter fleissig besprochen. Lawson Tait erklärt das Ganze kurzweg für Humbug, zieht jedoch seinen Einwurf nach der Veröffentlichung von Thomas Keith zurück: „Bei einem solchen Zeugnisse haben wir die Pflicht, die Methode zu prüfen, welche Schwierigkeiten sich auch der Ausführung entgegenstellen mögen.“

In der Londoner Obstetrical Society¹⁾ fand im vorigen Sommer eine eingehende Besprechung über denselben Gegenstand statt, die sich an theoretische Mittheilungen von Shaw und Steavenson anknüpfte. Playfair trat wieder für die Methode ein, die er nun eingehend geprüft, doch mit Beschränkungen. Bei Blutungen hat er gute Erfolge; mit der Elektropunctur zwei Mal recht unangenehme Complicationen, Abscessbildung u. s. f. Er mahnt zur Vorsicht. Routh, H. Smith sprechen zu Gunsten, Bantock, Champneys, Galabin, Williams dagegen. Letzterer besonders unterzieht die von Apostoli in Carlet's Buch veröffentlichten Fälle Apostoli's einer scharfen Kritik. In der New York Obstetrical Society vom 18. Januar 1887²⁾ knüpft sich an die Mittheilungen von Freeman eine interessante Besprechung. Emmet spricht sich dahin aus, dass, wenn die Elektrizität die Geschwulst erweicht, sie meistens den Tod der Frau zur Folge habe. Aehnlich ungünstig äussert sich Wylie, während Sims und Byrne für dieselbe eintreten. In der Gynecological Society von Chicago³⁾ spricht sich Martin sehr begeistert über die Methode und ihre Erfolge aus, giebt aber zu,

1) Transactions of the London Obstetrical Society, 6. und 21. Juni 1888.

2) American Journal of Obstetrics 1887, März.

3) Ebendas. 1887, Aug.

dass die Geschwülste, deren Verkleinerung um ein Drittel bis zur Hälfte er gesehen, nur klein, bis orangegross gewesen seien. Die Stimmung der Collegen ist zurückhaltender. An die Mittheilungen Apostoli's auf dem Congresse der American Gynecological Society in New York¹⁾ und an die Freeman's auf dem internationalen medicinischen Congresse zu Washington²⁾ knüpft sich keine Besprechung. Dagegen kam es auf dem Congresse der American Gynecological Society im Jahre 1888 zu einer lebhaften Auseinandersetzung, indem von der Warker auf die Gefahren der Operation hinweist, auf die Bildung von Abscessen, besonders bei Cystofibromen. Parvin spricht in gleichem Sinne, ebenso Baker. G. Engelmann hat nie schlimme Wirkung gesehen, räth ebenfalls zur Vorsicht, besonders betont er die Nothwendigkeit strenger Antisepsis.

Die wärmsten Fürsprecher findet Apostoli eigenthümlicher Weise bei den beiden hervorragendsten englischen Laparatomisten Sir Spencer Wells und Thomas Keith. Ersterer, welcher sich wiederholt warm zu Gunsten der Methode ausgesprochen, hat wiederum neuerdings seine Stimme für Apostoli erhoben.³⁾ Er beschreibt das Ergebniss eines längeren Besuches bei Apostoli und eingehender Prüfung des Materiales und der Erfolge und kommt zu dem Schlusse: „dass, wenn auch die Methode verbesserungsfähig ist, die Sache gut sei (the work was good). Wenn auch die Frauen nicht radical von ihrer Geschwulst befreit waren, so waren sie doch von den Symptomen geheilt. Nur Vorurtheil kann diese Thatsache leugnen.“ Er hat die Methode selbst versucht und gut befunden. Nicht in allen Fällen will er sie angewandt wissen, aber ehe zur Myomotomie geschritten wird, sollte stets ein Versuch mit der Elektrizität gemacht werden. Die gefährlichere Operation bleibt dann immer noch, aber es würde weder „weise, noch human sein, die Kranke zu einer augenblicklichen blutigen Operation zu überreden.“

Noch verschiedener drückt sich Thomas Keith⁴⁾ aus in einer Abhandlung, betitelt: „Resultate der supravaginalen Hysterektomie, mit Bemerkungen über die alte und neue Methode der Behandlung der Uterusmyome.“ Er durchmustert seine Fälle, es sind

1) American Journal of Obstetrics 1887, Oct.

2) Ebendas.

3) Medical Records 1888, Juni.

4) British medical Journal 1887, Dec.

64, nochmals. Von 26 in der Privatklinik Operirten starb nur einer und zwar an acuter Manie. Trotz dieses guten Ergebnisses seines operativen Vorgehens kommt er zu dem Schlusse, dass „die Hysterektomie eine Operation ist, welche mehr Schaden als Nutzen gestiftet hat; die Sterblichkeit ist ausser Verhältniss zu dem Vortheile, den wenige erhalten haben. Wir haben kein Recht, unsere Kranken einer so grossen Gefahr auszusetzen, und doch geschieht dies jeden Tag.“ Er spricht dann über die verschiedenen Operationsmethoden und fährt fort: „Glücklicherweise für die Kranke ist es ziemlich gleichgültig, welche der Methoden den Vorzug verdient. Die Methode, welche Apostoli in die Praxis eingeführt hat, muss den Vortritt vor allen anderen haben. Der Erfolg seiner Behandlung ist eine Thatsache, und wenn ich ausspreche, dass ich toto animo seine Lehre annehme, so thue ich dies auf Grund eigener Erfahrung. Bei mehr als 100 Kranken habe ich Elektrizität mehr als 1200 Mal angewandt. Viele, welche zu mir kamen, um operirt zu werden, gingen nach Hause mit verkleinerter Geschwulst, normaler Menstruation, geheilt von ihren Beschwerden, fähig, sich wieder ihres Lebens zu erfreuen. Ich war nie für Hysterektomie eingenommen, heute aber denke ich darüber der Art (so strongly), dass ich mich als schuldig eines Verbrechens (criminal act) betrachten würde, wenn ich einer Kranken empfehlen wollte, ihr Leben einer grossen Gefahr auszusetzen, ehe sie nicht die elektrische Behandlung gründlich versucht hat.“

Es ist nicht leicht, unter so widersprechenden Urtheilen und Ansichten das Richtige zu finden, doch will es mir scheinen, als wenn auf Stimmen, wie die zuletzt angeführten, ein ganz besonderes Gewicht gelegt werden sollte, und dies nicht allein des grossen Rufes wegen, den sie als Männer der Wissenschaft genossen, sondern noch mehr deshalb, weil sie ihr Urtheil aus der praktischen Thätigkeit heraus geben, nachdem sie hinreichend andere, eingreifendere Verfahren geprüft hatten. Ihnen wird Niemand den Vorwurf machen, dass sie aus Furcht vor dem Messer zu milderen Verfahren rathen.

Viele Männer von grosser Erfahrung und anerkannt wissenschaftlicher Bedeutung stehen der Sache zweifelnd oder sogar ablehnend gegenüber. Wenn man aber aufmerksam die Verhandlungen verfolgt, die Abhandlungen durchblättert, so kommt man zu der eigenthümlichen Beobachtung, dass die Gegner die Methode

entweder gar nicht oder doch nur sehr unzureichend geprüft haben und ihr Urtheil sprechen auf Grund theoretischer Betrachtungen oder unglücklich verlaufener Fälle, für welche nicht das Verfahren, sondern die Unerfahrenheit oder Sorglosigkeit des Operators verantwortlich zu machen ist. Und gerade die Fälle, bei welchen schlimme Complicationen oder gar Todesfälle gemeldet worden, zeigen das Charakteristische, dass sie entweder nicht streng nach den Angaben Apostoli's behandelt wurden, wenigstens nach den neuen Methoden — indem häufig tiefe Punctionen ausgeführt wurden, während jener nur solche bis höchstens 2 cm billigt —, oder dass die Antisepsis vernachlässigt wurde. Es liessen sich zahlreiche Beispiele dafür aus der Literatur zusammenstellen. Diejenigen, welche über das Verfahren berichten auf Grund eigener Untersuchungen und Beobachtungen, sprechen sich fast einstimmig zu Gunsten desselben aus, und zwar theilweise mit einer Begeisterung, die allerdings der Sache mehr Schaden als Nutzen gebracht hat.

Um aus dieser Verschiedenheit der Ansichten zu einem richtigen Urtheile zu gelangen, giebt es neben ausgiebiger eigener Prüfung nur den einen Weg, die mitgetheilten Erfolge Anderer genau zu prüfen, wenn auch hierdurch das Ergebniss nicht unbedingt sichergestellt wird, selbst wenn die mitgetheilten Beobachtungen als ganz objectiv angenommen werden.

Ich werde daher aus der Literatur nur diejenigen Fälle auswählen und dem geneigten Leser vorlegen, welche: 1) die Sicherheit geben, dass es sich bei ihnen wirklich um Myome handelte, die unter anderen einen solchen Umfang haben, dass eine Verwechselung mit Subinvolution, chronischer Metritis u. s. w. ausgeschlossen ist; 2) die genaue Angaben enthalten über Umfang der Geschwulst und die Erscheinungen, welche durch sie bedingt wurden, vor und nach der Operation. Wie nothwendig diese Einschränkung ist, zeigen sogleich die von Apostoli selbst in dem Buche Carlet's mitgetheilten 94 Fälle. Es erscheint zweifellos, dass eine grosse Anzahl derselben unter die Rubrik Subinvolution oder Metritis chronica gehören; es ist dies um so mehr anzunehmen, da Apostoli selbst ausspricht, dass er Myome unter seinen Kranken in erschreckend grosser Zahl gefunden habe, auf vier Kranke ein Myom. Füge ich diesen noch die Fälle hinzu, welche nicht hinreichend sichere Angaben enthalten, so dass die Diagnose objectiv nicht zweifellos ist, wo es sich besten Falles um kleine

Name des Operateurs	Ort der Veröffentlichung	Grösse u. s. w. der Geschwulst	Sonstige Erscheinungen	Art und Dauer der Behandlung	Grösse der Geschwulst nach der Behandlung	Sonstige Erscheinungen
Apostoli	Carlet, Traitements électriques des tumeurs fibreuses. Paris 1884. p. 185.	2 Finger breit oberhalb des Nabels, das Becken ausfüllend, sehr hart. Hystero-metrie 15 cm.	Urinretention. Kachexie. Schmerzen. Uebelkeit und Erbrechen. Menses schwach.	11 negative u. 25 positive intrauterine Anwendungen.	2 Finger breit unterhalb des Nabels. Hystero-metrie 11½ cm.	Alle Erscheinungen geschwunden. Menses normal.
Derselbe	a. a. O. p. 191.	Umfang 101 cm. 2 Finger breit oberhalb des Nabels.	Hochgradige Abmagerung. Schmerzen. Druckerscheinungen. Menses seit 10 Monaten unterdrückt.	4 Elektropuncturen. 10 negative Anwendungen.	Umfang 94 cm.	Allgemeine Erscheinungen wenig verändert. Behandlung wird fortgesetzt.
Derselbe	a. a. O. p. 176.	Umfang 110 cm bis Proc. xiphoid. Sehr hart. Verwachsen.	Schwäche. Unfähigkeit zu gehen. Urindrang. Starke Abmagerung.	3 Punctionen, um Cervicalcanal zu schaffen. Dann 2 Mal negative Anwendung.	Starke Absonderung. Umfang 94 cm. Leicht beweglich.	Wohlbefinden. Alle Druckerscheinungen geschwunden.
Derselbe	a. a. O. p. 209.	Zwischen Symphyse und Nabel. Hystero-metrie 14 cm.	Zeitweise heftige Schmerzen.	7 negative Anwendungen.	Geschwulst kleiner. Hystero-metrie 10½ cm.	Behandlung fortgesetzt.
Derselbe	a. a. O. p. 217.	3 Finger breit unterhalb d. Processus xiphoid., gleichmässig rund. Umfang 124 cm. Hystero-metrie 21 cm.	Starke andauernde Blutungen. Dyspnoe.	12 negative, 11 positive Anwendungen.	Umfang 117 cm. Hystero-metrie 12 cm.	Allgemeines Wohlbefinden. Menses normal.
Zweifel	Centralblatt für Gynäkol. 1884, Nr. 50.	Grösster Umfang 103 cm.	—	Const. Strom etwa 25 M.A., beide Elektroden äusserlich.	Grösster Umfang 93 cm, später Zunahme.	Die Geschwulst auffallend weicher als vorher.
Skene, Keith	Edinb. med. Journal. Febr. 1888.	Ganze Bauchhöhle bis unter d. Rippenbogen, ebenso ganzes Becken ausfüllend. Unbewegl.	Urinretention. Blutungen.	13 negative Anwendungen. 200 M. A.	Beweglich, knotig, nicht mehr den Rippenrand erreichend.	Menses normal. Urinbeschwerden geschwunden.
Derselbe	a. a. O.	Gebärmutterhöhle 4½ Zoll, d. hint. Beckenhöhle ganz von der Geschwulst ausgefüllt.	Schmerzen. Amenorrhoe.	14 negative Anwendungen. 2 Punctionen.	Gebärmutterhöhle 3½ Zoll. Geschwulst im Becken geschwunden.	Menses normal. Schmerzen geschwunden.

Name des Operateurs	Ort der Veröffentlichung	Grösse u. s. w. der Geschwulst	Sonstige Erscheinungen	Art und Dauer der Behandlung	Grösse der Geschwulst nach der Behandlung	Sonstige Erscheinungen
Skene, Keith	a. a. O.	Unbeweglich bis zum Rippenrande, das ganze Becken ausfüllend.	Blasenreizung. Schmerzen.	23 negative Anwendungen.	Geschwulst hat nur noch die Hälfte d. Grösse wie vorher.	—
Derselbe	a. a. O.	Rechts bis zum Nabel, links höher, die ganze untere Bauchhöhle erfüllend.	Seit 20 Jahren andauernde Schmerzen. Unfähigkeit zu gehen. Grosse Schmerzhaftigkeit d. ganzen Unterleibes.	23 negative Anwendungen. 100 bis 200 M. A.	Links bis z. Nabel, rechts bis 2 Zoll oberhalb der Symphyse.	Vollständiges Wohlbefinden.
Derselbe	a. a. O.	Bis Nabelhöhe.	Starke Blutungen.	17 positive Anwendungen.	2 Zoll unterhalb des Nabels.	Wohlbefinden. Blutungen geschw.
Derselbe	a. a. O.	Gebärmutterhöhle $6\frac{1}{2}$ Zoll, 1 Zoll oberhalb des Nabels.	Blutungen.	7 positive, 13 negative Anwendungen.	Rechts Nabelhöhe, links, wo die Geschwulst zuletzt gewachsen war, keine Spur derselben.	Blutungen geschwunden.
Playfair	Lancet, Juli 1888.	Gebärmutterhöhle $3\frac{1}{2}$ Zoll, orangegross oberhalb der Cervix.	Starke Blutungen. Menses 12 Tage lang.	14 positive Anwendungen. 200 M. A.	—	Mensesdauer 4 Tage, normal.
Derselbe	a. a. O.	Gebärmutterhöhle $4\frac{1}{2}$ Zoll; bis oberhalb des Nabels.	Blutungen.	6 positive Anwendungen.	—	Menses normal, trotz des Aufenthaltes in d. Tropen.
Derselbe	a. a. O.	Starke, gelappte Geschwulst in der hinteren Wand. Gebärmutterhöhle $3\frac{1}{2}$ Zoll.	Sehr starke Blutungen.	6 positive Anwendungen, die erste während starker Blutung, welche darauf steht.	—	Blutungen geschwunden.
Derselbe	a. a. O.	Gelappte Geschwulst, bis Mitte von Symphyse u. Nabel. Gebärmutterhöhle 4 Zoll.	Andauernde Blutungen.	12 positive Anwendungen.	—	Menses normal. Wohlbefinden.
Derselbe	a. a. O.	Geschwulst das ganze Becken ausfüllend, bis 2 Zoll oberh. d. Beckeneingang.	Tenesmus. Anurie.	5 Punctionen. 50—100 M. A.	Geschwulst bedeutend geringer.	Alle Druckerscheinungen geschwunden.

Name des Operators	Ort der Veröffentlichung	Grösse u. s. w. der Geschwulst	Sonstige Erscheinungen	Art und Dauer der Behandlung	Grösse der Geschwulst nach der Behandlung	Sonstige Erscheinungen
Bröse	Centralblatt f. Gynäkol. 1888, S. 314.	Zwei Fälle ohne genauere Angaben.	—	Kathode in Cervix. 20 M. A.	Bedeutend kleiner.	Beschwerden geschwunden.
Scott	American Journ. Obst. 88, März.	Gebärmutterhöhle 3 Zoll. Mehrere Geschwülste in d. hint. Wand.	Starke Blutungen.	Keine Angaben über die Stärke.	Geschwülste kaum zu fühlen.	Menses normal.
Werner	American Journ. Obstetr. 1888, April.	Ganze Beckenhöhle ausfüllend. Uterus $4\frac{1}{2}$ Zoll.	Schmerzen. Blutungen.	2 Mal Punction, intrauterin wie oft?	Uterus $2\frac{3}{4}$ Zoll, normal, wie sich bei der durch Ovarien-cyste nothwendig gemachten Laparatomie zeigt.	Wohlbefinden.
Derselbe	a. a. O.	Geschwulst nimmt d. Hälfte der Beckenhöhle ein. Uterus $3\frac{1}{4}$ Zoll.	Starke Dysmenorrhoe.	36 intrauterin.	Uterus $2\frac{3}{4}$ Zoll.	Wohlbefinden.
Derselbe	a. a. O.	2 Finger breit über d. Nabel. Uterus $4\frac{1}{2}$ Zoll.	Menses stark, 10 Tage lang.	Intrauterin u. Punction abwechselnd 2 Mal wöch. 5 Mon. lang.	Verkleinerung um ein Drittel.	Menses normal.
Derselbe	a. a. O.	Geschwulst bis unter Rippenbogen. Athmung hemmend. Umfang 46 Zoll.	Sehr starke Blutung.	Punction 2 Mal wöchentlich.	Uterus $2\frac{1}{4}$ Zoll. Nabelhöhe. Umfang 34 Zoll.	Wohlbefinden. Menses normal.
Martin	American Journal Obstetr. 1888, Juni.	Geschwulst bis Nabel, das ganze Becken ausfüllend. Umfang $37\frac{1}{2}$ Zoll. Uterus $7\frac{1}{2}$ Zoll.	Blutungen.	74 intrauterine Anwendungen in 11 Monaten.	Umfang $35\frac{1}{2}$ Zoll trotz starken Fettansatzes. Uterus $5\frac{1}{2}$ Zoll.	Befinden u. Menses normal.
Derselbe	a. a. O.	Becken u. Bauch ganz ausfüllend. Uterus 19 cm.	Blutungen.	30 intrauterin.	Uterus 16 cm.	Menses normal. Wohlbefinden.
Derselbe	a. a. O.	2 Zoll unterhalb des Nabels.	Schmerzen. Blutungen.	37 intrauterin.	Um $\frac{1}{3}$ verkleinert.	Schmerzen u. Blutungen wenig gebessert.
Derselbe	a. a. O.	Geschwulst sehr gross. Uterus 6 Zoll.	Schmerzen.	25 intrauterin.	Um $\frac{1}{3}$ verkleinert. Uterus 5 Zoll.	Befinden normal.
G. Engelmann	a. a. O.	2 Zoll oberhalb des Nabels, Becken ganz ausfüllend.	—	9 Punctionen. Nadel 8 cm eingeführt. 60—80 M. A.	Becken frei. Geschwulst zwischen Nabel u. Symphysen.	Wohlbefinden.

Geschwülste handelte, so bleiben aus der grossen Anzahl für unseren Zweck nur neun Fälle übrig, in denen es sich zweifellos um grössere Geschwülste der Gebärmutter handelte, bei welchen der Erfolg der Behandlung objectiv verfolgt werden könnte. Von diesen neun Fällen sind aber noch vier weitere (S. 163, 169, 194 und 237) auszuscheiden aus verschiedenen Gründen, so dass nur fünf Fälle übrig bleiben, die mit den anderen aus der Literatur ausgewählten in der Tabelle (S. 27) angeführt sind.

Aehnlich wie bei Apostoli, wenn auch nicht in gleichem Maasse, geht es mit den Fällen anderer Forscher. Nur eine beschränkte Zahl ist zum Zwecke einer nur einigermaassen sicheren Statistik zu verwenden. So sind die 9 Fälle von Freemann, 17 von Everett unbrauchbar, von den Fällen von Scott, Werner, Martin, Playfair nur wenige und auch diese nur theilweise beweisend.

Aus der Betrachtung der in der Tabelle angeführten Fälle geht, wenn die Angaben auch theilweise unvollständig sind, doch so viel hervor, was übrigens sämtliche Beobachter, auch die wenig günstig Gesinnten zugeben, dass der Einfluss auf die Blutungen mit wenig Ausnahmen ein äusserst günstiger ist. Da aber die Blutungen gerade das Symptom sind, welches fast allein die Gefahr bei den Myomen bedingt, gegen welches die operativen Eingriffe hauptsächlich gerichtet sind, so liegt in der Anerkennung dieser Thatsache, denn eine solche scheint es zu sein, auch zu gleicher Zeit das Urtheil über den Werth des Verfahrens Apostoli's.

Weiter scheint in fast allen Fällen das Allgemeinbefinden in hohem Grade gebessert zu werden, und zwar nicht allein Schritt haltend mit dem Besserwerden der Blutungen, Schmerzen u. s. w., sondern auch schon früher, ehe diese Symptome wesentlich beeinflusst werden. Es scheint hier die allgemein anregende und belebende Wirkung des constanten Stromes eine Rolle zu spielen.

Fast ebenso beständig, wie die Blutungen, scheinen die Schmerzen, sowie die Druckerscheinungen günstig beeinflusst zu werden. Letzteres ist wohl abhängig von der Verminderung der Grösse der Geschwülste.

Ueber diese selbst gehen die Angaben weit auseinander. Während von einigen Seiten vollständiges Verschwinden der Geschwülste gemeldet wird, spricht sich Apostoli und nach ihm sämtliche bedeutenderen Forscher dahin aus, dass ein solches

nicht zu erwarten ist. Die Geschwulst bleibt, wird nur kleiner, aber die Kranken betrachten sich als geheilt und sind es in der That, wenn die Symptome geschwunden sind und, wie nun Apostoli auf Grund längerer Erfahrung behauptet, die Wirkung der Behandlung wirklich eine dauernde ist. Im allgemeinen ist die Abnahme der Geschwülste, welche berichtet wird, nicht eine bedeutende zu nennen. Es scheint, als wenn eine solche bis auf zwei Drittel des ursprünglichen Umfanges schon zu den Seltenheiten gehört. Doch sind die Angaben darüber, weil naturgemäss subjectiv, wenig verlässlich. Die Maasse der Gebärmutterhöhle sind noch weniger sicher.

Nicht übersehen darf allerdings werden, dass Misserfolge nicht fehlen. Es werden eine Anzahl von Fällen berichtet, in welchen es zu recht bedrohlichen Erscheinungen kam. Schmerzen, die nur als Gebärmutterkoliken bezeichnet werden, jedoch von Temperatursteigerungen begleitet sind, werden nicht selten gemeldet, es kommt unter Umständen zu stärkeren Entzündungserscheinungen in den Parametrien, bei Elektropunctur zu Abscessbildung in dem Gebärmuttergewebe oder daneben. Letzteres scheint besonders leicht bei Cystofibrom einzutreten und es werden Fälle gemeldet, die tödtlich endeten. Playfair¹⁾, Freeman²⁾, v. d. Warker³⁾ berichten eingehend darüber. Gehrung⁴⁾ hat, um die Ansammlung von Flüssigkeit um die Elektrode im Gewebe zu verhindern, eine hohle Elektrode angegeben, die kaum die Sache ändern dürfte. Das beste wird sein, die tiefen Punctionen ganz zu verlassen, wie es bereits Apostoli seit Jahren gethan, und sich nur auf oberflächliche, 1 bis 2 cm tiefe Punctionen zu beschränken, falls es mit der Zeit sich nicht ergeben sollte, dass sie durch stärkere Ströme intrauterin oder intravaginal ersetzt werden könnten. Vor allem jedoch muss immer wieder betont werden, dass die unerlässliche Bedingung des Verfahrens strenge Antisepsis ist, die in den meisten ungünstig verlaufenen Fällen nicht hinreichend durchgeführt oder ganz vernachlässigt wurde.

Nachdem ich nun das ganze Material, so weit es mir zugänglich war, einer Betrachtung unterzogen habe, möchte ich noch

1) Lancet, Juli 1888.

2) American Journal of Obstetrics 1887, S. 290.

3) Ebendas., Oct. 1888.

4) Ebendas. 1888.

kurz auf die Schlüsse, welche sich daraus ergeben, eingehen. Die Fachgenossen werden an der Hand des vorgelegten Materiales leicht in der Lage sein, die Richtigkeit desselben zu prüfen.

Wenn wir uns zunächst fragen, ob der elektrische Strom im Stande ist, die Erfolge, welche ihm zugeschrieben werden, auch wirklich zu erzielen, so kann darauf nur bejahend geantwortet werden. Die lytische Wirkung des Stromes ist eine Thatsache. An der Anode werden Säuren, an der Kathode Alkalien ausgeschieden. Dieselben müssen ihre chemische Wirkung äussern, um so mehr, da sie sich im statu nascenti befinden. Auch die Verschiedenheit der Wirkung beider Pole ist hinreichend festgestellt. Als örtlich wirkendes, leicht zu dosirendes, bequem zu handhabendes Aetzmittel muss daher infolge seiner polaren Wirkung der constante Strom betrachtet werden.

Dunkler dagegen ist die interpolare Wirkung, über die wir wenig wissen. Dass eine Wirkung so starker Ströme eintreten muss, kann man aus der Wirkung derselben auf Flüssigkeiten ähnlicher Zusammensetzung, wie sie die thierischen Gewebe enthalten, wohl ohne weiteres annehmen. Fest steht, dass sich die lytische Wirkung nicht auf die nächste Umgebung der Elektroden beschränkt, und weiter, dass eine Strömung in der durchflossenen Stelle nach dem negativen Pole zu statt hat. Ferner, dass durch den constanten Strom Puls und Temperatur herabgesetzt, die Spannung der Gefässe vermehrt wird. Inwieweit sich diese Thatsachen zur Erklärung einer Wirkung verwerthen lassen, wollen wir dahingestellt sein lassen, jedenfalls handelt es sich um Einflüsse, die nach verschiedener Richtung Wirkungen ausüben können. Die Wirkung des Faradi'schen Stromes mit häufiger Unterbrechung auf das Nervensystem ist bekannt, seine Wirkung bei Neuralgien im Bereiche des Genitalapparates daher leicht verständlich.

Diesen theoretischen Schlüssen entsprechen die aus der Praxis berichteten Ergebnisse vollständig; der Faradi'sche Strom ist wirksam bei Neuralgie, der constante ausserdem vorwiegend als Resorption beförderndes Mittel und örtlich wirkendes Aetzmittel.

Werfen wir noch einen Blick auf die Berechtigung der Anwendung des elektrischen Stromes bei den verschiedenen Erkrankungen, so erscheint dieselbe auf Grund theoretischer Gründe,

sowie der praktischen Erfahrung angezeigt und die gemeldeten Erfolge einer Nachprüfung werth bei:

1) Hysterie und Hysteroneuralgie.

Bei ersterer ist die Elektrizität mit Vorsicht anzuwenden. Weitere Versuche und Beobachtungen müssen zeigen, inwieweit allgemein Faradisation, elektrische Bäder u. s. w. wirksam sind. Bei Neuralgie dagegen ist nach einstimmigem Urtheile der constante Strom sowohl wie der Faradi'sche von grosser Wirksamkeit, ohne dass bis heute festgestellt, in welchen Fällen der eine oder der andere erfolgreicher ist.

Weiter der Prüfung werth erscheint die Elektrizität bei allen Formen der Dysmenorrhoe, sowohl der so häufigen einfachen, der Qual so vieler Frauen und Mädchen, als auch der schwereren, welche mit Entzündungsvorgängen der Schleimhaut, des Gewebes der Gebärmutter, mit Stenosen des Cervicalcanales u. s. f. einhergehen. Hier vermag das Mittel, indem es beruhigend auf die Schmerzen wirkt, auch gleichzeitig das Grundleiden günstig zu beeinflussen.

Gegen Dysmenorrhoea membranacea scheint die Elektrizität Erfolge aufzuweisen zu haben, die zu weiteren Versuchen auffordern.

Amenorrhoe wird nur dann einen Gegenstand der elektrischen Behandlung bilden, falls es sich um nicht hochgradige Entwicklungshemmung handelt. Immerhin ist bei der Erfolglosigkeit anderer Mittel ein Versuch, der allerdings längere Zeit fortgesetzt werden muss, auch bei anderen Formen gestattet.

Bei Stenosen des Cervicalcanales scheint die Anwendung der Methode berechtigt. Bei Stricturen der männlichen Harnröhre wird dieselbe bereits seit längerer Zeit mit Erfolg ausgeübt. Die Mittheilung, dass die sich bildende Narbe nur geringe Neigung zur Zusammenziehung hat, erscheint nach der polaren Wirkung des Stromes wahrscheinlich. Sollte sich dies bestätigen, so würde damit die Ueberlegenheit des Verfahrens über die blutige Erweiterung entschieden sein, während sie vor der unblutigen den Vorzug grösserer Raschheit der Wirkung und geringerer Schmerzhaftigkeit bei gleicher Einfachheit voraus hat.

Bei Erkrankungen der Eierstöcke möchte die Elektrizität einer Nachprüfung werth sein. Es wird wohl Wenigen in den Sinn kommen, dieselbe zur Beseitigung von Ovariencysten zu

versuchen, trotz der neuerlichen, allerdings beschränkten Empfehlungen Apostoli's und Benedict's. Bei chronischen Entzündungsvorgängen jedoch in den Eierstöcken und Eileitern möchte ein Versuch selbst mit Punctionen berechtigt sein, zumal, ehe zu einer Laparatomie geschritten werden soll. Die Erfolge Apostoli's sind theilweise sehr gute und unleugbare. Weniger befreunden werden sich die meisten Fachgenossen mit der Verwendung der Elektropuncturen bei acuten oder subacuten Fällen, wie sie Apostoli ebenfalls empfohlen. Es möchte doch die Gefahr der Berstung einer Pyosalpinx oder Verschlimmerung der Entzündung zu nahe liegen.

Gegen Metritis chronica und Subinvolutio möchte ein Versuch berechtigt sein; besseres wird sie, wenigstens direct, hauptsächlich gegen Endometritis leisten. Hier scheint die Elektrizität die grösste Zukunft zu haben und bestimmt zu sein, das Heilmittel in erster Linie zu werden und an die Stelle jeder intrauterinen Behandlung einschliesslich des Ausschabens zu treten. Sie ist einfacher, schmerzloser, ungefährlicher als jedes andere Verfahren, lässt sich beinahe ambulatorisch ausführen, und neben der örtlichen Wirkung kommt noch die interpolare des constanten Stromes zur Geltung. Leistet sie auch nicht mehr als andere Verfahren, so scheint sie mir dasselbe einfacher zu leisten.

So warm auch von manchen Seiten die Verwendung bei Peri- und Parametritis, auch in acuten Formen empfohlen wird, so möchte doch auch hier dasselbe gelten, wie bei Oophoritis und Salpingitis. Hier haben uns die bisherigen Mittel gute Erfolge geliefert; wo dieselben im Stiche lassen, bei alten Exsudaten u. s. w., mag ein Versuch mit der Elektrizität, selbst in Form von Punctionen erlaubt sein.

Die Lageveränderungen wurden früher vielfach in den Bereich der elektrischen Behandlung gezogen und grosse Hoffnung auf dieselbe gesetzt. Dieselbe hat sich wohl nicht erfüllt. Der Gedanke, einzelne Muskelbänder der Gebärmutter oder die Muskelfasern der Bänder zu stärken, ist wohl schön, aber kaum durchführbar. Am ehesten möchte noch die Einwirkung auf die hyperplastische Gebärmutter von Nutzen sein. Der Versuch bei Prolapsus erscheint Angesichts der trefflichen Erfolge Thure Brandt's wohl überflüssig.

Entschieden geboten ist wohl eine weitere Prüfung des Verfahrens vor allem bei den Uterusmyomen. Wenn Männer wie

Spencer Wells, Keith und Andere für eine Sache eintreten, so muss dieselbe geprüft werden, und dies um so mehr, da durch sie dem Kranken lebensgefährliche Operationen erspart werden sollen.

Aber auch abgesehen von den Empfehlungen stehen heute so viele Thatsachen ihrer Wirkung fest — Thatsachen, wie Verminderung oder Beseitigung der Blutungen, Besserung oder vollkommene Heilung allgemeiner Erscheinungen, Verkleinerung der Geschwulstmasse —, dass es nicht mehr gestattet ist, an dieser Wirkung zu zweifeln. Die uns bisher zu Gebote stehenden Mittel, wie Ergotininjectionen, beharrlich durchgeführt, Bäder in Kreuznach und ähnlichen Heilquellen, haben allerdings theilweise ähnliche Erfolge aufzuweisen. Dennoch aber sind dieselben nicht derart, dass wir uns nicht freuen sollten, ein weiteres Mittel zu besitzen, welches auch vor allem gegen die bedrohlichste Erscheinung, die Blutungen, rascher zu wirken scheint, als jene.

Es ist daher Pflicht der deutschen Gynäkologen, gerade bei den Uterusmyomen das Verfahren Apostoli's einer ersten Prüfung zu unterziehen.¹⁾

L i t e r a t u r.

1880.

Möbius: Vortrag in der geburtshülflichen Gesellschaft zu Leipzig. Deutsche medicinische Wochenschrift Nr. 26.

Buck: Elektrizität als Hilfsmittel bei Behandlung von Uterinerkrankungen. St. Louis medical Journal, Juli.

1881.

Mundé: Heilbarkeit der Lageveränderungen. Internationaler medicinischer Congress in London. Centralblatt für Gynäkologie, S. 407.

Milne Murray: Bei Incontinentia urinae. Edinburgh medical Journal, p. 907.

Apostoli: Des applications thérapeutiques de l'électricité. Revue de thérapeutique, Dec.

Mann: Ueber intrauterine Therapie. Lancet, Juli.

1882.

Semeleder: Bei Ovariencyste. American Journal of Obstetrics, Juli.

1883.

Onimus: Studien über Physiologie und Pathologie der Elektrisirung und Contractilität der Gebärmutter. Archives générales de médecine, p. 641.

1) Die Abhandlung war Anfang März druckfertig, so dass spätere Mittheilungen nicht benutzt werden konnten.

- Apostoli: Sur l'emploi nouveau de la terre glaise. Bulletin général de thérapie, Dec.
 — Sur un nouvel excitateur utérin, double ou bipolaire. Gazette des Hôpitaux, Mars.

1884.

- Conrad: Ueber Anwendung elektrischer Ströme in der Gynäkologie. Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte Nr. 8.
 Möbius: Ueber neue elektrotherapeutische Arbeiten. Schmidt's Jahrbücher, Bd. 201, S. 281.
 Jolly: Untersuchungen über Leitungswiderstand des menschlichen Körpers. Strassburg, Trübner.
 Apostoli: Sur la faradisation utérine double. Union médicale, II, 709, 733.
 Zweifel: Elektrolytische Behandlung der Uterusfibroide. Centralblatt für Gynäkologie, S. 793.
 Apostoli: Ueber neue elektrische Behandlung der Perimetritis. Internationaler Congress in Kopenhagen. Centralblatt für Gynäkologie, S. 596.
 — Hysterométrie intrautérine. Gazette des Hôpitaux, Nr. 88.
 Rockwell: Bei Subinvolution. Medical Record, 60.
 Thevenot: Faradisation utérine. Union médicale, 266.
 Apostoli: Sur la faradisation double ou bipolaire. Union médicale, Oct., Nov.
 — Sur un nouveau traitement électrique des tumeurs fibreuses de l'utérus par Charles Carlet. Paris, Doin.
 — Sur l'application de l'électricité aux affections de l'estomac. Internationaler Congress in Kopenhagen.

1885.

- Freeman: Bei Myomen. New York medical Journal, März.
 Everett: Bei Myomen. New York medical Journal, April.
 Bayer: Elektrizität in Geburtshilfe und Gynäkologie. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. XI, 1.
 Blackwood: Bei Unterleibsstörungen. Policlinic Nr. 9.
 Löwenthal: In der kleinen Gynäkologie. Naturforscherversammlung zu Strassburg. Centralblatt für Gynäkologie, S. 659.
 Apostoli: Sur un nouveau traitement électrique de la douleur ovarienne chez les hystériques. Archives de tologie, Juni.
 — Sur un nouveau traitement électrique de l'hématocèle péri-utérine. Archives de tologie, Nov.
 Mundé: Elektrizität als therapeutisches Mittel in der Gynäkologie. Medical Record, Nov.
 Grützner: Elektrolytische Wirkung der Inductionsströme. Breslauer ärztliche Zeitschrift, S. 265.

1886.

- Eulenburg: Gegenwärtiger Stand der Elektrotherapie. Berliner klinische Wochenschrift, S. 181, 203.
 Stein: Dosirung. Berliner klinische Wochenschrift, Nr. 56.
 Rondel: Eléctricité médicale. Paris, Doin.
 Apostoli: Sur un nouveau traitement de la métrite chronique et en particulier de l'endométrite par la galvano-caustique chimique intra-utérine. Congrès de Nancy.
 — De la galvano-puncture chimique vaginale, négative en gynécologie. Union médicale, Oct.

Apostoli: Notes complémentaires sur mon traitement électrique des fibromes utérins. Gazette des Hôpitaux, Oct.

— De la galvano-puncture dans certains fibromes utérins.

1887.

Martin: Myome. Internationaler Congress in Washington. American Journal of Obstetrics, Oct.

— Elektrolysis in der Gynäkologie. Journal of the American medical association, Juli 1886.

Freeman: Myome. Journal of the American medical association, Juli 1886.

Martin: Myome. Journal of the American medical association, Jan.

Apostoli: Myome. Internationaler Congress in Washington. American Journal of Obstetrics.

G. Engelmann: Bei Lageveränderungen. Courier of Medicine, März, April.

— Ueber polare Methode. Medical News, Mai.

Obstetrical Society New York. American Journal of Obstetrics, März. Discussion.

Cutter: Fünfzig Fälle von Myomen. American Journal of Obstetrics, Febr.

Clemens: Elektrizität und Massage in der Gynäkologie. Allgemeine medicinische Centralzeitung, 1477.

Obstetrical Society New York. American Journal of Obstetrics, April. Verhandlung.

Gynecological Society Chicago. American Journal of Obstetrics, August. Verhandlung.

American Gynecological Society. American Journal of Obstetrics, October. Verhandlung.

Internationaler medicinischer Congress in Washington. American Journal of Obstetrics, October. Verhandlung.

Voltolini: Elektrolyse. Deutsche medicinische Wochenschrift, Nr. 27.

v. Ziemssen: Die Elektrizität in der Medicin. 5. Aufl. Berlin, Hirschwald.

Apostoli: Sur un nouveau traitement de la métrite chronique et de l'endométrite. Paris, Doin.

Droste: Elektrotherapie in gynäkologischen Fällen, besonders bei Neurosen. Würzburg. Diss.

Groydon: In gynecological practice. Philadelphia medical news, 703.

Halbert: In gynecological practice. St. Louis Courier of Medicine, Nr. 25.

Martin: In gynecological practice. Chicago medical Journal and Examiner, Nr. 34.

Ménière: Electrothérapie gynécologique.

Rockwell: Allgemeines. New York medical Journal, Nr. 54.

Taylor: Allgemeines. Birmingham medical Review, 61—66.

Webb: Myome. British medical Journal, 1379.

Mann: A System of Gynecology. By American Authors.

Apostoli: Myome und Verhandlung. British medical Association. Congress zu Dublin. British medical Journal, Oct.

Stevenson: Myome. British medical Journal, Oct.

The electric treatment of fibroid tumours of the uterus. Redactions-Artikel. British medical Journal, July.

The treatment of uterin fibroids by electrolysis. Redactions-Artikel. British medical Journal, Oct.

L. Tait: Myome. British medical Journal, Oct., Nov., Dec.

Playfair: Myome. British medical Journal, Nov.

Skene Keith: Myome. British medical Journal, 3. Dec.

Thomas Keith: Myome. British medical Journal, 10. Dec.

Apostoli: Perimetritis und Parametritis. British medical Association. Congress Dublin. British medical Journal, 1094.

1888.

Fry: Bei Dysmenorrhoe. American Journal of Obstetrics, Jan.

Savage: Besuch bei Apostoli. Lancet, Juli 1887.

Scott: Bei Myomen. American Journal of Obstetrics, März.

G. Engelmann: Vortrag in der Gesellschaft für Gynäkologie in Berlin.
Centralblatt für Gynäkologie, S. 313.

Werner: Bei Myomen. American Journal of Obstetrics.

Skene Keith: Bei Myomen. Edinburgh medical Journal, Febr.

Smith: Bei Flexionen. American Journal of Obstetrics, Juni.

G. Engelmann: The use of Electricity in Gynecological practice.

Apostoli: Sur un nouvel excitateur en charbon. Gazette des Hôpitaux 1887,
Januar.

Martin: Bei Myomen. American Journal of Obstetrics, Juni.

Playfair: Allgemeines. Lancet, Juli.

Jacobi: Bei Myomen. American Journal of Obstetrics, Aug.

Benedict: Allgemeines. Berliner klinische Wochenschrift, Nr. 30.

Gehring: Neuer Trokar. American Journal of Obstetrics, Aug.

Massey: Philadelphia medical times, p. 387, 432.

Robson: Lancet, II, 8, 363.