jener von anderen bereits eingebürgerten, bequemen Verfahren nachsteht, sehe ich von der näheren Beschreibung der betreffenden Apparate ab.

Bestimmung der Harnsäure und der Xanthinbasen. Bei der gemeinsamen Abscheidung von Harnsäure und Xanthinbasen mittelst ammoniakalischer Silberlösung und Bestimmung des Stickstoffs im Niederschlag erhält man bei directer Fällung im Harn (Vorgehen nach Haycraft¹⁾) merklich höhere Werthe als nach vorgängiger Entfernung des Tripelphosphatniederschlags (Verfahren nach Camerer²⁾). Löst man den nach Haycraft erhaltenen Niederschlag nach Huppert³⁾ in Bisulfitlösung und schlägt neuerdings Harnsäure und Xanthinbasen in Verbindung mit Kupferoxydul nieder, so erhält man, wie R. Arnstein⁴⁾ mittheilt, nahezu dieselben (durchschnittlich um 2,5 % höhere) Werthe wie nach Camerer. Weder die eine noch die andere Bestimmungsweise wird durch Anwesenheit der im Harn etwa vorhandenen geringen Mengen von Rhodan oder Albumose beeinträchtigt. Hingegen setzen sie beide die sorgfältige Entfernung von Eiweiss voraus, doch wird das Verfahren von Camerer durch geringen Eiweissgehalt nicht so störend beeinflusst wie jenes nach Haycraft. Auf Grund seiner Versuche empfiehlt Arnstein nachstehendes Vorgehen. 240 cc Harn werden in einem Messcylinder mit Magnesiamischung (100 g Chlormagnesium im Liter enthaltend) versetzt, mit 20 procentigem Ammoniak auf 300 cc aufgefüllt und vom Phosphatniederschlag abfiltrirt. Aus 125 cc des Filtrats (entsprechend 100 cc Harn) fällt man mit 10 cc ammoniakalischer Silberlösung (26 g Silbernitrat im Liter) Harnsäure und Xanthinbasen als Silberverbindungen, bringt den Niederschlag auf ein ausgewaschenes Filter und wäscht mit ammoniakalischem, dann mit reinem Wasser aus, bis das Waschwasser Lackmuspapier nicht mehr bläut. Ist das zuerst ablaufende Filtrat trüb, so muss es auf das Filter zurückgebracht werden. Ein Zusatz behufs Klärung — empfohlen wurden Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Talk — bietet keinen Vortheil. Im Niederschlag sammt Filter wird der Stickstoffgehalt nach Kjeldahl bestimmt. Die Differenz zwischen diesem Werth und dem Stickstoffgehalt der nach Ludwig-Salkowski bestimmten Harnsäure ergibt den Stickstoffwerth der Xanthinbasen.

1) Diese Zeitschrift **25**, 165.

2) Diese Zeitschrift **28**, 751 und **30**, 648.

3) Diese Zeitschrift **36**, 546.

4) Zeitschrift f. physiolog. Chemie **23**, 417.

Eine Vereinfachung der Silbermethode für ärztliche Zwecke glaubt E. H. Bartley¹⁾ durch nachstehende Modification erreicht zu haben: Man versetzt 50 oder 100 cc klaren Harns mit 5 cc Magnesiamischung und etwa 10 cc Ammoniak, erhitzt auf dem Wasserbad und setzt so lange $\frac{1}{50}$ Normal-Silberlösung zu, bis ein klar filtrirter Tropfen²⁾, mit Schwefelalkali zusammengebracht, keine wolkige Dunkelfärbung mehr gibt. Jeder Cubikcentimeter der Silberlösung entspricht 0,00336 g Harnsäure. Da der zur Erreichung der Endreaction benöthigte Silberüberschuss 1 % der Harnmenge beträgt, so ist dieser Betrag von dem verbrauchten Volumen Silberlösung abzuziehen. Bei Ausführung der Titration in der Hitze soll bloss die Harnsäure zur Abscheidung kommen. Lässt man nach beendetem Versuch erkalten und titrirt jetzt weiter, so ergibt sich ein weiterer Silberverbrauch bis zum neuerlichen Erreichen der Endreaction, welcher annähernd der Menge der vorhandenen Xanthinbasen entspricht.

Das Hopkins'sche Verfahren der Harnsäurebestimmung³⁾ hat O. Folin⁴⁾ einer eingehenden Untersuchung unterzogen. In Uebereinstimmung mit A. Cazé⁵⁾ fand er, dass ausser Chlorammonium auch andere Ammonsalze, Sulfat und Oxalat, sowie auch das von Cazé nicht geprüfte Acetat und Carbonat, bei Sättigung harnsaures Ammon völlig abscheiden. Er stellte aber weiter fest, dass hierzu die Sättigung nicht immer nöthig ist. So scheidet Zusatz von 10 % Ammonsulfat Ammonurat aus seiner Lösung bis auf einen Rest von 1 mg auf 100 cc Filtrat aus. Die Titrirung der Harnsäure mit Permanganat findet er, bei Zugrundelegung des von Hopkins angegebenen Wirkungswerthes (1 cc $\frac{1}{20}$ Permanganatlösung = 3,75 mg Harnsäure), bei Zusatz von 15 cc concentrirter Schwefelsäure auf 100 cc Flüssigkeit und bei Einhaltung einer Reactionstemperatur von 55—56°, sehr genau und empfehlenswerth. Eine Störung der Bestimmung durch etwa aus Harn mitgefälltes Xanthin und Hypoxanthin ist durch den Umstand ausgeschlossen, dass

1) The Journal of the American chemical Society **19**, 649; Chem. Centralbl. 1897, II, S. 644.

2) Zu diesem Zweck verschliesst Bartley eine Pipette unten mit Baumwolle, so dass nur klare Flüssigkeit in die Pipette eintritt, und entfernt die Baumwolle vor Auslassen des Tropfens.

3) Diese Zeitschrift **32**, 266 und **35**, 727.

4) Zeitschrift f. physiolog. Chemie **24**, 224.

5) Thèse 1895, Lille. Jahresbericht f. Thierchemie 1895, S. 80.

diese auf Permanganat nicht reagiren. Absichtlich zugefügtes Guanin erhöht die Harnsäurewerthe so unbedeutend, dass bei dem jedenfalls sehr geringen Guaningehalt des Harns von dieser Seite keine Störung zu befürchten ist. Auf Grund dieser Befunde gelangt Folin zu einem vereinfachten Verfahren, das er als das vorläufig beste wie nachstehend kurz beschreibt: Zusatz von Ammonsulfat bis zu 10 g für 100 cc Harn, zweistündiges Stehen, Waschen des Niederschlags mit zehnprocentiger Ammonsulfatlösung bis zum Verschwinden der Chlorreaction, Titrirung des gelösten Urates unter Zufügung einer Correctur von 1 mg zum Endresultat. Ueber die allgemeine Anwendbarkeit des Verfahrens soll weitere Prüfung entscheiden.

Neue methodische Vorschläge für die Bestimmung der Harnsäure liegen vor von F. W. Tunnicliffe und O. Rosenheim,¹⁾ dann von E. Riegler.²⁾ Beide setzen bei ihrer Anwendung auf Harn die Isolirung der Harnsäure in annähernd reinem Zustande voraus. Das Verfahren der zuerst genannten Untersucher ist ein acidimetrisches. Es beruht auf der Leichtlöslichkeit der Harnsäure in Piperidinlösung. Man vertheilt die zu bestimmende Harnsäure in Wasser, erhitzt zum Sieden und titirt mit $\frac{1}{20}$ Normalpiperidinlösung und Phenolphthalein als Indicator. 1 cc Piperidinlösung zeigt 0,0084 g Harnsäure an. Die Piperidinlösung wird durch Titiren auf $\frac{1}{20}$ Normalsalzsäure unter Verwendung des gleichen Indicators gestellt. Der Wägung gegenüber ergibt das Verfahren einen unbedeutenden Verlust.

Riegler's Vorschlag geht von der Beobachtung aus, dass 1 g Harnsäure beim Kochen mit concentrirter Salpetersäure 212—219 cc, im Mittel 215 cc Gas entwickelt. Die aus Harn durch Fällern mit Salzsäure (zweckmässiger nach Fokker, Hopkins oder Salkowski-Ludwig) erhaltene Harnsäure soll in einem hierzu geeigneten Apparat, zum Beispiel demselben, mit welchem Riegler auch die Harnstoffbestimmungen vornimmt, mit Salpetersäure zum Sieden erhitzt und ihre Menge aus dem Volumen des entwickelten Gases auf Grund obigen Befunds berechnet werden.

¹⁾ Centralbl. f. Physiol. 11, 434. Vorl. Mitthlg. im British med. Journal vom 27. Febr. 1897.

²⁾ Wiener med. Blätter 1897, No. 21, S. 347.

Schliesslich sei erwähnt, dass die Unzuverlässigkeit des Krüger-Wulff'schen Verfahrens¹⁾ neuerdings durch eine Untersuchung von A. E. Taylor²⁾ dargethan worden ist.

Nachweis von Histon und Nucleohiston im Harn. R. Kolisch und R. Burian³⁾ wiesen in dem Harn eines Leukämischen Histon in folgender Weise nach: Der eiweissfreie oder enteiweisste Harn wurde mit Alkohol gefällt, der Niederschlag mit heissem Alkohol gewaschen, dann in kochendem Wasser gelöst. Die Flüssigkeit, nach dem Abkühlen mit Salzsäure angesäuert und einige Stunden stehen gelassen, schied Harnsäure ab, die abfiltrirt wurde, worauf Ammon einen sich langsam absetzenden Niederschlag fällte, welcher auf dem Filter gesammelt und so lange mit ammoniakalischem Wasser gewaschen wurde, als das Filtrat noch die Biuretreaction gab. Der ausgewaschene Niederschlag war in Essigsäure löslich, erwies sich durch die Biuretreaction als ein Proteinkörper und durch sein Vermögen, beim Erhitzen in eine in Mineralsäuren leicht lösliche coagulirte Modification überzugehen, als ein Histon.⁴⁾

Vermuthlich war das gefundene Histon durch Zerfall von Nucleohiston in den Harn gelangt, doch war letzterer Körper im Harn nicht aufzufinden. Hingegen gelang A. Jolles⁵⁾ bei einem Fall von Pseudo-leukämie dieser Nachweis. Der Harn gab mit Essigsäure einen Niederschlag, welcher, abfiltrirt und mit verdünntem Natriumcarbonat gelöst, sich durch Bittersalz nicht aussalzen liess und, durch wiederholtes Lösen in Natronlauge und Ausfällen mit Essigsäure gereinigt, über 3 % Phosphor enthielt. Bei Behandlung mit einprocentiger Salzsäure während mehrerer Stunden wurde Histon abgespalten, welches das oben angegebene Verhalten zeigte.

1) Vergl. diese Zeitschrift **33**, 768 und **36**, 546.

2) Centralbl. f. innere Medicin **18**, 873.

3) Zeitschrift f. klinische Medicin **29**, 374.

4) Als Histon hat A. Kossel, Zeitschrift f. physiol. Chemie **8**, 511 einen aus den Kernen der Vogelblutkörperchen darstellbaren Eiweisskörper von obigen Eigenschaften beschrieben, der später von L. Lilienfeld (ebenda **18**, 482) auch als Spaltungsproduct des in den Leukocyten enthaltenen Nucleohistons aufgefunden wurde.

5) Berichte d. deutschen chem. Gesellschaft **30**, 172.