Archiv

des Apotheker = Vereins im nördlichen Deutschland für
die Pharmacie und deren Hülfswissenschaften.

XIX Bandes: zweites Heft.

Erste Abtheilung.

Naturhistorisch = physikalisch und chemisch pharmaceutische
Abhandlungen.

Apparat zur Auflösung der Harnsteine in der
Blase, vorgeschlagen

von

Robinet.

Nach einem besondern vom Verfasser für das Archiv günstig
eingeschickten Abdrucke aus dem Repertoire général
d'anatomie et de physiologie pathologique etc.
übersetzt von W. Brandes.

(Hierzu Tafel II.).

In einer der letzten Sitzungen der Academie der Wissen-
schaften zu Paris theilte Robinet seine ersten Ideen über
einen Apparat mit, welchen er zur Auflösung der Blasen-

seine durch chemische Mittel geschützt hielt. Da Robinet wünschte, daß seine Ansicht der Gegenstand einer ausgedehnten Arbeit von Seiten der Wundärzte werden möchte, so hat man das bekannt gemacht, was man über seinen Vorschlag sammeln konnte.

Die Auflösung des Problems kann so gesetzt werden:

- 1) den Harnstein zu fassen und in einen vollkommen verschlossenen Sack einzuschließen.
- 2) Einen Sack zu verfertigen, welcher den zur Auflösung der Harnsteine nothwendigen Flüssigkeiten widerstehen kann.
- 3) Die besten Auflösungsmittel für die verschiedenen Arten von Harnsteinen zu finden, die zu dieser Auflösung erforderliche Zeit und die günstigsten Umstände zu derselben zu bestimmen.

Um die erste Schwierigkeit zu lösen, schlägt Robinet den Apparat vor, dessen Beschreibung folgt. (Siehe die Tafel.)

Fig. 1. Ein Cylinder oder Sack, aus einem Hammelblinddarm bereitet; er ist von Natur durch eine seiner Enden geschlossen. Seine Länge muß ungefähr einen Fuß betragen, sein Durchmesser ist veränderlich.

Fig. 2. Ein cylindrisches Rohr, das eine kreisförmige sehr elastische Feder trägt, auf welcher der Sack befestigt werden muß. Die Länge beträgt einen Fuß.

Fig. 3. Der an der Feder befestigte Sack.

Fig. 4. Ein Stylet, dessen einer Theil sich wie eine Uhrfeder dreht; dieser Theil muß wenigstens 10 Zoll lang seyn.

Fig. 5. Eine grade Sonde, welche in ihrem Innern das Stylet aufnehmen kann. Die Länge ist 1 Fuß.

Fig.

Fig. 6. Eine Röhre, welche man in die Harnröhre einbringt, und die dem Apparate den Weg bahnen muß. Sie hat $3\frac{1}{2}$ Linie Durchmesser und 9 Zoll Länge.

Fig. 7. zeigt die elliptische Form, welche die Feder, woran der Sack befestigt ist, annimmt, um in die Röhre zu gelangen.

Fig. 8. stellt den Sack dar, in dem er aus der Röhre in das Innere der Harnblase tritt, wo er sich um sich selbst aufrollt.

Fig. 9. Der ganz in die Harnblase gekommene Sack; man sieht, wie seine Oeffnung durch die Feder ausgebreitet wird.

Fig. 10. Zustand des Apparates, wenn der Stein in den Sack hineingeführt und die Oeffnung dieses nach außen zurückgeführt ist.

Fig. 11. Eine Sonde mit doppelter Oeffnung, bestimmt, die auflösende Flüssigkeit in den Theil des Sacks, welcher den Stein einschließt, circuliren zu lassen.

Fig. 12. Lage des Apparates bei dem Gebrauche. Ein Thermometer dient, die Temperatur der auflösenden Flüssigkeit gehörig zu reguliren.

Es würde nach dieser Beschreibung überflüssig seyn, in die besonderen kleinsten Umstände bei der Verfahrensart mit dem in Rede stehenden Apparate einzugehen. Wir wollen uns auf eine kurze Erklärung beschränken.

Man feuchtet die Darmblase an, überstreicht sie, sowie alle andern Theile des Apparates, mit Del, bringt das Styilet (Fig. 4), indem man es abrollt, in die grade Sonde (Fig. 5); das Ganze wird in den Sack so gebracht, daß das äußerste Ende der Sonde den geschlossenen äußersten Theil

des Sacks berührt; mit diesem festen Körper führt man den Sack in die Röhre, welche zuvor in die Harnröhre gebracht worden ist. Ist das äußerste Ende des Sacks in die Harnblase gelangt, so zieht man die grade Sonde, welche die Wirkung des Stylets verhindert, zurück und fährt fort, mit diesem den Sack durchzubringen. Man sieht ein, daß es sich durch die Wirkung der Feder um sich selbst rollt, endlich gelangt so das offene Ende in das Organ und breitet sich, die Röhre verlassend, aus. Man erhält so den durch Fig. 9. dargestellten Apparat. Der Operateur sucht den Stein in den Sack zu führen, und zieht diesen zugleich mit der Feder, über welche derselbe gerollt ist, zurück. Nachdem das offene Ende an das entgegengesetzte der Röhre gebracht worden ist, zieht der Operateur das Stylet ganz zurück. Fig. 10. zeigt den Zustand des Apparates in dieser Periode der Operation. Endlich bringt man die Sonde mit doppeltem Lauf hinein und unterhält die Wirkung der Flüssigkeit so lange, als der Kranke die Gegenwart des Apparates ertragen kann. Es würde ohne Zweifel zuträglich seyn, die Röhre, deren Volumen und Form großen Schmerz verursacht, wegzunehmen und in dem Organ nur den Sack und die Sonde mit doppeltem Lauf zu lassen. Eben so zweckmäßig würde es seyn, wenn diese leicht gekrümmt und überhaupt sehr biegsam wäre. Auch könnte man in der Röhre, welche den Sack einschließt, eine Pincette bringen, die dazu bestimmt wäre, den Stein aufzusuchen. Die mit wissenschaftlichen Versuchen Vertrauten, welche täglich Zeugen der Wunder sind, die das Genie unserer Künstler hervorbringt, werden einsehn, daß der eben beschriebene Apparat einer großen Anzahl Verbesserungen fähig ist. *Robinet* hat es
für

für unnöthig gehalten, einige, welche jeder Chirurg einsehen würde, anzuzeigen. Er hat nur seine Idee so vorlegen wollen, daß jeder sie versuchen könnte.

Der zweite Theil des Problems besteht in der Bereitung der Säcke. Robinet hat in dieser Beziehung schon eine große Anzahl Versuche angestellt. Er ließ einfache, doppelte, drei- und vierfache Darmhäute bereiten, indem er durch Uebereinanderlegen 2, 3 oder 4 Häute vereinigen ließ, um so Säcke von verschiedener Stärke zu erhalten.

Die ersten Versuche mußten zum Zweck haben, den physischen Widerstand der Häute zu bestimmen. Robinet hat sich versichert, daß ein doppelter Sack die erforderliche Stärke besitze. Er hat darauf sich damit beschäftigt, die Wirkung der auflösenden Mittel auf die bloßen Häute zu untersuchen und zu diesem Zwecke in die einfachen, doppelten und dreifachen Säcke folgende Flüssigkeiten gebracht:

- 1) Eine Lösung von kaustischem Kali, aus 1 Th. Kali und 16 Th. Wassers.
- 2) Kalkmilch.
- 3) Eine Auflösung von 1 Theile Phosphorsäure in Syrupus-Consistenz in 12 Theilen Wassers.
- 4) Gewöhnlichen Essig.
- 5) Salzsäure mit ihrem sechsfachen Gewichte Wassers verdünnt.

Die mit diesen verschiedenen Flüssigkeiten gefüllten Säcke wurden in freier Luft aufgehängt.

Nach Verlauf von 24 Stunden war keiner zerrissen, aber sie hatten einen Theil der Flüssigkeit durchdringen lassen.

Die

Die einfachen Säcke enthielten davon nur noch eine geringe Quantität, die doppelten einen großen Theil, die dreifachen hatten fast nichts verloren. Nachdem sie einige Tage der Luft ausgesetzt waren, war der größte Theil der Säcke zerissen, aber genau an dem Theile, der unmittelbar über der Flüssigkeit gelegen und auf welchem sich die durch Verdunstung des Wassers concentrirte kaustische Substanz befand.

Es geht aus diesen Versuchen hervor, daß die Häute an und für sich einen sehr großen Widerstand gegen die Einwirkung der Auflösungsmittel zeigen, weil diese nur durch ein Durchsickern entweichen; man sieht keinen Grund ein, weshalb aus einem mit der kaustischen Flüssigkeit angefüllten Sacke, der sich in der Blase mitten in einer anderen entweder künstlich hineingebrachten oder natürlich sich darin vorfindenden Flüssigkeit befindet, die enthaltene Flüssigkeit herausgehe, um in der Blase zu circuliren. Der durch dieses Organ hervorgebrachte Druck wird selbst das Austreten der Flüssigkeit durch die Oeffnung des Sacks und nicht ihr Durchsickern bestimmen, weil sie auf einer Seite Widerstand, auf der andern aber völlige Freiheit finden würde.

Robinet hat sich darauf damit beschäftigt, die Darmhaut mit einem Firniß zu überziehen, der sie undurchdringlich mache, und hat auch in dieser Beziehung eine große Anzahl von Versuchen angestellt. Die Natur der Auflösungsmittel, welche man in die Säcke bringen muß, mußte die des Ueberzugs bestimmen. Es hat Robinet geschienen, daß derjenige, dessen man sich zur Bereitung des englischen Pflasters bedient, für die Säuren hinreichen müßte. Nachdem er deshalb die Darmsäcke mit Leinölfirniß bestrichen hatte, ließ er sie in einem geheizten Zimmer trocknen und

unterwarf sie einigen Versuchen. Säuren, selbst sehr concentrirte, zeigten keine Wirkung auf diesen Firniß, allein Kalilösung hatte ihn in sehr kurzer Zeit aufgelöst.

Der Kautschuck zog ebenfalls die Aufmerksamkeit des Autors auf sich, welcher die vielen Schwierigkeiten sehr wohl kannte, die mit der Anwendung dieser Substanz verbunden sind. Er hat nach einander versucht, den Kautschuck aufzulösen in Schwefeläther, Terpentinöl, Leinöl und endlich in einem besonderen Oele, welches ihm durch *Payen* zugeschickt war, und welches die Eigenschaft besitzt, Kautschuck in der Kälte aufzulösen. Durch diese verschiedenen Methoden ist *Robinet* dahin gelangt, Ueberzüge auf die Darmhäute zu bringen, welche alle erforderlichen Eigenschaften in sich vereinigt haben würden, wenn sie nicht alle eine wichtige Unbequemlichkeit gezeigt hätten; keiner von ihnen konnte hinlänglich ausgetrocknet werden, um nicht mehr klebend zu seyn. Indessen hat *Robinet* auf verschiedene Art die Mischungen dieser Lösungen mit Leinöl, Terpentinöl, Harz u. s. w. verändert; er hat die Wirkung des Alkohols geprüft, welcher bekanntlich die Eigenschaft besitzt, den Kautschuck aus seinen Lösungen zu fällen, und hante hiermit das, dem Firniß anhängende, flüchtige Del zu lösen und so den Kautschuck rein auf die Oberfläche der Haut zu lassen; aber alles ist vergeblich gewesen. *Robinet* erwartet, um seine Versuche fortzusetzen, Saft von dem Baume, welcher das elastische Gummi hervorbringt; man hat Ursache zu glauben daß er mit der natürlichen Lösung dieser Substanz das erwünschte Resultat erlangen werde.

Der dritte Theil der Arbeit endlich muß die Bestimmung der Auflösungsmittel, welche zur Lösung der Harnstei-

ne am geeignetsten sind, zum Gegenstande haben. Die kurze Zeit, welche verlossen ist, seitdem Robinet die erste Idee seiner Arbeit aufgefaßt hat, hat ihm nicht erlaubt, dieselbe in dieser Beziehung zu verfolgen. Er ist willens folgende Fragen zu lösen:

- 1) Welche sind die besten Auflösungsmittel für die verschiedenen Arten der Harnsteine?
- 2) Wie viel Zeit wird erfordert, um einen Harnstein von einem bestimmten Volumen und Gewicht aufzulösen?
- 3) Worin sind die frischen und ausgetrockneten Harnsteine hinsichtlich ihrer Löslichkeit verschieden?
- 4) Welchen Vortheil kann die Anwendung der auf einen bestimmten Temperaturgrad erhobenen Auflösungsmittel gewähren?
- 5) Welcher Vortheil kann von der Anwendung einer neuen Flüssigkeitsmenge erwartet werden, wenn sie derjenigen, in welcher der Stein einige Zeit gelegen hat, substituirt wird?

Wenn man nun annimmt, daß alle diese Versuche zu genügenden Thatsachen führen können, so fühlt man, daß der Arbeit noch der Chirurgi'sche Theil und die Versuche am Leichnam und lebenden Körper fehlen; allein es ist leicht vorherzusehen, daß in einer Stadt, welche so verschiedene Menschen in sich faßt und so viele Hülfsmittel darbietet, es weder an geschickten Operateurs noch an geschickten Subjecten fehlen werde.