L. PFAUNDLER. — Notiz über eine Explosion eines Sauerstoffgazometers aus Zinkblech. (Note sur l'explosion d'un gazomètre à oxygène, en zinc); *Wied. Ann. der Physik*, t. XVII, p. 170; 1882.

Un gazomètre en zinc, contenant de l'oxygène préparé depuis environ six mois, fit brusquement explosion lorsqu'on approcha une allumette pour essayer le gaz. La présence de l'hydrogène ne peut s'expliquer que par la dissolution dans l'eau du gazomètre des vapeurs acides du laboratoire; la cloche, en effet, était légèrement corrodée.

Il est donc prudent de recouvrir d'un vernis les cloches en zinc des gazomètres.

C. DAGUENET.