mit geschmolzenem Paraffin zu tränken, und an seiner Aussenseite, wo er an der Gefässwand anliegt, mit einem Kautschukring zu überziehen.

Der ursprünglichen Bevan'schen Form gegenüber, bei der ebenfalls ein Korkstopfen benutzt ist, hat die von den Verfassern vorgeschlagene wohl den Vorzug, dass sich leichter völlig luftdichter Schluss erreichen lässt.

Einen Dephlegmationsaufsatz zur fractionirten Destillation hat Francesco Anderlini*) angegeben. Die Einrichtung des Apparates ist in Fig. 31 dargestellt und daraus ohne jede weitere Beschreibung ersichtlich.

Unter dem Namen Universal-trockenprüfer ist von Kirchner**) ein patentirter Dampftrockenschrank beschrieben worden.

Der innere, zur Aufnahme der Proben bestimmte Raum desselben ist von einem doppelten Mantelraum umgeben, dessen innerer Theil mit Wasser gefüllt und unten wie gewöhnlich erhitzt wird, der äussere Mantelraum führt durch oben angebrachte Oeffnungen Luft an der Wand des Wasserbades herab; dieselbe tritt auf diese Weise vorgewärmt mittelst einiger, das Wasserbad durchsetzender Röhren in den eigentlichen inneren Trockenraum, geht durch die die Proben tragenden Siebböden hindurch und gelangt zugleich mit den entstehenden Wasserdämpfen durch ein im Deckel angebrachtes ziemlich hohes Abzugsrohr in die freie Luft, wobei dann immer eine neue vorgewärmte Luftmenge nachströmt.

Eine gleichfalls von dem Verfasser beschriebene Modification ist für die Erhitzung mit gespanntem Dampf eingerichtet, beruht aber sonst auf demselben Princip.

Apparate zum Filtriren, die sich zum Theil mehr zu präparativen als analytischen Zwecken eignen, hat P. Casamajor***) angegeben.

Einer derselben ist ein mit Sand oder auch mit Sand und Holzkohlenpulver gefülltes, rundes Kissen, das in einem cylindrischen Gefäss auf einen Siebboden gelegt wird, und zwar so, dass es dicht an den Wänden anliegt.

Fig. 31.

*) Chemiker-Zeitung 9, 941.

**) Chemiker-Zeitung 9, 640.

***) Chem. News 53, 194 und 248.