ich hier nur erwähnen. Als Vergleichsobject dienen bei demselben statt der Ammoniaklösungen von bekanntem Gehalt gelb gefärbte Gläser, von denen man so viele hinter einander einschaltet, dass man gerade dieselbe Färbung des durchfallenden Lichtes erreicht hat, wie sie durch die zu untersuchende Lösung verursacht wird.

Ein Colorimeter, welches Adolf Jolles*) angibt, beruht gleichfalls auf den bekannten Principien. Bezüglich dieses Apparates ist hervorzuheben, dass der Verfasser sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet hat, eine möglichst gleichmässige Beleuchtung der zu vergleichenden Flüssigkeiten herbeizuführen. Zu diesem Zwecke umgibt er die Cylinder mit einem Kasten, der nur unten in der Vorderwand einen Schlitz hat, durch welchen Licht eindringen kann. Dasselbe wird durch einen drehbaren Spiegel gleichmässig auf alle Cylinder geworfen, die man durch einen auf der Oberseite des Kastens befindlichen Schlitz beobachtet. Um bei stärker gefärbten Flüssigkeiten quer durch die Cylinder beobachten zu können, befindet sich in der Vorder- und Rückwand je ein schmaler, durch einen Schieber verschliessbarer Schlitz.

Barometer. Als Normalbarometer empfiehlt P. N. Raikow**) ein Heberbarometer mit einem in ähnlicher Weise wie bei dem Fortin'schen Barometer verstellbaren Quecksilberniveau. Um diese Verstellbarkeit zu erreichen, ist communicirend mit den beiden Barometerschenkeln noch ein drittes parallel mit diesen stehendes Rohr angebracht, welches oben eine Eisenfassung mit einem Schraubenmuttergewinde trägt. In dieses Rohr taucht ein Eisenstempel ein, welcher ein Schraubengewinde trägt und tiefer oder höher geschraubt werden kann. Er drängt dann mehr oder weniger Quecksilber in die beiden anderen Schenkel und gestattet so, das Niveau im offenen Schenkel vor jeder Beobachtung auf dieselbe Höhe — den Nullpunkt der Theilung des geschlossenen Schenkels — einzustellen.

Ein neues Barometer mit Luftthermometer hat Friedrich C. G. Müller***) angegeben. Dasselbe besteht aus einem heberförmigen, 5 mm weiten Rohr, dessen langer, geschlossener Schenkel oben in einer Kugel von 50 mm Durchmesser endet. In den offenen Schenkel

*) Zeitschrift für angewandte Chemie 1889 Heft 13; vom Verfasser eingesandt.

**) Chemikerzeitung 13. 760.

***) Annalen der Physik und Chemie [N. F.] 36, 763.

ist eine Kugel von 40 mm Durchmesser eingesetzt, über welcher sich jedoch das Rohr noch fortsetzt. Unterhalb der Kugel ist an diesen kurzen Schenkel ein horizontales Rohr mit Glashahn angesetzt. Die Mittelpunkte der beiden Kugeln liegen etwa 810 mm auseinander. Füllt man nun zunächst von unten aus das Rohr ganz mit Quecksilber und lässt dann aus dem Glashahn so viel ausfliessen, bis das Quecksilber in der oberen Kugel etwa bis zur Mitte gesunken ist, so hat man in dem Instrument ein umgekehrtes Gefässbarometer, bei welchem der Stand des Quecksilbers in dem geschlossenen Schenkel wegen der Weite der Kugel sich nicht merklich ändert und man somit nur Schwankungen des Quecksilberstandes an dem unteren, offenen Schenkel beobachtet und misst. Die Anwendung eines so grossen Toricelli'schen Vacuums macht auch das Auskochen des Quecksilbers unnöthig. Da alle Theile des Quecksilbers in dem offenen Schenkel, unterhalb des Meniscus, unter einem constanten von den Schwankungen des Luftdrucks unabhängigen Druck stehen, so eignet sich das Instrument auch sehr gut zu einer Verbindung mit einem Luftthermometer.

In ein heberförmig gebogenes, mit der Krümmung nach oben zeigendes Thermometerrohr ist im kürzeren Schenkel eine Kugel angeblasen, und dieser Schenkel wird dann zu einer Spitze ausgezogen, welche zugeschmolzen wird. Der lange Schenkel wird an ein weiteres, rechtwinklig gebogenes Stück Glasrohr angeschmolzen und dieses mittelst eines Stückchens Kautschukschlauch an das den Glashahn tragende Ansatzrohr des kurzen Barometerschenkels angefügt. In das rechtwinklig gebogene, untere, weite Rohr des Thermometers sind vor der Verbindung mit dem Barometer 2 cc von mit Indigo gefärbter, concentrirter Schwefelsäure gebracht worden. Oeffnet man den Glashahn des Barometers und bricht die Spitze an dem Thermometer ab, so steigt die Flüssigkeit in dem Thermometerrohr. Hat sie eine geeignete Höhe erlangt, so schmilzt man die Spitze wieder zu und hat nun ein empirisch zu theilendes, aber direct functionirendes Luftthermometer, an dessen Scala sich ohne weiteres die Temperatur ablesen lässt, da es, wie oben erwähnt, von dem äusseren Luftdruck ganz unabhängig ist.

Auf ein Barometer mit Contactablesung, welches J. J. Boguski und L. d. Natanson*) beschreiben und welches wesentlich für physikalische Zwecke bestimmt ist, kann ich hier nur hinweisen.

*) Annalen der Physik und Chemie [N. F.] **36**, 761.