Bei genauerer Betrachtung dieser Versuche erkennt man, dass es rathsamer ist, sofern man nicht lieber für verschiedenen Gehalt an Schwefelsäure verschiedene Erklärungsformeln annehmen will, die einfachere Ansicht über die Bildung des Traubenzuckers: „isomere Umwandlung in Dextrin unter Aufnahme von Wasser zu Traubenzucker,“ festzustellen; zumal in neuerer Zeit die directe Ueberführung von Dextrin in Traubenzucker durch Kochen mit Schwefelsäure durch Payen bestätigt wurde.

Ich mache darauf aufmerksam, dass des Verf. Versuche auch für die Bestimmung der Stärke in Form von Traubenzucker Beachtung verdienen, indem sie zeigen, dass bei Anwendung von zu wenig Schwefelsäure nicht alle Stärke in Traubenzucker übergeführt wird, somit also bei der Titrirung bedeutende Fehler entstehen können. Aus dem Versuche No. 8 ergibt sich, dass bei Anwendung von 10 Grm. Stärke 1 Grm. englische Schwefelsäure zur Traubenzuckerbildung erforderlich ist. Der Versuch lässt jedoch nicht ersehen, wie es kommt, dass trotz dem Verschwundensein von Dextrin zu wenig Stärke gefunden wird. 40 Grm. wasserhaltige Stärke, entsprechend 32,9892 Grm. wasser- und aschenfreier Stärke, haben, wie die Tabelle sagt, nur 31,5 Grm. wasserfreien Zucker geliefert, während 36,6547 Grm. hätten gefunden werden müssen. Da eine so erhebliche Differenz obwaltet, so ist dieselbe wohl nicht einer mangelhaften Versuchsausführung zuzuschreiben, und verdient daher die Methode der Stärkemhlbestimmung in Form von Traubenzucker durch Fehling'sche Kupferlösung eine eingehende Prüfung. — Bn.

Apparat zur Darstellung sog. Trockensubstanz für agriculturchemische Analysen. Gelegentlich seiner Untersuchungen über die Cichorie bringt Hugo Schulz*) auch die angewandten analytischen Methoden zur Sprache und empfiehlt dabei folgenden Trockenapparat für Pflanzentheile etc. als vorzüglich. Der aus Kupfer gearbeitete Cylinder ist 2 Fuss hoch und hat 2 Fuss Durchmesser. Er besitzt doppelte Wandungen und vorn zwei übereinanderstehende Thürchen. Die äussere und innere Wandung hat 2 Zoll Distanz. Der untere hohle Raum wird mit circa 20 Pfund Wasser gefüllt, am besten mit destillirtem, um jede Kesselsteinbildung zu verhüten. Mittels dreier zusammenhängender Bunsen'scher Brenner wird dasselbe zum Kochen gebracht und Luft wie Dampf durch einen Messinghahn und Glasrohr

*) Landwirtschaftl. Versuchsst. Bd. 9, p. 213.

in ein kleines mit Wasser gefülltes Gefäß b (Fig. 20) eingeleitet. Ist das Wasser im lebhaften Kochen, so schliesst man den Hahnen, regulirt die Flammen und lässt zeitweise Dampf ausströmen. Ein Sicherheits- und Rückschlag-Ventil (c) gibt jede Garantie vor Gefahr; ein Wasserstandsrohr (d) unterrichtet von dem Stand der Füllung. An den Thüren befinden sich kleine Schieber (e); an dem oberen Theile des Apparates ein Dunstrohr (f) und eine Fassung für das Thermometer (g), welches nicht, wie es durch ein Versehen in der Zeichnung scheint, innerhalb des Rohres angebracht ist, sondern ausserhalb desselben. Von aussen ist der Apparat mit dickem Filz eingenäht, wodurch eine bedeutende Gasersparung eintritt. — Die zu trocknenden Pflanzentheile werden auf mit Papier belegten Holzgittern in den Schrank geschoben und trocknen binnen 24 Stunden vollständig aus. Während dieser Zeit verzehrt der Apparat 175 Cubikf. Gas und ca. 1 Pfd. Wasser, welches durch das Füllloch wieder durch Nachgiessen von Neuem ersetzt wird. *)

Fig. 20.

Zur Bestimmung des Salpetersäuregehaltes landwirthschaftlicher Culturpflanzen bedienen sich R. Frühling und H. Grouven **) der Methode Schlösing's, dessen Apparat sie etwas vereinfacht haben. Die Bereitung des zur Untersuchung dienenden Extractes vollführten die Verf. auf folgende Art. Die getrockneten und fein geschnittenen Pflanzentheile wurden mit 50 proc. Weingeist in starke Glasflaschen mit Hülfe eines Pistills fest eingestampft und erstere dann so verschlossen, dass jedes Pflanzentheilchen unter dem Niveau des Weingeistes stand. Zur Bestimmung der Salpetersäure dienten durchschnittlich 500 Grm. Trockensubstanz, eine Menge, welche einerseits, wie bei den Cerealien, bis auf 700 Grm. erhöht werden musste, anderer-

*) Nach der Angabe des Hrn. Dr. Hugo Schulz in Magdeburg stellt sich der Preis des Apparates auf 80 Thlr.

**) Landwirthsch. Versuchsst. Bd. 9, p. 9—37 und p. 150—157.