2. Ueber die Messung tiefer Temperaturen; von L. Holborn und W. Wien.

(Mittheilung aus der 1. Abtheilung der Physikal.-Techn. Reichsanstalt.)

Ueber die Messung tiefer Temperaturen mit dem Wasserstoffthermometer liegen Versuche bis zur Temperatur der flüssigen Luft unseres Wissens nur von Wroblewski und Olszewski vor. Letzterer gibt an¹⁾, dass das Wasserstoffthermometer bei -150° von dem Stickstoffthermometer um etwa 1° abweicht und zieht hieraus den Schluss, dass das Wasserstoffthermometer bei -200° noch mit grösserer Annäherung die absolute Temperatur misst, als das Stickstoffthermometer bei -150° , weil sich der Wasserstoff bei -200° noch über seiner kritischen Temperatur befindet. Wir haben bei der Temperatur der flüssigen Luft das Wasserstoffthermometer mit dem Luftthermometer verglichen und einen Unterschied von nur $0,6^{\circ}$ gefunden, wenn die Füllung in beiden Fällen bei 0° ungefähr den Druck von einer Atmosphäre besitzt. Hieraus ergibt sich mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit, dass das Wasserstoffthermometer selbst noch unterhalb -200° als zuverlässige Grundlage der Temperaturmessung angesehen werden kann.

Zur Herstellung der tiefen Temperaturen mittels flüssiger Luft und zu den Messungen stellte Hr. Prof. Linde in entgegenkommendster Weise seinen neuen Gegenstromapparat²⁾ und das Laboratorium der Gesellschaft für Linde's Eismaschinen in München zur Verfügung.

Die flüssige Luft wurde direct aus dem im Gegenstromapparat circulirenden Luftstrom entnommen und hatte infolge dessen schon sogleich anfangs einen grösseren Gehalt an Sauerstoff. Sie sah schwach bläulich aus und war milchig getrübt durch herumschwimmende Theilchen von fester Kohlensäure,

1) Olszewski, Beibl. **10**. p. 679. 1886.

2) C. Linde, Wied. Ann. **57**. p. 328. 1896.

die sich wahrscheinlich aus der Atmosphäre allmählich gesammelt hatten. Wie auch sonst noch angestellte Versuche bewiesen, mischt sich die feste Kohlensäure nicht mit der flüssigen Luft.

Die siedende Luft liefert gut brauchbare Temperaturbäder. Es ändert sich die Temperatur eines solchen Bades allerdings langsam mit der Zeit, indem aus der flüssigen Luft zuerst der Stickstoff in grösserer Menge verdampft, da seine Siedetemperatur tiefer liegt als die des Sauerstoffs. Die zurückbleibende Flüssigkeit wird folglich an Sauerstoff immer reicher, und ihre Siedetemperatur steigt. Vollständig constant verhalten sich dagegen Bäder aus reinem flüssigen Sauerstoff, die auch einigemal benutzt wurden. Der Sauerstoff wurde mit Hülfe der flüssigen Luft condensirt.

Constante Temperaturen weiter hinauf kann man alsdann mit schmelzendem Aethyläther und dem bekannten Gemisch von Alkohol und fester Kohlensäure herstellen. Bei diesen Temperaturen hat es keine Schwierigkeit, das Wasserstoffthermometer mit anderen Thermometern zu vergleichen. Als solche wurden im vorliegenden Falle *Widerstandsthermometer aus reinem Platin* (von Heräus bezogen) und *Thermoelemente aus Eisen- und Constantandraht* gewählt. Dies Thermoelement wurde besonders deshalb anderen vorgezogen, weil es nächst dem Wismuth-Antimonelement von allen bekannten die grösste Empfindlichkeit besitzt.

Einerseits um uns von den Ungleichmässigkeiten der benutzten Temperaturbäder möglichst unabhängig zu machen, andererseits um auch noch bei den Zwischentemperaturen, für die uns keine constanten Bäder zur Verfügung standen, eine gute Uebereinstimmung zu erzielen, haben wir wieder eine Anordnung benutzt, die sich schon früher bei unserer Messung der hohen Temperaturen¹⁾ gut bewährt hat. Wir haben nämlich den Platinwiderstand, der mit dem Wasserstoffthermometer zu vergleichen war, ins Innere des Gasthermometergefässes eingeführt und die Zuleitungen in die Glaswände eingeschmolzen. Die Einschmelzstellen ertragen die tiefe Temperatur sehr gut, wenn die Abkühlung allmählich vorgenommen wird: es ist uns

1) L. Holborn u. W. Wien, Wied. Ann. **47**. p. 107. 1892.

kein Gefäß an der Einschmelzstelle gesprungen. Ausser den in die Glasgefässe eingeschmolzenen Widerständen haben wir noch eine Anzahl anderer Platinwiderstände in flüssiger Luft und in einem Gemisch von Alkohol und fester Kohlensäure mit dem Wasserstoffthermometer verglichen. Es zeigten sich dabei Abweichungen im Temperaturcoefficienten, sowohl bei zwei verschiedenen Sorten von reinem Platin, als auch bei Drahtstücken von derselben Rolle. Man ist deshalb auch bei tiefer Temperatur darauf angewiesen, die Widerstände mit dem Gasthermometer zu vergleichen. Im allgemeinen nimmt der Temperaturcoefficient mit sinkender Temperatur zu.

Die Thermoelemente zeigten keine merklichen Abweichungen untereinander, wenn die Drähte von derselben Drahtsorte stammten. Sie wurden nur in flüssiger Luft und in dem Gemisch von Alkohol und fester Kohlensäure mit dem Wasserstoffthermometer verglichen. Die Empfindlichkeit nimmt mit sinkender Temperatur ab.

Um Anschluss an die früheren Messungen zu gewinnen, wurde der Siedepunkt des Sauerstoffs bestimmt. Ferner wurden noch die Schmelzpunkte einiger organischer Substanzen, die krystallinisch erstarren, mit dem Thermoelement gemessen.

Fig. 1.

§ 1. Vergleichung des Platinwiderstandes mit dem Wasserstoffthermometer.

Der 0,05 mm dicke Draht des zu vergleichenden Platinwiderstandes war bifilar auf ein Glimmerkreuz von 45 mm Länge und 13 mm Durchmesser gewickelt. Die Enden waren an Metallstücke gelöthet, die voneinander isolirt auf die Arme des Kreuzes geklemmt waren. Von diesen Metallstücken gingen auch die Zuleitungen aus, die einen Durchmesser von 0,5 mm hatten. Die Kugel des Gasthermometers besass eine Ausstülpung von etwa 6 cm Länge, an deren Ende die Zuleitungen eingeschmolzen waren. Der Widerstand schwebte infolge dessen frei im Innern der Kugel (Fig. 1).

Das Manometer des Gasthermometers war nach der Jolly'schen Construction von Böhm & Wiedemann in München angefertigt. Die Schlitten bewegten sich an einer Holzsäule, in die ein Maassstab aus Spiegelglas eingelassen war. Unterhalb der festen Marke, die zur Einstellung diente, setzte sich das Glasrohr des festen Schenkels noch in einer Länge von 800 mm fort, sodass der Innendruck an der Ansatzstelle für den Gummischlauch immer grösser als der Aussen-
druck blieb. Andernfalls dringt leicht Luft ein.

Die Kugel des Gefässes (von 7 cm Durchmesser) sammt der Ausstülpung fasste 206,0 ccm, der schädliche Raum (Capillare von 1,3 mm Durchmesser + Raum über der Spitze) 0,92 ccm. Da die Correction für den Einfluss des schädlichen Raumes der absoluten Temperatur proportional ist, so ist sie bei der Messung tiefer Temperaturen sehr gering. Sie betrug in unserem Falle bei -190° nur $0,1^{\circ}$. Ebenso ist die Correction wegen der Ausdehnung des Glases gering, und es ist deshalb vorläufig davon Abstand genommen, die Ausdehnung des Glases bei tiefer Temperatur besonders zu bestimmen. Als cubischer Ausdehnungscoefficient ist 0,000024 angenommen.

Den Wasserstoff, mit dem das Gefäss gefüllt wurde, stellten wir auf electrolytischem Wege her. Um den Sauerstoff zu entfernen, der etwa durch Diffusion mit übergehen konnte, ging der Wasserstoff zuerst durch eine Waschflasche, die eine Lösung von Pyrogallussäure mit einem Zusatz von Kalilauge enthielt. Darauf wurde der Wasserstoff durch Chlorcalcium und Phosphorsäureanhydrid getrocknet. Bevor die Entwicklung begann, wurden erst das zu füllende Gefäss, sowie die Trockenröhren und Waschflaschen mit der Quecksilberluftpumpe vollständig evacuirt und dabei mehrfach mit Wasserstoff ausgespült. Zur Verbindung der einzelnen Theile des Entwicklungsapparates dienten Glasfedern, die mit Siegelack gekittet waren.

Mit dem Gefäss wurden verschiedene Beobachtungsreihen angestellt, und zwar mit zwei verschiedenen Wasserstofffüllungen, deren Druck bei 0° häufig zwischen den einzelnen Sätzen controllirt wurde. Er betrug bei der ersten Füllung 761,9, bei der zweiten 781,6 mm Quecksilber (von 0°).

Aus den beobachteten Drucken des Wasserstoffthermo-

meters wurde die Temperatur t nach folgender Formel berechnet:

$$t = \frac{p - p_0}{0,00366 p_0 - 0,000024 p} \left(1 + \frac{0,00407 p}{p_0 (1 + 0,00366 t_s)} \right).$$

Hier bezeichnet p den Druck bei t , p_0 den Druck bei 0° und t_s die Temperatur des schädlichen Raumes.

Die flüssige Luft, die als Temperaturbad diente, befand sich in einem dünnwandigen Becherglase, das gegen Zuleitung der Wärme von aussen gut geschützt war. Man konnte auf diese Weise erreichen, dass die Verdampfung so langsam verlief, dass sich die Temperatur 10 Minuten lang nicht merklich änderte. Die Temperatur der benutzten Luftbäder schwankte, je nachdem mehr oder weniger Stickstoff schon verdampft war, zwischen den Grenzen $-186,4$ und $-190,2^\circ$. Die Menge flüssiger Luft eines jeden Bades betrug mindestens $1\frac{1}{2}$ l.

Als Beispiel, wie sich die Temperatur der siedenden Luft mit der Zeit ändert¹⁾, möge hier ein Versuch angeführt werden, wo flüssige Luft in einem Becherglase, das nicht besonders gegen Wärmezufuhr geschützt war, schnell verdampfte. Die Temperatur der flüssigen Luft wurde mit dem Thermoelement gemessen. Am Ende des Versuches war die Flüssigkeit etwa auf den vierten Theil ihrer anfänglichen Menge verdampft:

Minuten	
0	$-189,1^\circ$
6	188,5
11	187,8
18	186,0
28	185,7
32	185,3
37	$-184,8$

Die Temperaturbäder aus Alkohol und fester Kohlensäure zeigten bei ihrer Grösse und guten Einpackung stets eine hinreichende Constanz, auch wenn die feste Kohlensäure nicht im Ueberschuss vorhanden war. Die auf diese Weise erzielten Temperaturen sind auch schon deshalb nicht stets gleich, weil derselbe Alkohol wiederholt benutzt wurde und der Wassergehalt dabei zunahm.

1) Vgl. auch v. Wroblewski, Wied. Ann. 25. p. 371 und 26. p. 134. 1885.

Die Temperaturen zwischen -185° und -79° wurden mit der Anordnung beobachtet, wie sie Fig. 2 darstellt. Das Gefäß des Gasthermometers mit eingeschmolzenem Platinwiderstand W_g war von einem Kupfercylinder a von 20 cm Höhe und 8 cm Durchmesser umgeben, den wiederum ein Cylinder b aus Weissblech umschloss. Der Zwischenraum zwischen den beiden Cylindern betrug etwa 2 cm. Das Ganze stand in einem Becherglas c . Bei der ersten Beobachtungsreihe war der Zwischenraum zwischen den beiden Metallcylindern mit Paraffin ausgefüllt, später mit Aether. Das Ganze wurde dadurch, dass flüssige Luft in das Becherglas gegossen wurde, unter -180° abgekühlt. Man beobachtete alsdann bei langsam ansteigender Temperatur gleichzeitig Wasserstoffthermometer und Widerstand.

Fig. 2.

In dem Falle, wo der Zwischenraum Aether enthielt, gefror dieser. Wenn nun die Temperatur allmählich anstieg und der Aether zu schmelzen begann, wurde er noch mit einem ringförmigen Rührer in Bewegung gesetzt. Man erzielte auf diese Weise in der Nähe des Aetherschmelzpunktes eine Temperatur, die ebenso lange constant blieb wie die des Bades von flüssiger Luft. Das Becherglas war natürlich gegen Wärmezufuhr von aussen möglichst von allen Seiten geschützt.

In der folgenden Tabelle sind die Beobachtungen zusammengestellt und in Fig. 3 graphisch aufgetragen. Der Widerstand ist nach der Wheatstone'schen Brückenmethode bestimmt, die Kupferzuleitungen sind in Abzug gebracht.

Vergleichung des eingeschmolzenen Widerstandes W_g mit dem Wasserstoffthermometer.

$$W_g = 48,37 \text{ Ohm bei } 0^{\circ}.$$

In Bädern von flüssiger Luft.		— 189,8 ^o	13,37	Ohm	Im Kupfercylinder umgeben von Paraffin.	
		189,8	13,38			
— 190,2 ^o	13,28	Ohm	188,7	13,50	— 187,5 ^o	13,92 Ohm
190,2	13,29		188,3	13,54	187,5	13,92
190,1	13,31		189,7	13,35	186,9	13,98
— 189,8	13,36		— 189,6	13,37	— 186,3	14,13

-185,7°	14,24	Ohm	-178,8°	15,52	Ohm	-129,7°	24,82	Ohm
184,8	14,37		175,3	16,24		126,5	25,41	
183,9	14,52		145,5	21,87		124,9	25,92	
183,5	14,66		139,1	23,13		122,4	26,21	
182,5	14,84		132,9	24,23		116,4	27,51	
181,8	15,00		128,2	25,14		115,5	27,59	
144,7	22,11		121,8	26,33		107,3	29,20	
139,0	23,17		118,5	26,94		109,3	28,78	
132,8	24,36		116,9	27,22		-109,6	28,67	
118,5	26,97		115,8	27,42		In Bädern von Alkohol und fester Kohlensäure.		
112,8	28,03		115,1	27,56				
108,5	28,87		114,7	27,70		-79,0	34,12	
103,8	29,77		115,8	27,47		78,6	34,20	
180,8	15,29		115,6	27,49		78,5	34,21	
180,3	15,38		115,4	27,54		70,5	35,80	
179,2	15,58		115,1	27,56		38,7	41,54	
-174,9	16,39		-114,3	27,73		38,1	41,63	
Im Kupfercylinder, um-			Im Kupfercylinder, um-			18,7	45,16	
geben von Aether.			geben von Aether.			-18,1	45,27	
-169,3	17,45		-175,4	16,25				
172,1	16,86		179,5	15,47				
172,8	16,72		180,9	15,19		-75,7	34,82	
172,8	16,72		175,2	16,23		79,5	33,99	
171,9	16,88		174,8	16,33		79,2	34,04	
187,2	13,91		168,4	17,49		79,1	34,09	
187,3	13,88		164,3	18,36		56,0	38,31	
186,6	13,99		155,4	20,09		55,4	38,41	
185,5	14,23		147,0	21,66		57,0	38,44	
183,0	14,72		140,4	22,88		78,5	34,17	
-181,2	15,04		-133,5	24,19		-78,5	34,16	

Die Temperatur lässt sich als Function des Widerstandes durch eine Gleichung zweiten Grades bis auf ungefähr 1° Genauigkeit darstellen, während die mittleren Abweichungen der Beobachtungen nur einige Zehntel Grad betragen. Die Gleichung lautet

$$t = -258,3 + 5,0567 W_g + 0,005855 W_g^2.$$

Die Formel ist auf Grund der Werthe des Widerstandes bei 0°, in Kohlensäure und in flüssiger Luft berechnet. Nach ihr ergeben sich für die Werthe des Widerstandes:

$$W_g = 27,56 \quad 23,13 \quad 21,87,$$

die Temperaturen:

$$114,5^\circ \quad 138,2^\circ \quad 144,9^\circ;$$

während die beobachteten

$$115,1^\circ \quad 139,1^\circ \quad 145,5^\circ$$

sind.

Wenn es gestattet wäre, diese Formel für Temperaturen unter -190° zu extrapoliren, so würde für die Temperatur

$$-258,3^{\circ}$$

der Widerstand Null werden.

Ausser dem eingeschmolzenen Widerstande haben wir noch Platinwiderstände gemessen, die auf Glimmerplatten aufgewickelt und in Kupferbüchsen eingeschlossen waren. Die Glimmerplatten, an deren Enden Kupferstreifen zur Versteifung und Befestigung der Zuleitungen angeklemt waren, schwebten frei in den hermetisch geschlossenen Kupferbüchsen. Die Zu-

Fig. 3.

leitungen aus Platin waren aus den Büchsen in Glasröhren herausgeführt, die an dem einen Ende mit der Kupferwandung, andern mit der Zuleitung verlöthet waren. Die Glasröhren waren an den Löthstellen vorher platinirt und nachher galvanisch verkupfert. Diese Anordnung hatte den Vortheil, dass die Widerstände

bei jeder Temperatur und in jedem Bade gemessen werden konnten, ohne dass Nebenschlüsse durch die Leitung der Bäder zu befürchten waren. Ausserdem waren die Widerstände gegen mechanische Einflüsse vollständig gesichert.

Diese Widerstände sind einmal in Bädern von flüssiger Luft, sodann in solchen aus Alkohol und fester Kohlensäure mit dem Wasserstoffthermometer verglichen worden. Das Gefäss des Gasthermometers lag hierbei neben den Widerständen. Auch sind die Büchsenwiderstände im Dampfe des siedenden Wassers mit Hülfe eines gewöhnlichen Siedeapparats gemessen. Die Resultate der Beobachtung sind in der folgenden Tabelle enthalten. Es sind in dieser der Vergleichung halber auch die in Glas eingeschmolzenen Widerstände W_g , W'_g

Abhängigkeit der verschiedenen Platinwiderstände von der Temperatur.

t	W_2	W_3	W_5	W_7	W_{10}	W_{13}	W_{14}	W_g	W'_g	W_0
0°	32,66	37,72	39,00	38,20	38,08	55,79	39,97	48,37	48,57	47,79
- 78,5	22,79	26,30		26,70		38,88		34,21		
- 78,2			27,11		26,53					
- 185,3 ¹⁾	8,85		10,48	10,44	15,03		10,86	14,30		
- 189,6	8,01		9,64	9,52		13,78		13,37		12,64
- 189,1		9,34			9,55				13,64	
+ 100,1	45,01				52,38	76,89	55,09			
+ 100,3			53,77	52,64						
+ 99,6		51,95								
$\alpha(0^\circ \dots + 100^\circ)$	0,003778	0,003788	0,003776	0,003769	0,003752	0,003771	0,003772	—	—	—
$\alpha(0 \dots - 78)$	0,003850	0,003857	0,003899	0,003836	0,003879	0,003861	—	0,003729	—	—
$\alpha(-78 \dots - 189)$	0,004073	0,004065	0,004021	0,004018	0,004021	0,004050	—	0,003878	—	—
$\alpha(0 \dots - 189)$	0,003981	0,003979	0,003971	0,003960	0,003962	0,003971	0,003930	0,003816	0,003803	0,003879

1) In einem Bade von nahezu reinem Sauerstoff.

und W_0 mit aufgenommen. W'_g befand sich in einem Luftthermometergefäß, das als Reserve diente und W_0 in dem Gefäß, worin der Sauerstoff condensirt wurde und auf das wir unten näher zu sprechen kommen. W_2 und W_3 bestanden aus Platindraht von 0,1 mm Durchmesser, alle anderen aus solchem von 0,05 mm Durchmesser. Es sind in der Tabelle gleichzeitig noch die mittleren Temperaturcoefficienten α , bezogen auf 0° , angegeben.

Der Platindraht für die Büchsenwiderstände ist vor dem Wickeln in schwacher Rothgluth ausgeglüht, bei den eingeschmolzenen Widerständen ist dies nicht geschehen. Für die Haltbarkeit der Widerstände ist dieser Unterschied nicht von Belang. Es haben sich sogar wider Erwarten die geglühten Drähte in der ersten Zeit nach dem Wickeln mehr geändert, wie die nicht ausgeglühten.

§ 2. Vergleichung des Thermoelements Constantan-Eisen mit dem Wasserstoffthermometer.

Die Thermoelemente wurden im Bade von flüssiger Luft und in einem Gemisch von Alkohol und fester Kohlensäure mit dem Gasthermometer verglichen. Sie wurden erstens compensirt mit einem Daniell'schen Element, das wiederum durch ein Cadmiumelement controlirt wurde, zweitens mit einem Zeigergalvanometer nach d'Arsonval, wie wir es früher bei der Messung hoher Temperaturen angegeben haben,¹⁾ gemessen. Die Löthstellen mit Kupfer befanden sich stets auf 0° .

Bezeichnet x die thermoelectrische Kraft in Mikrovolt und t die Temperatur, so ergibt sich für die Abhängigkeit beider voneinander die Formel

$$t = -0,01780 x - 0,000\,000\,8784 x^2,$$

entsprechend den Werthen für

$$t = -78,3^\circ \quad x = 3720$$

$$t = -189,1 \quad x = 7700.$$

Was die Uebereinstimmung verschiedener Thermoelemente untereinander betrifft, so hatten zuerst verschiedene Stücke einer Sorte von Constantandraht, der in sich nicht gleichmässig war, bei der Temperatur der flüssigen Luft Unterschiede in ihrem

1) L. Holborn und W. Wien, Wied. Ann. 56. p. 395. 1895.

thermoelectrischen Verhalten, denen Unterschiede der Temperatur bis zu 2° entsprachen. Dagegen wies 1 kg Constantandraht (von 0,5 mm Durchmesser) einer anderen Lieferung (von Wolff, Berlin, bezogen) keine solchen Unterschiede auf. Dieser Draht war in seiner ganzen Ausdehnung gleichartig. Ebenso war dies mit dem Eisendraht der Fall. Die angegebene Formel bezieht sich auf die zweite Sorte von Constantandraht.

In Verbindung mit einem Zeigergalvanometer ist das Thermoelement sehr bequem für die praktische Messung tiefer Temperaturen, da man damit ohne geringe Mühe auch an solchen Stellen messen kann, die wegen der dicken Hüllen gegen Wärmezufuhr sonst nur schwer zu erreichen sind. Das Galvanometer kann nach der einmal bekannten Abhängigkeit der thermoelectrischen Kraft von der Temperatur geaicht werden, sodass man unmittelbar die Temperaturgrade abliest. Bei dem Linde'schen Gegenstromapparat wurde z. B. die Löthstelle zwischen Constantan und Eisen direct an die eiserne Röhre, die den Luftstrom leitete, angelöthet und auf diese Weise die Temperatur der im Innern circulirenden Luft vor und hinter dem Regulirventil gemessen.

§ 3. Siedepunkt von Sauerstoff mit 7,6 Proc. Stickstoff.

Da wir nicht auf die Herstellung von reinem Gas eingerichtet waren, mussten wir uns mit käuflichem Elkan'schen Sauerstoff begnügen. Nach einer nachträglich von Hrn. Mylius ausgeführten Analyse enthielt das Gas übereinstimmend mit dem Inhalt anderer Bomben aus derselben Quelle noch 7,6 Proc. Stickstoff. Ueber die Correction des Resultates auf reinen Sauerstoff lässt sich zur Zeit nur sagen, dass sie wohl innerhalb eines Grades liegen wird.

Der Sauerstoff wurde durch Abkühlung in einem kugelförmigen Glasgefäß von 8 cm Durchmesser (Fig. 4) condensirt, der den eingeschmolzenen Platinwiderstand W_0 enthielt. Dieses Gefäß war vorher zusammen mit dem Luftthermometergefäß in ein Bad von flüssiger Luft gebracht und der Widerstand W_0 auf das Wasserstoffthermometer bezogen.

War das Gefäß genügend mit flüssigem Sauerstoff gefüllt, so wurde es aus dem Kühlbade herausgezogen, und der Sauer-

stoff siedete an freier Luft. Für die Siedetemperatur ergaben sich folgende Werthe:

W_0	t	Barometer	Mittel aus
13,73	— 184,0°	712,4 mm	4 Beobacht.
13,67	— 184,4°	710,2 „	14 „
13,69	— 184,3°	710,5 „	8 „
13,70	— 184,2°	711,0 mm	

Messung der Dampfspannung. Um den Siedepunkt vom niedrigen Münchener Barometerstand auf 760 mm zu reduciren, wurde noch die Dampfspannung des Sauerstoffs bei der Tem-

Fig. 4.

peratur der flüssigen Luft mit Hülfe derselben Anordnung beobachtet. Da es sich nur um eine Correction von 1° handelt, so wird die lineare Extrapolation keinen merklichen Fehler bringen.

Bei der Messung der Dampfspannung blieb das Gefäß in der flüssigen Luft. Hahn *c*, sowie der seitliche Hahn von *b* waren geschlossen. Die Temperatur wurde durch den eingeschmolzenen und zur Controle noch durch einen in die flüssige Luft eingetauchten Widerstand gemessen. Gleichzeitig wurde der Druck im Gefäß am Manometer abgelesen. Brauchbare Resultate erhielt man nur, wenn der flüssige Sauerstoff stark geschüttelt wurde.

Es ergab sich für $W_0 = 13,05$ Ohm, entsprechend der

Temperatur von $-187,5^{\circ}$, ein Druck von 547 mm. Mittels linearer Extrapolation erhält man hieraus und aus dem Druck 711 mm für $-184,2^{\circ}$ für den Siedepunkt bei 760 mm Druck den Werth $-183,2^{\circ}$.

Siedepunktsbestimmung mit dem Thermolement. Ausserdem wurde der Siedepunkt des Sauerstoffs mit Hülfe des Thermolements Eisen-Constantan bestimmt. Zu diesem Zweck diente eine unten geschlossene Glasröhre (Fig. 5) von etwa 4 cm Durchmesser. Oben war eine engere Glasröhre angeschmolzen, in die das hineinragende Thermolement luftdicht eingekittet war. Durch ein seitliches Rohr wurde der Sauerstoff eingeleitet, die Luft zunächst ausgetrieben und das Gas alsdann durch Kühlung in $\frac{1}{2}$ Stunde zu einer 30 cm hohen Flüssigkeitssäule condensirt. Bei dem Sieden an freier Luft bei 712 mm Druck wurde bei verschiedenen Versuchen die thermoelectrische Kraft zu 7520, 7520, 7560, 7570, im Mittel also zu 7540 Mikrovolt gefunden.

Einem Druck von 760 mm würde darnach in Uebereinstimmung mit dem früheren eine Siedetemperatur von $-183,2^{\circ}$ entsprechen.

Die Siedetemperatur schwankte zuweilen um einige Zehntel Grad, sodass eine grössere Genauigkeit auf diesem Wege überhaupt nicht zu erreichen ist. Es erklärt sich diese Erscheinung wohl aus ähnlichen Ursachen wie die Ungleichmässigkeiten in der Temperatur des siedenden Wassers.

Mit dem obigen Werthe stimmt eine Beobachtung ($184,1^{\circ}$ bei 708 mm), wo das Luftthermometer ohne eingeschmolzenen Widerstand unmittelbar in den flüssigen Sauerstoff tauchte, gut überein.

Bisher liegen Bestimmungen des Siedepunktes vom Sauerstoff von Wroblewski und Olszewski vor. Ersterer¹⁾ gibt $-181,5^{\circ}$ bei 740 mm an, welchen Werth letzterer²⁾ neuerdings auf $-182,5^{\circ}$ bei einer Atmosphäre verbessert hat.

Fig. 5.

1) v. Wroblewski, Wied. Ann. 25. p. 401. 1885.

2) Olszewski Wied. Ann. 56. p. 133. 1895.

Nimmt man nach Wroblewski an, dass der Siedepunkt der Luft von normaler Beschaffenheit um $9,6^{\circ}$ tiefer als der des reinen Sauerstoffs liegt, so wäre unser Werth unter der Voraussetzung, dass der Siedepunkt eines Gemisches von Sauerstoff und Stickstoff proportional mit dem Stickstoffgehalt abnimmt, auf $-182,3^{\circ}$ zu verbessern, wenn er für reinen Sauerstoff gültig sein soll. Dasselbe ergibt sich, wenn man den Unterschied zwischen den Siedepunkten des Sauerstoffs und Stickstoffs nach Wroblewski auf $11,6^{\circ}$ annimmt.

§ 4. Schmelzpunkte einiger organischer Substanzen.

Von den bei gewöhnlicher Temperatur flüssigen Verbindungen scheint es fast nur organische Substanzen zu geben, die noch unter -100° flüssig bleiben. Wir haben uns bemüht, eine Anzahl Flüssigkeiten herauszufinden, deren Schmelzpunkt möglichst tief liegt, wobei die Herren Prof. v. Baeyer und Prof. Thiele die Freundlichkeit hatten, uns ihren Rath zu ertheilen.

Der Schmelzpunkt wurde mit Hülfe des Thermoelementes in folgender Weise bestimmt. Ein weites Reagensglas von etwa 4 cm Durchmesser wurde bis zur Höhe von etwa 8 cm mit der Flüssigkeit gefüllt und in flüssige Luft getaucht. Die Löthstelle des Thermoelementes wurde ungefähr in die Mitte der Flüssigkeit gebracht, sodass sie hier einfro. Wenn die ganze Masse fest und noch unter dem Schmelzpunkt gekühlt war, wurde das Glas aus der flüssigen Luft herausgenommen und gegen Wärmezufuhr von aussen möglichst gut isolirt. Die Temperatur stieg dann, bis die Substanz zu schmelzen anfang. Während des Schmelzens blieb sie bei fortwährendem Rühren lange Zeit, in einigen Fällen während einer halben Stunde, constant.

Die folgende Tabelle enthält die Schmelzpunkte für solche Substanzen, die krystallinisch fest wurden und einen bestimmten Schmelzpunkt erkennen liessen.

Ammoniak	3740 Mikrovolt	— $78,8^{\circ}$
Toluol	4660	— $102,0$
Ameisensaures Methyl	4870	— $107,5$
Schwefelkohlenstoff	5070	— $112,8$
Aether	5250	— $117,6$
Bromäthyl	5550	— $129,5$

Für den Schmelzpunkt des Aethers gibt Olszewski $-117,4^{\circ}$ an, für den des Schwefelkohlenstoffs „etwa -110° “. ²⁾ Der Aether stammte von Kahlbaum und war über Natrium destilliert. Das zur Schmelzpunktsbestimmung benutzte Toluol ist nachträglich von Hrn. Mylius untersucht, der angiebt, „dass es fast ganz innerhalb eines Grades übersiedete (Siedepunkt $110,3^{\circ}$) und gar kein Benzol enthielt. Wasser liess sich kaum eine Spur (weniger als $\frac{1}{10}$ Proc.) darin nachweisen.“

Andere Substanzen, die wir noch beobachteten, blieben freilich noch bei tiefer Temperatur flüssig, hatten aber keinen bestimmten Schmelzpunkt, sondern bildeten eine gallertartige Masse, die allmählich hart wurde. Hierher gehören die Alkohole (möglicherweise, weil sie noch Reste von Wasser enthielten). Aber auch Amylen bildete bei der Temperatur der siedenden Luft eine zähflüssige Masse; am flüssigsten blieb in dieser Temperatur Petroleumäther.

§ 5. Vergleichung von Wasserstoff- und Luftthermometer.

Wir haben schliesslich noch das Gefäss mit dem eingeschmolzenen Widerstande W_g mit Luft gefüllt und mit dem Luftthermometer die Temperatur der flüssigen Luft gemessen. Die Luftfüllung wurde in ähnlicher Weise wie die Wasserstofffüllung vorgenommen; an die Stelle der Waschflasche mit Pyrogallussäurelösung war eine solche mit Kalilauge getreten. Der Druck der Füllung betrug bei 0° 772,4 mm Quecksilber (0°).

Als das Gefäss in flüssige Luft getaucht wurde, ergaben sich folgende Resultate:

W_g	t_H	t_L	$t_H - t_L$
13,31 Ohm	$-189,9^{\circ}$	$-190,6^{\circ}$	$0,7^{\circ}$
14,03	$-186,4$	$-186,9$	$0,5$

Hier bedeutet W_g den beobachteten Widerstand und t_H die hieraus nach p. 219 abgeleitete Temperatur nach dem

1) Landolt u. Börnstein, Tabellen 2. Aufl. p. 164.

2) Olszewski, Wied. Ann. 20. p. 253. 1883.

Wasserstoffthermometer. t_L ist die Temperatur, welche sich aus der Beobachtung mit dem Luftthermometer unter Annahme des Ausdehnungscoefficienten 0,00367 berechnet.

Dies Ergebniss zeigt, dass die Luft hier als ein vom Sättigungszustand entfernter Dampf aufzufassen ist, der den Gasgesetzen nahe folgt.

Charlottenburg, 26. Juli 1896.