bewirkt man, wenn die Trennung erfolgt ist, und bekommt dann in dem Mafse, wie das Röhrchen von innen nach aussen verschoben wird, erst die leichteren (respektive klaren, dann die schwereren, respektive Sediment enthaltenden) Teile. Die Zentrifuge erlaubt die Verarbeitung grösserer Mengen und eine höhere Tourenzahl, ist aber selbstverständlich für kleine Mengen nicht verwendbar.

Eine neue Laboratoriums-Vakuumpumpe, welche von der Firma Gustav Christ und Co., Berlin¹⁾ gebaut wird, ist eine für Hand- oder Motorenbetrieb eingerichtete Kolbenluftpumpe, welche Verdünnungen bis zu 1 mm Quecksilberdruck liefert und somit zwar nicht für alle physikalischen Zwecke genügt, aber für fast alle chemischen ausreicht. Hier handelt es sich einerseits um die Destillation solcher Körper, welche sich bereits bei sehr niedriger Temperatur zersetzen und daher nur unter sehr geringem Druck unzersetzt verdampft werden können, und andererseits um das Trocknen von Substanzen, die bei der erforderlichen tiefen Temperatur unter normalem Luftdruck gar nicht oder nur schwer trocken werden. Um die für diese Zwecke notwendige, dem absoluten Vakuum sehr nahe kommende Luftverdünnung zu erzeugen, ist bei der Konstruktion der Pumpe zunächst von dem Saugventil Abstand genommen, so dass in der Saugleitung dem Zylinder gegenüber kein Überdruck erforderlich ist. Ferner ist das Auspuffventil mit einer Flüssigkeitsschicht bedeckt, so dass auch bei etwaiger Undichtheit Luft nicht zurückgesaugt werden kann. Schliesslich ist der schädliche Raum auf ein Minimum dadurch reduziert, dass der Kolben in den Zylinder luftdicht eingeschliffen ist. Der nun noch zwischen beiden verbleibende geringe Raum wird durch eine Schicht Öl ausgefüllt, welches eine besondere Ölzirkulationsleitung dem Kolben zuführt. Die Pumpe besitzt einen leichten Gang, da jedes reibende Dichtungsmaterial fehlt.

Eine neue Bürette zum genaueren Einstellen von Normallösungen beschreibt A. Hesse²⁾. An eine gewöhnliche, in $\frac{1}{10}$ cc eingeteilte Bürette ist oben und unten je ein erheblich engeres, in $\frac{1}{100}$ cc geteiltes Stück angesetzt. Die Teilung des oberen Stücks umfasst einen Raum von 0,5, die des unteren einen solchen von 2 cc. Der mittlere Teil der Bürette enthält 48,5 cc. An den Übergangsstellen selbst fehlt die Skala, da sie stets fehlerhaft ausfallen würde. Die Füllung der Bürette geschieht mittels eines an ihrem unteren Teile seitlich angebrachten Stutzens.

¹⁾ Chemiker-Zeitung 29, 198.

²⁾ Chemiker-Zeitung 28, 1172.

Oben ist das (enge) Mündungsrohr mit einem becherartigen Aufsatz versehen, um ein leicht eintretendes Übersteigen der Flüssigkeit zu vermeiden. Verwendbar ist die Bürette für jede Titration, sobald nur deren Endpunkt innerhalb der unteren in $\frac{1}{100}$ cc ausgeführten Teilung liegt. Die Teilung des Mittelstücks wäre demnach überflüssig, das heisst, sie kann nur zu Messungen von der Genauigkeit gewöhnlicher Büretten dienen.

Eine Gasaussaugvorrichtung für analytische Zwecke, die bestimmt ist, bei der Entnahme von Gasen aus Öfen, Kanälen etc., also Räumen, in denen Unterdruck herrscht, am Anfang die Luft auszusaugen, hat K. Voigt¹⁾ angegeben. Sie besteht aus der Kombination eines Gummidoppelgebläses mit einer gläsernen Saugdüse, die nach dem Prinzip der Strahlpumpen konstruiert ist.

Modifizierte Gasbüretten werden von J. Zrzawy²⁾ — besonders für Untersuchungen von Brand- und Schlagwettern — empfohlen. Die Hempel'sche Bürette hat den Nachteil, dass sie nur in $\frac{1}{10}$ cc eingeteilt ist, so dass bei dem geringen in Arbeit genommenen Gasvolumen ein Ablesungsfehler leicht zu grösseren Analysendifferenzen führen kann. Um diese zu vermeiden, benützt der Verfasser als Bürette ein weiteres, zylindrisches Gefäss, von 75 cc Inhalt, welches in ein langes Rohr von kleinem Durchmesser ausläuft. Dieses besitzt einen Inhalt von 25 cc und ist in $\frac{1}{100}$ cc eingeteilt. Die Bürette ist in üblicher Weise mit einem Wassermantel umgeben und steht mit der Niveauröhre in Verbindung. Der Verfasser bedient sich bei der Analyse einer Kombination von zwei solchen Büretten, von denen bei einer das enge Rohr (mit der Einteilung von 0—25 cc) oben, bei der anderen das enge Rohr (mit der Einteilung von 50—75) unten angebracht ist, so dass man das Gas je nach seiner Menge in der einen oder der anderen Bürette misst.

Ein Kaliapparat, den Hans Türk³⁾ konstruiert hat, besteht aus drei konzentrisch in einander gesetzten Flaschen, von denen je die innere durch ein an ihrem oberen Ende angesetztes, heberförmig gebogenes Rohr mit der die innere Flasche umgebenden äusseren, bis auf deren Boden das Rohr nahezu reicht, in Verbindung steht. Der gemeinsame, aber jedes von dem anderen Gefäss abschliessende Hals

¹⁾ Zeitschrift f. angew. Chemie 18, 173.

²⁾ Chemiker-Zeitung 28, 1172.

³⁾ Chemiker-Zeitung 27, 281.