Grundlage der Scala von der Genauigkeit der Bestimmung des Ausdehnungscoefficienten der Gase abhängt und somit nicht unwesentlich unsicherer ist, als die bisherige. Wir können uns somit, entsprechend dem Artikel der Chemiker-Zeitung, nur ganz entschieden gegen die Einführung dieser neuen Scala aussprechen.

Um die Dispersion von Prismenspectroskopen erheblich zu steigern, stellt G. Guglielmo¹⁾ vor die unteren Objectivhälften von Collimator- und Beobachtungsfernrohr auf der Vorderseite versilberte Glasspiegel, welche gegen die Verticale schwach geneigt sind. Hierdurch wird ein Theil des Lichtes mehrmals durch das Prisma hin- und hergesandt, wodurch die Dispersion bedeutend vergrößert wird. Ein starker Lichtverlust ist dabei natürlich unvermeidlich.

Um Siedeverzug und das damit verbundene Stossen siedender Flüssigkeiten zu vermeiden, bringt man nach E. Beckmann²⁾ in die Heizfläche besser leitende Stellen an, z. B. in Glaskolben Warzen von sogenanntem Schmelzglas; noch besser wird der Zweck erreicht, wenn man durch die Heizfläche mit Hilfe von Schmelzglas entsprechend dicke Stücke Metalldraht (Platin, platinirtes Eisen) hindurchführt. In solchen Gefäßen kann Schwefelsäure ohne Gefahr destillirt und die Oxydation mit Permanganat in alkalischer Lösung ohne jedes Stossen vorgenommen werden.

Ueber einige Formen von Densimetern, bei welchen gleichen Dichte-intervallen gleiche Theilstrichdistanzen entsprechen, hat Ed. Janisch³⁾ Untersuchungen gemacht. Er findet, dass um dies zu erreichen, bei kreisförmigem Querschnitt der Schaft des Aräometers die Gestalt eines spitzen Hyperboloides besitzen, d. h. die Rotationsfigur einer gleichseitigen Hyperbel bilden muss, welche die Axe der Aräometerspindel und die Horizontale als Asymptoten besitzt; bei rechteckigem Querschnitt sind die Leitlinien der Flächen Parabel-differential-curven.

Ein Pyknometer für Syrup bringt K. C. Neumann⁴⁾ in Vorschlag. Dasselbe hat die Form einer Erlenmeier'schen Flasche, deren

¹⁾ Rend. du R. Ac. dei Lincei **6**, 195; durch Beibl. z. d. Ann. d. Phys. u. Chem. **15**, 105.

²⁾ Zeitschr. f. angew. Chemie 1890, S. 534.

³⁾ Arch. d. Math. u. Phys. von Grunert-Hoppe **9**, 332; durch Beibl. z. d. Ann. d. Phys. u. Chemie **15**, 69.

⁴⁾ Z. Zuck. B. **14**, 545; durch Zeitschrift f. angew. Chemie 1890, S. 602.

Boden ziemlich hoch und kegelförmig eingedrückt ist. Hierdurch soll eine möglichst gleichmässige und schnelle Abkühlung stattfinden. Der obere Rand des Pyknometers ist abgeschliffen und genügt es bei Syrupen, die nach dem Erkalten verbleibende Kuppe mit einem Messer abzuschneiden.

Ein Instrument zur Bestimmung der Correctur bei genauen Ablesungen an dem Quecksilberthermometer hat Ch. Ed. Guillaume¹⁾ construiert. Dasselbe besteht aus einem unten geschlossenen Thermometerrohr ohne Gefäss, welches gleichfalls mit Quecksilber gefüllt ist, und wird in die betreffende Flüssigkeit beziehungsweise in das betreffende Bad neben dem Thermometer eingesenkt. Wenn nun dieses Instrument in der Voraussetzung, dass es sich mit seiner ganzen Quecksilbersäule in einem Bad befände, vorher graduirt ist, so ergibt sich die Correctur, die zu der am Quecksilberthermometer abgelesenen Temperatur zu addiren ist, aus der Differenz der an dem Correcturapparat gemachten Ablesung und derjenigen, welche der am Thermometer abgelesenen Temperatur des Bades entspricht.

Zum Auswaschen mit heissem Wasser, Säuren oder Ammoniak versieht A. Friedmann²⁾ die Spritzflasche an Stelle des kurzen Rohres mit einem Dreiwegstück und bringt dessen eines Ende mit einem Gebläse in Verbindung, während das andere Ende beim Arbeiten durch den Daumen geschlossen wird.

Durch Reguliren des Wasserstrahlgebläses lässt sich jede beliebige Stärke des Strahls erreichen, so dass sich oft am Ende der Gefässe haftende Niederschlagstheilchen ohne jedes andere Hilfsmittel entfernen lassen.

Eine Spritzflasche, ähnlich der von D. H. Browne³⁾ angegebenen, bei welcher man nicht fortwährend mit dem Munde zu blasen braucht, hat R. Namias⁴⁾ construiert. Die kurze Röhre dieser Flasche ist an dem unteren Ende verschlossen, besitzt aber dafür eine seitliche Oeffnung, der ein schlitzzähnlicher Ausschnitt im Stopfen entspricht. Ferner befindet sich an der langen Röhre eine Vorrichtung, die ein Auf- und Abwärtsrichten der Spitze beim Auswaschen gestattet.

¹⁾ Comptes rendus **112**, 87.

²⁾ Stahl und Eisen, Zeitschr. f. d. deutsche Hüttenwesen **10**, 884.

³⁾ Diese Zeitschrift **29**, 591.

⁴⁾ Stahl und Eisen **11**, 239.