Verbesserte Wasserbäder mit konstantem Niveau werden von den Vereinigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf¹⁾, Berlin, in den Handel gebracht. Sie sind mit einem besonderen Heizraum versehen, welcher durch eine sich erweiternde Fortsetzung der untersten Bodenfläche gebildet wird und zirka 75 cc Wasser fasst. Dieser »Wassersack« wird durch die das konstante Niveau des Wassers vermittelnde Vorrichtung gespeist und besitzt einen seinen Boden nach unten überragenden vertikalen Rand, der für ausgiebige Erhitzung durch die Flamme sorgt und zugleich den oberen Teil des Wasserbades vor unnötiger Erwärmung schützt. Der Gasverbrauch soll bei diesen Wasserbädern sehr gering sein.

Einen in der Höhe verstellbaren Dreifuss, den Fortmann angegeben hat, beschreibt die Firma Warmbrunn, Quilitz und Co²⁾. Die Füße desselben bestehen aus in Röhren gleitenden Stäben, die durch je eine Schraube in der Röhre festgehalten werden können.

Eine Reibschalenmontage, die Jung empfiehlt, beschreiben die Vereinigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf³⁾.

An einem vertikalen, an einem Türpfosten oder dergleichen anzuschraubenden Brett sitzt unten ein horizontales, starkes und von unten her verstrebttes Brett, in welches die Achatreibschale eingelassen ist.

Das Pistill ist in einen starken, 40—50 cm langen Holzstab eingeleimt, dessen oberes Ende in einer Führungsöffnung eines zweiten horizontalen Brettes steckt und nur durch Entfernen eines diese Führungsöffnung für gewöhnlich oben schliessenden Schiebers so weit gehoben werden kann, dass man es aus der Schale entfernen kann. Durch diese Vorrichtung ist es möglich, den das Pistill haltenden Stab mit beiden Händen zu fassen und so beim Reiben einen sehr starken Druck auszuüben.

Eine Laboratoriumszentrifuge, welche Th. Körner⁴⁾ beschreibt, unterscheidet sich von den meisten derartigen Instrumenten dadurch, dass nicht in radial angeordneten Gefässen zentrifugiert wird, sondern, dass nur eine Trommel vorhanden ist, welche unmittelbar das zu zentrifugierende Material aufnimmt. Ein feines Abflussröhrchen kann von der Mitte der Trommel nach der Seite hin verschoben werden. Dies

¹⁾ Chemiker-Zeitung 29, 198.

²⁾ Chemiker-Zeitung 29, 56.

³⁾ Chemiker-Zeitung 29, 56.

⁴⁾ Chemiker-Zeitung 29, 123.